



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

09/03/2023 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20231316

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

13/03/2023

TARİHİ, SAAT

17:00

'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TIMPANİK TERMOMETRE (SICAKLIK OLCER) PROBU	600.000,00 ADET
---	--	-----------------

TEKLİF NO : 20231316
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3

FORM NO: MYS_0072

TEKNİK ŞARTNAME

11595 TİMPANİK SICAKLIK ÖLÇER PROBU

1. Prob, timpanik metodla ölçüm yapabilen ateş ölçerlerle uyumlu olmalıdır.
2. Prob, çapraz kontaminasyon riskini en aza indirmeye yardımcı olmak için tek kullanımlık olmalıdır.
3. Prob, kulak zarına zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
4. Prob, şeffaf renkte olmalıdır.
5. Prob kapakları daha fazla konfor için yumuşak duvarlı olmalıdır.
6. Prob, BPA ve Latex içermeyen malzemeden yapılmalıdır.
7. Prob, doğru ölçümü etkileyebilecek kirliliği elimine etmelidir.
8. Prob, el değmeden cihaz haznesinin içine kolay yerleştirilebilmelidir.
9. Problar cihaza kolay takılıp çıkarılmalıdır.
10. Problar cihazın üzerinde bulunan bırak tuşu ile el değmeden kolayca atılabilmelidir.
11. Problar 20'li kutularda olmalıdır.
12. 25 adet aşağıdaki teknik özelliklere sahip temassız ateş ölçer hastane bünyesine bedelsiz olarak bırakılacaktır.
- 12.1. Ateş ölçer hasta cildine hiçbir şekilde temas etmeden, alından ölçüm yapılmalıdır.
- 12.2. Cihaz alnın merkezinden 4 - 6 cm mesafeden ölçüm yapılmalıdır.
- 12.3. Cihazın ölçüm aralığı en az 34 derece ile 43 derece arası olmalıdır.
- 12.4. Ekran çözünürlüğü 0.1 derece olmalıdır.
- 12.5. Arkadan aydınlatmalı Likit Kristal Ekranı olmalıdır.
- 12.6. Termometre ölçüm yapıldıktan en fazla 10 sn. sonra otomatik olarak kapanmalıdır. Bu sayede pil tasarrufu sağlanabilmelidir.
- 12.7. Cihazın üzerinde hafıza düğmesi olmalıdır, böylelikle son ölçüm değerini ekranda gösterebilmelidir.
- 12.8. Termometre üretim sırasında kalibre edilmiş olmalıdır, operasyon durumunda periyodik ayarlama gerekli olmamalıdır.
- 12.9. Cihazda manuel nabız ve solunum ölçümü için 60 saniyelik zamanlayıcı olmalıdır. Bu zamanlayıcı 0, 15. 45. ve 60. saniyelerde ses ile ikaz etmelidir.
- 12.10. Cihaz üstünde bir tuş ile Celsius/Fahrenheit ölçü birimi değiştirilebilmelidir.
- 12.11. Cihazın piller hariç ağırlığı < 80g olmalıdır.
- 12.12. 2 adet 1.5V AAA pil ile çalışabilmelidir.
- 12.13. Her bir cihaz için 2 adet alkalin pil teslim edilmelidir.
13. 600.000 prob için aşağıdaki teknik özelliklere sahip 150 cihaz kurum bünyesine konsinye olarak bırakılacaktır. 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. 2. yıl sonunda 150 adet cihaz çalışır durumda idare kullanımına bırakılacaktır.
- 13.1. Cihaz tek tuşla hızlı, doğru ve güvenilir ölçüm yapabilmelidir.
- 13.2. Cihaz PerfectTemp teknolojisi ile prop yerleştirme yönü ve derinliği algılayarak ölçüm doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamalıdır ve sıcaklık hesaplamasını ayarlayabilmelidir.
- 13.3. ExacTemp? teknolojisi ile ölçüm sırasında prob yerleşiminin kararlılığını tespit edebilmelidir.
- 13.4. Cihazın Celcius/Fahrenheit dönüştürücü tuşu olmalıdır.
- 13.5. Cihaz 20.0 derece - 42.2 derece arası sıcaklık ölçümü gösterebilmelidir.
- 13.6. Cihaz 35 derece -42 derece (95 °F-107.6 °F) ye kadar +/-0.2 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmelidir. Katalog veya broşürün de gösterilebilmelidir.

FORM NO: MYS_0053

HEMŞİRELİK HİZ. MÜD. YRD.
ÖZLEM SULTAN DERNEK

HEMŞİRELİK HİZ. MÜD. YRD.
KAZİME KANDEMİR





DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/03/2023 15:13:12

- 13.7. Opsiyonel olarak duvar aparatına sahip olmalıdır.
- 13.8. Cihazda nabız zamanlayıcı ve hafıza geri çağırma özellikleri olmalıdır.
- 13.9. Cihaz son ölçümden sonra yaklaşık 10 sn. içinde otomatik kapanabilmelidir (SLEEP).
- 13.10. Cihaz prop kilit sistemi sayesinde yerine oturtulmayan veya kullanılan propları ikaz etmelidir.
- 13.11. Ölçüm sonrası kullanılan prop tuş vasıtası ile ele değmeden atılabilmelidir.
- 13.12. Cihaz piller hariç en fazla 100 gr olmalıdır.
- 13.13. Cihaz 60 saniyelik manuel ölçüm süresi butonuna sahip olmalıdır.
- 13.14. Cihazın aydınlatmalı LCD ekranı (liquid crystal) yapıda olmalıdır .
- 13.15. Cihaz 2-3 sn. içerisinde ölçüm yapabilmelidir.
- 13.16. Cihaz 2 adet 1,5V AA pil ile çalışmalı ve yaklaşık 1000 ölçüm yapabilmelidir. Opsiyonel olarak şarj edilebilir bataryaya sahip olmalıdır.
- 13.17. Şarj istasyonu sayesinde bilgisayara bağlanarak kalibre edilebilmelidir.
- 13.18. Cihaz ile aynı markaya ait kalibratörü bulunmalıdır, kurum bakımlarında tedarikçi firması tarafından kullanılmalıdır. 2. Yıl sonunda kalibratör idare kullanımına demirbaş olarak bırakılacaktır.
- 13.19. Cihaz ASTM 1965-98,EN12470-5:2003,MDD(93/42/EEC) Annex II standartlarına sahip olmalıdır.
- 13.20. İstenildiği takdirde aynı markaya ait oral, aksiller prob ve cihazı da verilebilmelidir.
14. 1 adet timpanik ve oral ?aksiller ateş ölçer kalibratörü konsinye süresi içinde teslim edilecektir.
15. 600.000 prob üç teslimatta dörder ay ara ile teslim alınacaktır. Ödeme 90 gün vade ile her teslimat bedeli ayrı faturalandırılarak yapılacaktır.


HEMŞİRELİK HİZ. MÜD.YRD.
ÖZLEM SULTAN DERNEK


HEMŞİRELİK HİZ. MÜD.YRD.
KAZİME KANDİRMİR