



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20232162

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/04/2023 TARİHİ, SAAT 13:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU	6,00	ADET
2	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU CURVED TIP	1,00	ADET
3	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU MİKRO TIP	1,00	ADET
4	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET	6,00	ADET

TEKLİF NO : 20232162
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB KODU BELİRTİLMELİDİR
İLGİLİ KİŞİ : MÜGE SAL
TEL :
E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

254.0009.000	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU	ADET	6
254.0010.000	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU CURVED TIP	ADET	1
254.0011.000	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU MİKRO TIP	ADET	1
254.0013.000	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET	ADET	6

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10545) 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET

Açıklama : 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET

1. Teklif edilecek tubing set hastanemiz demirbaşında bulunan Cusa Excel ultrasonik aspiratör ile birebir uyumlu olmalıdır.Uyumlu olmayan teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2. Teklif edilecek tubing set Cusa Excel 36 KHz elceği ile kullanılmalıdır.Bu özellik kutu üzerinde açıkça belirtilmelidir.
3. Teklif edilecek tubing set steril pakette ve tek kullanımlık bulunmalıdır.
4. Teklif edilceke tubing setin CE etiketi bulunmalıdır.
5. Teklif edilecek tubing set orijinal olmalıdır ve durum katalog vs. ile ispatlanmalıdır.

(10292) 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU MİKRO TIP

Açıklama : 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU MİKRO TIP

1. Teklif edilecek ürün demirbaşımızda kayıtlı bulunan Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile tam uyumlu olmalı, aynı firma tarafından Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır ve bu özellik ürünün paketi üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
2. Uzunluğu 192,7 mm olmalıdır.
3. Çapı 1,57 mm olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Eğimli olmalıdır.
6. Steril ambalajlanmış olmalıdır.
7. Metal uç, plastik kılıf ve yüzükler steril paketin içerisine dahil olmalıdır.

(10289) 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU

Açıklama : 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU

1. Teklif edilecek ürün demirbaşımızda kayıtlı bulunan Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile tam uyumlu olmalı, aynı firma tarafından Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır ve bu özellik ürünün paketi üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
2. Uzunluğu 121,5 mm olmalıdır.
3. Çapı 1,57 mm olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Eğimli olmalıdır.
6. Steril ambalajlanmış olmalıdır.
7. Metal uç, plastik kılıf ve yüzükler steril paketin içerisine dahil olmalıdır.

(10290) 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU CURVED TIP

Açıklama : 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU CURVED TIP

1. Teklif edilecek ürün demirbaşımızda kayıtlı bulunan Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile tam uyumlu olmalı, aynı firma tarafından Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır ve bu özellik ürünün paketi üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
2. Uzunluğu 12,51 cm olmalıdır.
3. Çapı 1,14 mm olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Eğimli olmalıdır.
6. Steril ambalajlanmış olmalıdır.
7. Metal uç, plastik kılıf ve yüzükler steril paketin içerisine dahil olmalıdır.