



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20232747

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/05/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KULLANIMA HAZIR KINYOUN BOYAMA SETİ	45,00	LİTRE
---	-------------------------------------	-------	-------

TEKLİF NO : 20232747
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

152.0428.000	KULLANIMA HAZIR KINYOUN BOYAMA SETİ	LİTRE	45
--------------	-------------------------------------	-------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

ASİDE DİRENÇLİ BAKTERİ SOĞUK BOYAMASI (KINYOUN BOYAMA) İÇİN KULLANILACAK KULLANIMA HAZIR BOYA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname 9 maddeden oluşmaktadır

1. Boyama seti, “Ulusal Tüberküloz Laboratuvar Tanı Rehberi’nde” yer alan Kinyoun boya çözeltisi hazırlama yönergesinde tanımlandığı biçimde karbol fuksin, asit alkol ve metilen mavisi boyalarından oluşur. Bir lamin boyanması için her bir solüsyondan yaklaşık 4 mililitre kullanılması gerekmektedir
2. Boyama setlerinde kullanılan mikrobiyolojik boya çözeltileri homojen olmalı, kristal içermemelidir.
3. Boyama setleri en fazla 250 ml’lik kaliteli ve dayanıklı şişeler içinde olmalıdır.
4. Boyama setleri orijinal ambalajında olmalı, üzerinde üretici firma bilgileri, içeriği ve lot numarasını belirten etiket bulunmalıdır.
5. Boyama seti ile birlikte kullanım talimatı da bulunmalıdır.
6. Laboratuvara teslim edilen boyama setlerinin raf ömrü en az 6 ay olmalı, teslimat öncesi laboratuvarın onayı alınmalıdır. Raf ömrünü tamamlamasına üç ay kalan boyalar önceden haber verilerek ilgili firma tarafından daha uzun olanlarla ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
7. Kullanım sırasında boya setlerine ilişkin bir sorun çıkması durumunda ilgili firma, tüm boya setlerini sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış yeni lot numaralı boyalar ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
8. Merkez Laboratuvarına teklif verilen boya setlerinin transport, kötü koşullarda saklanma, boya içeriklerinde fiziksel hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili firma bu tür durumlarda Merkez Laboratuvar tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içinde boyaları ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde, boya içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri öngörülen test çalışma koşullarına uygun biçimde gidermekle yükümlüdür.
9. Toplam 2800 preparatın boyanması için toplam 45 litre boya seti alınacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür APPAK

Prof. Dr. Nuran ESEN