



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

23/05/2023 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20232920

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 26/05/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	RF KANULU	120,00 ADET

TEKLİF NO : 20232920
NOT : ODEME 180 GUN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

RF KANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Rf Kanüller, steril ambalajlarda olmalıdır.
- 2- Her ambalaj üzerinde Marka, Kod, Lot, Sterilizasyon Tarihi , Miat olmalıdır.
- 3- Kanüllerin, 54-100-150-200mm uzunluğunda seçenekleri olmalıdır. Hangi uzunlukta ne kadar sayıda isteyeceğine kurum karar vermelidir. İhtiyaç halinde kanül uzunluğunda ücret talep edilmeden değişim yapılabilir.
- 4- Rf Kanüller, kullanılan termocouple elektrod ile tam uyum sağlamalıdır.
- 5- Rf kanül, Obturator ve Kanül olarak iki parçadan oluşmalıdır. Obturator, özel çentiği ile kanüle tam yerleşmelidir. Bu konuda kanül ve obturator uç kısmı uyumlu birebir açıda olmalıdır.
- 6- Kanüllerde, açının hangi yönde olduğunu gösteren boyalı noktası olmalıdır.
- 7- Kanül kısmı teflon izole olmalıdır. Aktif Uc'u yalıtılmamış olmalıdır. Bu kısımlar 2, 4, 6, 10, 20 Mm olmalı, hangi ölçü istediğine kurum kendi karar vermelidir. İhtiyaç halinde kanül ölçüsünde ücret talep edilmeden değişim yapılabilir.
- 8- RF Kanül'lerin 16 – 18 – 20 – 22g ölçülerinde olmalıdır. Kullanılacak alana göre kalınlığı eğri veya düz olmalı, ayrıca keskin veya künt olmalıdır. Hangi tipten kaç adet olması gerektiğine kurum karar verecektir. İhtiyaç halinde kanül tipinde ücret talep edilmeden değişim yapılabilir.
- 9- Kurum istediği takdirde teslim edilen her 20 adet RF kanül için, 1 adet vücut içinde aktif ucu 3 parçaya açılabilme özelliğine sahip RF kanül verilmelidir.
- 10- Aşağıda teknik şartnamesi yazılı olan RF elektrotlar , RF işlemlerinde kullanılmak üzere alım uhdesinde kalan firma tarafından gerektiği sayıda bedelsiz olarak kliniğe teslim edilmelidir.
- 11- Alım uhdesinde kalan firma bütün vakalarda bulunmak üzere bedelsiz olarak klinik destek elemanı temin etmelidir.
- 12- Aşağıda teknik şartnamesi bulunan rf lezyon jeneratörü, alım uhdesinde kalan firma tarafından bedelsiz olarak ürünlerin kullanımı süresince vaka günlerinde servis edilmelidir.


Prof. Dr. Ali Necati GÖKMEN
Anestezi Anabilim Dalı Başkanı


Doç. Dr. Yalçın ERKİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Aloji Uzmanı
Dip.No:306-399 Tescil No:39933