



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20233032

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/05/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 OPU İGNESİ	60,00 ADET

**TEKLİF NO** : 20233032  
**NOT** : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.  
**İLGİLİ KİŞİ** : YUSUF GÜLER  
**TEL** : 2324122405  
**E-MAIL** : yusuf.guler@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

236.0052.000	OPU İGNESİ	ADET	60
--------------	------------	------	----

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (7405) OPU İGNESİ

##### Açıklama : OPU İGNESİ

- Oosit toplama işlemi için dizayn edilmiş olmalı ancak kist asp. işlemi için de kullanıma uygun, yıkama yapılabilir olmalıdır.
- İğne, 17 gauge çapında 35 cm uzunluğunda olmalıdır.
- İğne paslanmaz çelik ve keskin uçlu olmalı, iğnenin ucu chiba tipinde kesilmiş olmalıdır.
- İğne dış çapı 1.4 mm ve iç çapı 1.0 mm olmalıdır.
- Aspirasyon iğnesi, distal ucunda ultrasonic echo veren marker, proksimal ucunda ergonomik tutma yeri bulunacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
- Proksimal ucunda şırınga veya line takabilmek için luer lock vida mekanizması olmalıdır.
- Line uzunluğu 150 cm den kısa 165 cm den uzun olmamalı. Line üzerinde 100-130 cm aralığında yıkama yapılabilecek şekilde üç yollu musluk olmalıdır.
- Aspirasyon line hattı temin edilen iğne sayısı miktarı kadar ayrı paketlerde bedelsiz olarak teslim edilmelidir.
- Embriyo toksik olmamalıdır ve MEA ( Fare embryo testi) testi yapılmış olmalıdır.
- EO (Etilen oksit) ile steril edilip paketlenmiş olmalıdır.
- Steril ve orijinal ambalajlarında olup ve ambalaj üzerinde üretici firma ismi, sterilizasyon ve son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Son kullanma tarihi teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- İştirak edecek firmalar ihale öncesi numunelerini getirip ilgili malzeme için uzman üyeden uygunluk almalıdır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- OPU iğnesinin kullanımına uygun Oosit Aspirasyon cihaz, ısıtıcı tüplük ve cihazda kullanılacak filtre ilgili firma tarafından tıbbi malzeme karşılığında temin edilmelidir.
- Merkezin başarısının olumsuz etkilenmesi durumunda sözleşme kurum tarafından tek taraflı fesh edilebilir.