



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

02/05/2023 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20232469

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/05/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 EXTERNAL(HARICI) HARD DISK	1,00 ADET

TEKLİF NO : 20232469

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02/05/2023 09:56:40

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0238.000	EXTERNAL(HARICI) HARD DISK	ADET	1
--------------	----------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11762) EXTERNAL(HARICI) HARD DISK

Açıklama : EXTERNAL(HARICI) HARD DISK

1. Kapasitesi en az 4 TB olmalıdır.
2. Bağlantı Tipi Usb 3.0 ve üzeri olmalıdır.
3. Disk Boyutu 3.5" olmalıdır.
4. Dönüş Hızı en az 7200 Rpm olmalıdır.
5. Teklif edilen ürünler orijinal kutusunda.hiç açılmamış ve içinde USB 3.0 ve üzeri bağlantı kablosu,güç adaptörü,kullanma kılavuzları tam ve sağlam şekilde teslim edilecektir.
6. En az 24 ay garanti süresi olmalıdır.

K.K