



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20232484

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 04/05/2023 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 MEBRANE SU YASTIGI	10,00 ADET

**TEKLİF NO** : 20232484  
**NOT** : ODEME 180GÜN  
**İLGİLİ KİŞİ** : BELMA ÇELEK  
**TEL** : 4122410  
**E-MAIL** : belma.beker@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02/05/2023 11:17:04

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

301.0031.000	MEBRANE SU YASTIGI	ADET	10
--------------	--------------------	------	----

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (6585) MEBRANE SU YASTIGI

##### Açıklama : MEBRANE SU YASTIGI

1. Hastanede kullanılmakta olan ESWL cihazına uygun olmalıdır.
2. Orjinal latex malzemedden üretilmiş olmalıdır.
3. Hastalarda alerjiye sebebiyet vermemelidir.
4. Ürünün üst tarafında hava ve fazla suyun tahliyesi için hortum çıkışı olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün UBB kaydına haiz olmalıdır.
6. Firmalar teklif ile birlikte TSE Hizmet Yeterlilik belgelerini sunacaktır.
7. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.