



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20232646

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/05/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DEBAKEY COOLEY FORCEPS	1,00	ADET
2	CHITWOOD KISKAC (MANDALLI)	1,00	ADET
3	CHITWOOD KISKAC (MALDALSIZ)	1,00	ADET
4	YUZUK SAPLI IGNE TUTUCU	1,00	ADET
5	YUZUK SAPLI GONZALES-RIVAS KES-AYIR PENSİ	2,00	ADET
6	YUZUK SAPLI DENNIS KES-AYIR PENSİ	2,00	ADET
7	YUZUK SAPLI PENCERE GOZLU KISKAC	1,00	ADET
8	NODE GRASPER(YUZUK SAPLI PENCERE GOZLU KISKAC)	1,00	ADET
9	JACOBSON YAYLI CHITWOOD DUGUM ITICI	1,00	ADET

TEKLİF NO : 20232646
NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3820.000	DEBAKEY COOLEY FORCEPS	ADET	1
442.3821.000	CHITWOOD KISKAC (MANDALLI)	ADET	1
442.3822.000	CHITWOOD KISKAC (MALDALSIZ)	ADET	1
442.3823.000	YUZUK SAPLI IGNE TUTUCU	ADET	1
442.3824.000	YUZUK SAPLI GONZALES-RIVAS KES-AYIR PENSI	ADET	2
442.3825.000	YUZUK SAPLI DENNIS KES-AYIR PENSI	ADET	2
442.3826.000	YUZUK SAPLI PENCERE GOZLU KISKAC	ADET	1
442.3827.000	NODE GRASPER(YUZUK SAPLI PENCERE GOZLU KISKAC)	ADET	1
442.3828.000	JACOBSON YAYLI CHITWOOD DUGUM ITICI	ADET	1

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11752) YUZUK SAPLI GONZALES-RIVAS KES-AYIR PENSI

Açıklama : YUZUK SAPLI GONZALES-RIVAS KES-AYIR PENSI

- Alet, bütününde homojen şekilde kullanılmış en yüksek vasıflı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Çenesi sola kavis çizmelidir.
- 1 x 2 DeBakey dişli ağız olmalıdır.
- Açma-kapama düzeneği mandalsız olmalıdır.
- Gövde eni 5.0 mm'den en çok %5 sapmalıdır.
- Teklif verecek firmalar için 9009-213 nolu muadil kod scanlan katalogundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
- Boy 25.0 cm'den çok, 30.0 cm'den az olmalıdır.
- Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
- Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
- Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
- Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
- Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
- Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distrübütör onaylı gereççe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11747) CHITWOOD KISKAC (MALDALSIZ)

Açıklama : CHITWOOD KISKAC (MALDALSIZ)

1. Alet, bütününde homojen şekilde kullanılmış en yüksek vasıflı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. 1 cm'den düşük çaplı kesiden dahi aortanın kan akışını durdurabilmelidir.
4. Açma/kapama düzeneği mandalsız olmalıdır.Tümleşik yıkama/durulama yuvası bulunmalıdır.
5. Çenesi sola kavis çizmelidir.Çene kenarları keskinliği giderilmiş olmalıdır.Çene uzunluğu 60 ± 5 mm, toplam uzunluğuysa 30 ± 3 cm olmalıdır.
6. 1 x 2 DeBakey dişli ağız olmalıdır.
7. Teklif verecek firmalar için 9009-241 nolu muadil kod scanlan katalogundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
8. Gövde eni 5 m'den en çok %5 sapmalıdır.
9. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
10. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
11. Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
12. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
13. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
14. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11746) **CHITWOOD KISKAC (MANDALLI)**

Açıklama : CHITWOOD KISKAC (MANDALLI)

1. Alet, bütününde homojen şekilde kullanılmış en yüksek vasıflı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. 1 cm'den düşük çaplı kesiden dahi aortanın kan akışını durdurabilmelidir.
4. Açma/kapama düzeneği mandallı olmalıdır. Tümlüşük yıkama/durulama yuvası bulunmalıdır.
5. Çenesi sola kavis çizmeli. Çene kenarları pahlanmış olmalıdır. Çene uzunluğu 60 ± 5 mm, toplam uzunluğuysa 30 ± 3 cm olmalıdır.
6. 1 x 2 DeBakey dişli ağız olmalıdır.
7. Teklif verecek firmalar için 9009-240 nolu muadil kod scanlan katalogundan seçilmiştir. Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
8. Gövde eni 5 mm'den en çok %5 sapmalıdır.
9. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır.
10. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
11. Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
12. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
13. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
14. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır. Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(11739) NODE GRASPER(YUZUK SAPLI PENCERE GOZLU KISKAC)

Açıklama : NODE GRASPER(YUZUK SAPLI PENCERE GOZLU KISKAC)

1. Alet, bütününde homojen şekilde kullanılmış en yüksek vasıflı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Çene kısmı oblong yapılı halka şeklinde ve sola doğru açılı olmalıdır.
4. Şaft uzunluğu 5 mm olmalıdır. En çok % 5 sapmalıdır.
5. Çalışma uzunluğu 23 cm, toplam uzunluğu 33 cm olmalıdır.
6. Tutma yeri halka şeklinde olmalıdır.
7. Teklif verecek firmalar için 9009-223 nolu muadil kod scanlan katalogundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
8. Kilitlenme mekanizması bulunmalıdır.Açma kapama düzeneği mandallı olmalıdır.
9. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
10. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
11. .Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
12. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
13. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
14. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11751) YUZUK SAPLI PENCERE GOZLU KISKAC

Açıklama : YUZUK SAPLI PENCERE GOZLU KISKAC

1. Alet, bütününde homojen şekilde kullanılmış en yüksek vasıflı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Çenesi sola kavis çizmeli.
4. Akkan bezesini (lenf düğümlerini tutmada kullanılabilir).
5. Açma-kapama düzeneği mandallı olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- Pencere çerçevesinin her kenarı en az 1.0'er cm eninde olmalıdır.
- Teklif verecek firmalar için 9009-220 nolu muadil kod scanlan katalogundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
- Gövdesi kademe kademe incelmeli, en kalın kesitinin eni dahi 7.0 mm'yi aşmamalıdır. Görünürlüğü artırılmış olmalıdır.Boyu 40.0 cm'den çok, 45.0 cm'den az olmalıdır.
- Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
- Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
- .Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
- Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
- Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
- Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
- Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
- 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
- Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
- Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
- Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11749) **JACOBSON YAYLI CHITWOOD DUGUM ITICI**

Açıklama : JACOBSON YAYLI CHITWOOD DUGUM ITICI

- Alet, bütününde homojen şekilde kullanılmış en yüksek vasıflı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Kancalı ağız düğüm iterken ipliğin kaymasını engellemelidir.
- Çene kenarları keskinliği giderilmiş olmalıdır , ipliği yıpratmamalıdır.
- Yuvarlak saplı olmalıdır.
- 2-0 USP'den kalın ipliklerle kullanılmamalıdır.
- Teklif verecek firmalar için 9009-828-15 nolu muadil kod scanlan katalogundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
- Gövde eni 5.0 mm'den en çok %5 sapmalıdır.Boyu 35.0 cm'den çok, 40.0 cm'den az olmalıdır.
- Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
11. .Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
12. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
13. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
14. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gereççe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11740) **DEBAKEY COOLEY FORCEPS**

Açıklama : DEBAKEY COOLEY FORCEPS

1. Alet, bütününde homojen şekilde kullanılmış en yüksek vasıflı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Uç kısmı 90 derece sağa doğru açılı olmalıdır.
4. Şaft uzunluğu 10 mm olmalıdır.
5. Çalışma uzunluğu 24 cm, toplam uzunluğu 34 cm olmalıdır.
6. Tutma yeri halka şeklinde olmalıdır.
7. Teklif verecek firmalar için 9909-203 nolu muadil kod scanlan katalogundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
8. Kilitlenme mekanizması bulunmamalıdır.
9. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
10. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
11. .Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
12. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
14. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır. Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gereç yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11748) YUZUK SAPLI IGNE TUTUCU

Açıklama : YUZUK SAPLI IGNE TUTUCU

1. Alet, bütününde homojen şekilde kullanılmış en yüksek vasıflı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. 2-0 USP'den kalın ipliklerle kullanılmamalıdır.
4. Açma/kapama düzeneği mandallı olmalıdır.
5. Eğri çeneli olmalıdır.
6. Karbon dolgulu dişleri ağızında çaprazlama kesişmelidir.
7. Teklif verecek firmalar için 9009-639 nolu muadil kod scanlan kataloğundan seçilmiştir. Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
8. Gövde eni 7.0 mm'den en çok %5 sapmalıdır. Boyu 25.0 cm'den çok, 30.0 cm'den az olmalıdır.
9. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
10. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
11. Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
12. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
13. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
14. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11750) YUZUK SAPLI DENNIS KES-AYIR PENSI

Açıklama : YUZUK SAPLI DENNIS KES-AYIR PENSI

1. Alet, bütününde homojen şekilde kullanılmış en yüksek vasıflı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Çenesi sola kavis çizmelidir.
4. Tırtıklı ağız kanama durdurmada da iş görmelidir.
5. Açma-kapama düzeneği mandallı olmalıdır.
6. Gövdesi kademe kademe incelmeli, en kalın kesitinin eni dahi 7.0 mm'yi aşmamalıdır.Görünürlüğü artırılmış olmalıdır.
7. Teklif verecek firmalar için 9009-282 nolu muadil kod scanlan katalogundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
8. Boyu 40.0 cm'den çok, 45.0 cm'den az olmalıdır.
9. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
10. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
11. .Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
12. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
13. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
14. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/05/2023 15:35:32

C.U