



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20232643

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/05/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BIPOLAR DİSEKSİYON FORSEPSİ (MARYLAND TIP)	3,00	ADET
2	BIPOLAR DİSEKSİYON FORSEPSİ (TWEEZERS TIP)	3,00	ADET
3	REUSABLE KAVRAMA FORSEPSİ (CLAW TIP)	2,00	ADET
4	REUSABLE KOAGULASYON ELEKTRODU	3,00	ADET
5	ASPIRASYON KANALLI REUSABLE KOAGULASYON ELEKTRODU	3,00	ADET
6	IRRİGASYON ASPIRASYON SETİ PISTOL TIP 10MM	1,00	ADET
7	IRRİGASYON ASPIRASYON SETİ PISTOL TIP 5MM	3,00	ADET
8	MONOPOLAR HF CABLE	6,00	ADET
9	REUSABLE BIPOLAR HF CABLE	3,00	ADET
10	MAKRO İGNE TUTUCU (SOLA AÇILI) PORTEGU	3,00	ADET

TEKLİF NO : 20232643

NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20232643

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/05/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	MAKRO İGNE TUTUCU (SAGA ACILI UCLU)	3,00	ADET
12	OTOMATİK MAKRO İGNE TUTUCU	3,00	ADET
13	ASİSTANT İGNE TUTUCU	3,00	ADET
14	EL ALETİ KONTEYNER SİSTEMİ	3,00	ADET

TEKLİF NO : 20232643
NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/18

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3806.000	BIPOLAR DİSEKSİYON FORSEPSİ (MARYLAND TIP)	ADET	3
442.3807.000	BIPOLAR DİSEKSİYON FORSEPSİ (TWEEZERS TIP)	ADET	3
442.3808.000	REUSABLE KAVRAMA FORSEPSİ (CLAW TIP)	ADET	2
442.3809.000	REUSABLE KOAGULASYON ELEKTRODU	ADET	3
442.3810.000	ASPIRASYON KANALLI REUSABLE KOAGULASYON ELEKTRODU	ADET	3
442.3811.000	IRRİGASYON ASPIRASYON SETİ PISTOL TIP 10MM	ADET	1
442.3812.000	IRRİGASYON ASPIRASYON SETİ PISTOL TIP 5MM	ADET	3
442.3813.000	MONOPOLAR HF CABLE	ADET	6
442.3814.000	REUSABLE BIPOLAR HF CABLE	ADET	3
442.3815.000	MAKRO İGNE TUTUCU (SOLA AÇILI) PORTEGU	ADET	3
442.3816.000	MAKRO İGNE TUTUCU (SAGA ACILI UCLU)	ADET	3
442.3817.000	OTOMATİK MAKRO İGNE TUTUCU	ADET	3
442.3818.000	ASİSTANT İGNE TUTUCU	ADET	3
442.3819.000	EL ALETİ KONTEYNER SİSTEMİ	ADET	3

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11722) IRRİGASYON ASPIRASYON SETİ PISTOL TIP 10MM

Açıklama : IRRİGASYON ASPIRASYON SETİ PISTOL TIP 10MM

- Teklifler ile birlikte ürünlere ait orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
- Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
- Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *
- Teklif edilen malzeme Reusable LAParaskopi El Alet Setinin bir parçası olmalıdır. Bu set aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
- Teklif edilen malzemelerin hepsi her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir. *.
- Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
- Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına(insert, dış kılıf ve elcek) ayrılabilir. *.
- Laparoskopik el aletlerinin parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalı ve monte edilirken kolayca kırılabilir parçaları olmamalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10. Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF koda göre. 5 mm veya 10 mm ve şaftın uzunluğu istenen REF koduna göre 25 cm, 33 cm ve 43 cm olmalıdır.
11. Laparoskopik el aletleri bağlı olduğunu kabzadan tek bir tuş ile parçalarına ayrılabilmelidir.
12. Laparoskopik el aletleri 360 derece rotasyon yapabilmeli, bunun kontrollü tek elle sağlanabilmelidir.
13. Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlayıp görüntüyü bozmaması için şaftları mat olmalıdır
14. Laparoskopik el aletlerinin elçikleri istenen REF kodlarına bu elçiklerin kilittli ve kilitsiz modelleri olmalıdır. teklif edilen aletlere uyumlu olmalıdır.
15. Teklif edilen el aletlerinin en az bir adet uluslararası dizayn ödülü bulunmalıdır, böylelikle ürünün ergonomikliği ve kalitesi tescillenmiş olmalıdır.
16. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.
17. Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri WA51151A -olympus marka olarak belirlenmiştir.
18. Laparoskopik irrigasyon ve aspirasyon işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.
19. İrrigasyon ve aspirasyon işlemleri için ayrı ayrı musluk yapısına sahip olmalıdır. .
20. Handle yapısı Pistol kabza şeklinde olmalıdır.
21. Pistol Kabza içerisinde Valf tubing seti bulunmalı, bu set değiştirilmelidir. Tubing set kalınlığı 8mm olmalıdır.
22. Kabza allt kısmında irrigasyon ve aspirasyon için tüp bağlantıları olmalıdır.
23. 10mm, 5mm ve 3mm aspirasyon/irrigasyon tüpleri bağlanabilmelidir.
24. Kabza ile birlikte çapı 10 mm uzunluğu 36 cm olan tüp verilmelidir.
25. İrrigasyon aspirasyon seti ile beraber 1 adet pistol içi tubing valf seti verilecektir.
26. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
27. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
28. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gereççe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11724) MONOPOLAR HF CABLE

Açıklama : MONOPOLAR HF CABLE

1. Teklifler ile birlikte ürünün orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzeme Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

5. Teklif edilen malzeme Reusable Laparoskopi El Alet Setinin bir parçası olmalıdır. Bu set aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Teklif edilen malzeme her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
8. Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına(insert, dış kılıf ve elcek) ayrılabilir.
9. Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF koda göre. 5 mm veya 10 mm ve shaftın uzunluğu istenen REF koduna göre 25 cm, 33 cm ve 43 cm olmalıdır.
10. Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlayıp görüntüyü bozmaması için shaftları mat olmalıdır
11. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.
12. Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri A0357 -olympus marka olarak belirlenmiştir.
13. Teklif edilen el aletleri ile uyumlu olmalıdır.
14. Kablo uzunluğu en az 3,5 m olmalıdır.
15. 4 mm connector-pin bulunan aletler ile ve 4mm koter girişi ile uyumlu olmalıdır.
16. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
17. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
18. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11720) REUSABLE KOAGULASYON ELEKTRODU

Açıklama : REUSABLE KOAGULASYON ELEKTRODU

1. Teklifler ile birlikte ürün ait orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzeme Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *
5. Teklif edilen malzeme Reusable LAParoskopik El Alet Setinin bir parçası olmalıdır. Bu set aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Teklif edilen malzeme her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir.
7. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
8. Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına(insert, dış kılıf ve elcek) ayrılabilir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF koda göre. 5 mm veya 10 mm ve şaftın uzunluğu istenen REF koduna göre 25 cm, 33 cm ve 43 cm olmalıdır.
- Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlayıp görüntüyü bozması için şaftları mat olmalıdır
- Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.
- Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri A6282A -olympus marka olarak belirlenmiştir.
- L-şekilli olmalı ve unipolar koagülasyon için bağlantısı bulunmalıdır.
- Dış çapı 5 mm ve uzunluğu 33 cm olmalıdır. .
- Tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 4mm pim bulunmalı, teklif edilen Unipolar HF kablo ile uyumlu olmalıdır.
- Seramik tip yapısına sahip olmalıdır.
- Ergonomik yapıya sahip olmalı, katalogda ergonomik olduğu belirtilmiş olmalıdır.
- Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
- Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
- Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11721) ASPIRASYON KANALLI REUSABLE KOAGULASYON ELEKTRODU

Açıklama : ASPIRASYON KANALLI REUSABLE KOAGULASYON ELEKTRODU

- Teklifler ile birlikte ürün ait orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzemeler Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
- Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
- Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *
- Teklif edilen malzeme Reusable LAparoskopi El Alet Setinin bir parçası olmalıdır. Bu set aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
- Teklif edilen malzemeler her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir olmalıdır.
- Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
- Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına(insert, dış kılıf ve elcek) ayrılabilir olmalıdır.
- Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF koda göre. 5 mm veya 10 mm ve şaftın uzunluğu istenen REF koduna göre 25 cm, 33 cm ve 43 cm olmalıdır.
- Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlayıp görüntüyü bozması için şaftları mat olmalıdır

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11. Laparoskopik el aletlerinin elçikleri istenen REF kodlarına bu elçiklerin kilitle ve kilitsiz modelleri olmalıdır. teklif edilen aletlere uyumlu olmalıdır.
12. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.
13. Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri A6292A -olympus marka olarak belirlenmiştir.
14. L-şekilli olmalı ve unipolar koagülasyon için bağlantısı bulunmalıdır.
15. Dış çapı 5 mm ve uzunluğu 33 cm olmalıdır. .
16. Tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.
17. 4mm pim bulunmalı, teklif edilen Unipolar HF kablo ile uyumlu olmalıdır.
18. Seramik tip yapısına sahip olmalıdır.
19. Ergonomik yapıya sahip olmalı, katalogda ergonomik olduğu belirtilmiş olmalıdır.
20. Aspirasyon kanalı bulunmalıdır.
21. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
22. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
23. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11725) REUSABLE BIPOLAR HF CABLE

Açıklama : REUSABLE BIPOLAR HF CABLE

1. Teklifler ile birlikte ürünün orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzeme Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *
5. Teklif edilen malzeme Reusable Laparoskopi El Alet Setinin bir parçası olmalıdır. Bu set aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Teklif edilen malzeme her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilirlerdir.
7. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
8. Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına(insert, dış kılıf ve elcek) ayrılabilirlerdir.
9. Laparoskopik el aletlerinin parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalı ve monte edilirken kolayca kırılacak parçaları olmamalıdır.
10. Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF koda göre. 5 mm veya 10 mm ve shaftın uzunluğu istenen REF koduna göre 25 cm, 33 cm ve 43 cm olmalıdır.

11. Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlamayı görüntüyü bozmaması için şaftları mat olmalıdır
12. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.
13. Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri A60003C -olympus marka olarak belirlenmiştir.
14. Teklif edilen el aletleri ile uyumlu olmalıdır.
15. Kablo uzunluğu 3,5 m olmalıdır.
16. Valleylab koter girişi ile uyumlu olmalıdır.
17. El aletine giriş kısmı küçük ve yuvarlak olmalıdır.
18. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
19. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
20. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gereççe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11729) EL ALETİ KONTEYNER SİSTEMİ

Açıklama : EL ALETİ KONTEYNER SİSTEMİ

1. Teklifler ile birlikte ürünün orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzeme Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *
5. Teklif edilen malzeme Reusable LAparoskopi El Alet Setinin bir parçası olmalıdır. Bu set aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Teklif edilen malzeme her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
7. Sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına ayrılabilir. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.
10. Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri WA05956A -olympus marka olarak belirlenmiştir.
11. Tel sepet şeklinde olmalıdır, 4 parçadan oluşmalıdır.
12. Otoklavlanabilir olmalıdır.
13. Sepet kapağı, sepet, iç tutucu ve en alt silikon tutucudan oluşmalıdır.

14. Garanti süresi içinde olan aletler kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
15. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
16. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
17. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distrübütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11718) BIPOLAR DİSEKSİYON FORSEPSİ (TWEEZERS TIP)

Açıklama : BIPOLAR DİSEKSİYON FORSEPSİ (TWEEZERS TIP)

1. Teklifler ile birlikte ürün ait orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzemeler Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *
5. Teklif edilen malzeme Reusable Laparoskopi El alet Setinin bir parçası olmalıdır.Bu set aynı marka birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Teklif edilen malzemeler her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
7. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
8. Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına(insert, dış kılıf ve elcek) ayrılabilir.
9. Laparoskopik el aletlerinin parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalı ve monte edilirken kolayca kırılabilir parçaları olmamalıdır.
10. Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF koda göre. 5 mm veya 10 mm ve shaftın uzunluğu istenen REF koduna göre 25 cm, 33 cm ve 43 cm olmalıdır.
11. Laparoskopik el aletleri bağlı olduğunu kabzadan tek bir tuş ile parçalarına ayrılabilir.
12. Laparoskopik el aletleri 360 derece rotasyon yapabilmeli, bunun kontrollü tek elle sağlanabilir.
13. Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlayıp görüntüyü bozması için shaftları mat olmalıdır
14. Laparoskopik el aletlerinin elçekleri istenen REF kodlarına bu elçeklerin kilitli ve kilsiz modelleri olmalıdır. teklif edilen aletlere uyumlu olmalıdır.
15. Teklif edilen el aletleri 2 farklı optimize edilmiş güç transferi teknolojisine sahip olmalıdır. Grasping forsepsler için CAM joint teknolojisi sayesinde çene kapanırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam kapanma sağlayabilir. Disektörler için ise SL joint teknolojisi sayesinde çene açılırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam açılma sağlayabilir.
16. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.
17. Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri WA69422M -olympus marka olarak belirlenmiştir.
18. Renk kodu bulunmalıdır. Mavi renk kodu ve çenelerdeki beyaz izolasyon sayesinde bipolar olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

19. 360 ° Dönebilir özellikte olmalıdır. Tekrar kullanılabilir ve otoklavda steril edilebilmelidir
20. Bipolar özellikte olmalı, çeneler bağlantı kısmında iki çenenin birbirine değmesine engelleyen PFA yalıtımlı pad olmalı, böylelikle koagülasyon hatalarını engellemelidir. Çene bağlantılarında kan birikimi olmamalıdır.
21. Özellikle diseksiyon için kullanıma uygun özellikte Tweezers tipte olmalıdır.
22. Çene uzunluğu 17mm olmalıdır..
23. Çapı 5 mm. ve şaft uzunluğu 33 cm. olmalıdır. .
24. El aleti şaft PEEK yalıtımlı olmalı bu sayede uzun ömürlü ve elektrik kaçaklarına karşı güvenli olmalıdır.
25. Çift çene hareketli olmalıdır.
26. Bipolar kablo girişi çok küçük ve yuvarlak yapıda olmalı 4mm?yi geçmemelidir.
27. BIPOLAR DİSEKSİYON FORSEPSİ (TWEEZERS TIP) 'in içeriğinde Halka Kabza, Çalışma iç aksamı, Dış Tüp bulunmalıdır.
28. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
29. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
30. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekece yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11719) REUSABLE KAVRAMA FORSEPSİ (CLAW TIP)

Açıklama : REUSABLE KAVRAMA FORSEPSİ (CLAW TIP)

1. Teklifler ile birlikte ürün ait orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzemeler Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB? dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *
5. Teklif edilen malzeme Reusable LAparoskopik El Alet Setinin bir parçası olmalıdır. Bu set aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Teklif edilen malzemeler her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
7. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
8. Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına(insert, dış kılıf ve elcek) ayrılabilir.
9. Laparoskopik el aletlerinin parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalı ve monte edilirken kolayca kırılabilir parçaları olmamalıdır.
10. Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF koda göre. 5 mm veya 10 mm ve şaftın uzunluğu istenen REF koduna göre 25 cm, 33 cm ve 43 cm olmalıdır.
11. Laparoskopik el aletleri bağlı olduğunu kabzadan tek bir tuş ile parçalarına ayrılabilir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

12. Laparoskopik el aletleri 360 derece rotasyon yapabilmeli, bunun kontrollü tek elle sağlanabilmelidir.
13. Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlamayı görüntüyü bozmaması için şaftları mat olmalıdır
14. Laparoskopik el aletlerinin elçikleri istenen REF kodlarına bu elçiklerin kilitle ve kilitsiz modelleri olmalıdır. teklif edilen aletlere uyumlu olmalıdır.
15. Teklif edilen el aletleri 2 farklı optimize edilmiş güç transferi teknolojisine sahip olmalıdır. Grasping forsepsler için CAM joint teknolojisi sayesinde çene kapanırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam kapanma sağlayabilmelidir. Disektörler için ise SL joint teknolojisi sayesinde çene açılırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam açılma sağlayabilmelidir.
16. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.
17. Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri A66020A -olympus marka olarak belirlenmiştir.
18. Dönebilir özellikte olmalıdır. Tekrar kullanılabilir ve otoklavda steril edilebilmelidir
19. Myom kavrama için kullanıma uygun özellikte ve laparoskopik prosedürlere uygun claw tipte olmalıdır. Alt çene 3 dişli üst çene 2 dişli olmalıdır.
20. Çene uzunluğu 28 mm olmalıdır.
21. Çapı 5 mm. ve şaft uzunluğu 33 cm. olan şaftlarla uyumlu olmalıdır.
22. Tek çene hareketli olmalıdır.
23. REUSABLE KAVRAMA FORSEPSİ (CLAW TIP) in içeriğinde Kilitli tip Halka Kabza, Çalışma iç aksamı, Dış Tüp bulunmalıdır.
24. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır. Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
25. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
26. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11717) BIPOLAR DİSEKSİYON FORSEPSİ (MARYLAND TIP)

Açıklama : BIPOLAR DİSEKSİYON FORSEPSİ (MARYLAND TIP)

1. Teklifler ile birlikte ürün ait orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzemeler Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *
5. Teklif edilen malzemeler Reusable Laparoskopi El alet setinin bir parçası olmalıdır. Bu set aynı marka birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Teklif edilen malzeme her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir.
7. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

8. Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına(insert, dış kılıf ve elcek) ayrılabilmelidir.
9. Laparoskopik el aletlerinin parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalı ve monte edilirken kolayca kırılabilecek parçaları olmamalıdır.
10. Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF koda göre. 5 mm veya 10 mm ve şaftın uzunluğu istenen REF koduna göre 25 cm, 33 cm ve 43 cm olmalıdır.
11. Laparoskopik el aletleri bağlı olduğunu kabzadan tek bir tuş ile parçalarına ayrılabilmelidir.
12. Laparoskopik el aletleri 360 derece rotasyon yapabilmeli, bunun kontrollü tek elle sağlanabilmelidir.
13. Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlamayı görüntüyü bozmaması için şaftları mat olmalıdır
14. Laparoskopik el aletlerinin elçikleri istenen REF kodlarına bu elçiklerin kilitle ve kilitsiz modelleri olmalıdır. teklif edilen aletlere uyumlu olmalıdır.
15. Teklif edilen el aletleri 2 farklı optimize edilmiş güç transferi teknolojisine sahip olmalıdır. Grasping forsepsler için CAM joint teknolojisi sayesinde çene kapanırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam kapanma sağlayabilmelidir. Disektörler için ise SL joint teknolojisi sayesinde çene açılırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam açılma sağlayabilmelidir.
16. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.
17. Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri WA69416M -olympus marka olarak belirlenmiştir.
18. 360 derece Dönebilir özellikte olmalıdır. Tekrar kullanılabilir ve otoklavda steril edilebilmelidir
19. Özellikle disseksiyon için kullanıma uygun özellikte Maryland tipte olmalıdır.
20. Unipolar özellikte olmalıdır.
21. Çene uzunluğu 17 mm olmalıdır.
22. Çapı 5 mm. ve şaft uzunluğu 33 cm. olmalıdır.
23. Çift çene hareketli olmalıdır.
24. BİPOLAR DİSEKSİYON FORSEPSİN (MARYLAND TİPİ)İÇERİĞİNDE Halka Kabza, Forseps iç aksamı, Yalıtılmış Dış Tüp olmalıdır.
25. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
26. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
27. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11728) ASİSTANT İGNE TUTUCU

Açıklama : ASİSTANT İGNE TUTUCU

1. Teklifler ile birlikte ürünün orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzeme Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *
5. Teklif edilen malzeme Reusable LAParoskopik El Alet Setinin bir parçası olmalıdır. Bu set aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Teklif edilen malzemelerin hepsi her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
8. Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına(insert, dış kılıf ve elcek) ayrılabilir. Teklif edilen malzemelerin parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmeleri için kilit sistemli olmalı ve monte edilirken kolayca kırılacak parçaları olmamalıdır.
10. Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF koda göre. 5 mm veya 10 mm ve shaftın uzunluğu istenen REF koduna göre 25 cm, 33 cm ve 43 cm olmalıdır.
11. Laparoskopik el aletleri bağlı olduğunu kabzadan tek bir tuş ile parçalarına ayrılabilir. Teklif edilen malzemelerin 360 derece rotasyon yapabilmeli, bunun kontrollü tek elle sağlanabilir. Teklif edilen malzemelerin kamera ışığı altında parlayıp görüntüyü bozmaması için shaftları mat olmalıdır.
13. Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlayıp görüntüyü bozmaması için shaftları mat olmalıdır.
14. Laparoskopik el aletlerinin elçikleri istenen REF kodlarına bu elçiklerin kilitle ve kilitsiz modelleri olmalıdır. teklif edilen aletlere uyumlu olmalıdır.
15. Teklif edilen el aletlerinin en az bir adet uluslararası dizayn ödülü bulunmalıdır, böylelikle ürünün ergonomikliği ve kalitesi tescillenmiş olmalıdır.
16. Teklif edilen el aletleri 2 farklı optimize edilmiş güç transferi teknolojisine sahip olmalıdır. Grasping forsepsler için CAM joint teknolojisi sayesinde çene kapanırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam kapanma sağlayabilir. Disektörler için ise SL joint teknolojisi sayesinde çene açılırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam açılma sağlayabilir. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.
18. Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri WA64750A -olympus marka olarak belirlenmiştir.
19. Ergonomik kabzası raketli olmalıdır.
20. Laparoskopik portegü kilit mekanizması ergonomik elçeğin alt kısmında olmalı tek elle rahat kullanıma uygun olmalıdır.
21. İğne tutucu modüler olmalı ve çene kısmı ile kabza kısmı ayrılabilir olmalıdır.
22. İğne tutucunun alt kısmında kanalı yıkamak için musluk bağlantısı olmalıdır.
23. El aleti ergonomik olmalıdır.
24. Çapı 5mm ve uzunluğu 33 cm olmalıdır.
25. Asistant needle holder tipte olmalıdır. Uç kısmı düz yapıda ve tırtıklı olmalıdır.
26. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır. Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
27. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
28. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekece yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

C.U

(11723) IRRIGASYON ASPIRASYON SETİ PISTOL TIP 5MM

Açıklama : IRRIGASYON ASPIRASYON SETİ PISTOL TIP 5MM

1. Teklifler ile birlikte ürünün ait orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzeme Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *
5. Teklif edilen malzeme Reusable LAparoskopi El Alet Setinin bir parçası olmalıdır. Bu set aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Teklif edilen malzeme her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir.
7. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
8. Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına(insert, dış kılıf ve elcek) ayrılabilir.
9. Laparoskopik el aletlerinin parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalı ve monte edilirken kolayca kırılacak parçaları olmamalıdır.
10. Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF koda göre. 5 mm veya 10 mm ve shaftın uzunluğu istenen REF koduna göre 25 cm, 33 cm ve 43 cm olmalıdır.
11. Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlayıp görüntüyü bozmaması için shaftları mat olmalıdır
12. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.
13. Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri WA51111A -olympus marka olarak belirlenmiştir.
14. Laparoskopik irrigasyon ve aspirasyon işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.
15. İrrigasyon ve aspirasyon işlemleri için ayrı ayrı musluk yapısına sahip olmalıdır. .
16. Handle yapısı Pistol kabza şeklinde olmalıdır.
17. Pistol Kabza içerisinde Valf tubing seti bulunmalı, bu set değiştirilmelidir. Tubing set kalınlığı 5 mm olmalıdır.
18. Kabza allt kısmında irrigasyon ve aspirasyon için tüp bağlantıları olmalıdır.
19. 10mm, 5mm ve 3mm aspirasyon/irrigasyon tüpleri bağlanabilir.
20. Kabza ile birlikte çapı 5.3 mm uzunluğu 36 cm olan tüp verilmelidir.
21. İrrigasyon aspirasyon seti ile beraber 1 adet pistol içi tubing valf seti verilecektir.
22. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

23. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
24. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11716) MAKRO IGNE TUTUCU (SOLA AÇILI) PORTEGU

Açıklama : MAKRO IGNE TUTUCU (SOLA AÇILI) PORTEGU

1. Teklifler ile birlikte ürünün orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzeme Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *
5. Teklif edilen malzeme Reusable LAparoskopi El Alet Setinin bir parçası olmalıdır. Bu set aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Teklif edilen malzeme her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
7. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
8. Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına(insert, dış kılıf ve elcek) ayrılabilir. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
9. Laparoskopik el aletlerinin parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalı ve monte edilirken kolayca kırılacak parçaları olmamalıdır.
10. Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF koda göre. 5 mm veya 10 mm ve shaftın uzunluğu istenen REF koduna göre 25 cm, 33 cm ve 43 cm olmalıdır.
11. Laparoskopik el aletleri bağlı olduğunu kabzadan tek bir tuş ile parçalarına ayrılabilir. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
12. Laparoskopik el aletleri 360 derece rotasyon yapabilmeli, bunun kontrollü tek elle sağlanabilir. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
13. Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlayıp görüntüyü bozmaması için shaftları mat olmalıdır. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
14. Laparoskopik el aletlerinin elçikleri istenen REF kodlarına bu elçiklerin kilitli ve kiltsiz modelleri olmalıdır. teklif edilen aletlere uyumlu olmalıdır. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
15. Teklif edilen el aletlerinin en az bir adet uluslararası dizayn ödülü bulunmalıdır, böylelikle ürünün ergonomikliği ve kalitesi tescillenmiş olmalıdır. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
16. Teklif edilen el aletleri 2 farklı optimize edilmiş güç transferi teknolojisine sahip olmalıdır. Grasping forsepsler için CAM joint teknolojisi sayesinde çene kapanırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam kapanma sağlayabilir. Disektörler için ise SL joint teknolojisi sayesinde çene açılırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam açılma sağlayabilir. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
17. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
18. Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri WA64710A -olympus marka olarak belirlenmiştir. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
19. Çene ucu sola açılı uç yapısına sahip olmalıdır. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
20. Ergonomik kabzası raketli olmalıdır. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
21. 5 mm çapında, 33 cm uzunluğunda olmalıdır. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

22. Laparoskopik portegü kilit mekanizması ergonomik elçeğin alt kısmında olmalı tek elle rahat kullanıma uygun olmalıdır.
23. İğne tutucu modüler olmalı ve çene kısmı ile kabza kısmı ayrılabilir olmalıdır.
24. İğne tutucunun alt kısmında kanalı yıkamak için musluk bağlantısı olmalıdır.
25. El aleti ergonomik olmalıdır.
26. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
27. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
28. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11726) MAKRO İGNE TUTUCU (SAGA ACILI UCLU)

Açıklama : MAKRO İGNE TUTUCU (SAGA ACILI UCLU)

1. Teklifler ile birlikte ürünün orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzeme Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB'dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *
5. Teklif edilen malzeme Reusable LAParoskopik El Alet Setinin bir parçası olmalıdır. Bu set aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Teklif edilen malzemelerin hepsi her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilirlerdir.
7. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
8. Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına(insert, dış kılıf ve elcek) ayrılabilirlerdir.
9. Laparoskopik el aletlerinin parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmeleri için kilit sistemli olmalı ve monte edilirken kolayca kırılacak parçaları olmamalıdır.
10. Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF koda göre. 5 mm veya 10 mm ve shaftın uzunluğu istenen REF koduna göre 25 cm, 33 cm ve 43 cm olmalıdır.
11. Laparoskopik el aletleri bağlı olduğunu kabzadan tek bir tuş ile parçalarına ayrılabilirlerdir.
12. Laparoskopik el aletleri 360 derece rotasyon yapabilmeli, bunun kontrollü tek elle sağlanabilirlerdir.
13. Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlayıp görüntüyü bozması için shaftları mat olmalıdır
14. Laparoskopik el aletlerinin elçekleri istenen REF kodlarına bu elçeklerin kilitli ve kilisiz modelleri olmalıdır. teklif edilen aletlere uyumlu olmalıdır.
15. Teklif edilen el aletlerinin en az bir adet uluslararası dizayn ödülü bulunmalıdır, böylelikle ürünün ergonomikliği ve kalitesi tescillenmiş olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

16. Teklif edilen el aletleri 2 farklı optimize edilmiş güç transferi teknolojisine sahip olmalıdır. Grasping forsepsler için CAM joint teknolojisi sayesinde çene kapanırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam kapanma sağlayabilmelidir. Disektörler için ise SL joint teknolojisi sayesinde çene açılırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam açılma sağlayabilmelidir.
17. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.
18. Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri WA64740A -olympus marka olarak belirlenmiştir.
19. Çene ucu sağa açılı uç yapısına sahip olmalıdır.
20. Ergonomik kabzası raketli olmalıdır.
21. Laparoskopik portegü kilit mekanizması ergonomik elçeğin alt kısmında olmalı tek elle rahat kullanıma uygun olmalıdır.
22. İğne tutucu modüler olmalı ve çene kısmı ile kabza kısmı ayrılabilir olmalıdır.
23. İğne tutucunun alt kısmında kanalı yıkamak için musluk bağlantısı olmalıdır.
24. El aleti ergonomik olmalıdır.
25. Çapı 5mm ve uzunluğu 33 cm olmalıdır.
26. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır. Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
27. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
28. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11727) OTOMATİK MAKRO IGNE TUTUCU

Açıklama : OTOMATİK MAKRO IGNE TUTUCU

1. Teklifler ile birlikte ürünün orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzeme Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.
2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi bayisi olduğunu gösterir 2023 yılında onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı ?İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası? veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB? dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır. *
5. Teklif edilen malzeme Reusable LAparoskopi El Alet Setinin bir parçası olmalıdır. Bu set aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Teklif edilen malzeme her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
7. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
8. Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yapılabilmesi ve içerisinde kan doku vs. kalmaması için kolaylıkla parçalarına(insert, dış kılıf ve elcek) ayrılabilir. Teklif edilen malzemelerin parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalı ve monte edilirken kolayca kırılabilecek parçaları olmamalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10. Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF koda göre. 5 mm veya 10 mm ve şaftın uzunluğu istenen REF koduna göre 25 cm, 33 cm ve 43 cm olmalıdır.
11. Laparoskopik el aletleri bağlı olduğunu kabzadan tek bir tuş ile parçalarına ayrılabilmelidir.
12. Laparoskopik el aletleri 360 derece rotasyon yapabilmeli, bunun kontrollü tek elle sağlanabilmelidir.
13. Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlayıp görüntüyü bozması için şaftları mat olmalıdır
14. Laparoskopik el aletlerinin elçikleri istenen REF kodlarına bu elçiklerin kilitle ve kilitsiz modelleri olmalıdır. teklif edilen aletlere uyumlu olmalıdır.
15. Teklif edilen el aletlerinin en az bir adet uluslararası dizayn ödülü bulunmalıdır, böylelikle ürünün ergonomikliği ve kalitesi tescillenmiş olmalıdır.
16. Teklif edilen el aletleri 2 farklı optimize edilmiş güç transferi teknolojisine sahip olmalıdır. Grasping forsepsler için CAM joint teknolojisi sayesinde çene kapanırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam kapanma sağlayabilmelidir. Disektörler için ise SL joint teknolojisi sayesinde çene açılırken minimum efor harcayarak güçlü ve tam açılma sağlayabilmelidir.
17. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 2023 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.
18. Teklif edilen Laparoskopik El aletleri seti Referans marka, referans kod, ve alım adetleri WA64720A -olympus marka olarak belirlenmiştir.
19. Çene ucu düz uç yapısına sahip olmalıdır.
20. Çene yapısı sayesinde iğneleri otomatik olarak düzeltmeli, iğne ucu yukarı bakacak şekilde olmalıdır.
21. Ergonomik kabzası raketli olmalıdır.
22. Laparoskopik portegü kilit mekanizması ergonomik elçeğin alt kısmında olmalı tek elle rahat kullanıma uygun olmalıdır.
23. İğne tutucu modüler olmalı ve çene kısmı ile kabza kısmı ayrılabilir olmalıdır.
24. İğne tutucunun alt kısmında kanalı yıkamak için musluk bağlantısı olmalıdır.
25. El aleti ergonomik olmalıdır.
26. Çapı 5mm ve uzunluğu 33 cm olmalıdır.
27. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
28. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
29. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distrübütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.