



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20232639

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/05/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 1MM , 20 CM	5,00	ADET
2	BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 2MM , 20 CM	5,00	ADET
3	BIPOLAR KABLO (3 M)	20,00	ADET
4	KEMİK RONGUER	2,00	ADET
5	KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK, AGIZ GENISLIGI 1 MM	3,00	ADET
6	KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK, AGIZ GENISLIGI 3 MM	5,00	ADET
7	KERRISON RONGUER SERVİKAL 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 3 MM	5,00	ADET
8	KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 4 MM	5,00	ADET
9	KERRISON RONGUER SERVİKAL 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 1 MM	3,00	ADET
10	KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 2 MM	5,00	ADET

TEKLİF NO : 20232639

NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20232639

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENER FİRMALARIN 16/05/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
11 KERRISON RONGUER SERVIKAL 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 2 MM	5,00 ADET

TEKLİF NO : 20232639
NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/11

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3766.000	BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 1MM , 20 CM	ADET	5
442.3767.000	BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 2MM , 20 CM	ADET	5
442.3768.000	BIPOLAR KABLO (3 M)	ADET	20
442.3769.000	KEMIK RONGUER	ADET	2
442.3770.000	KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK, AGIZ GENISLIGI 1 MM	ADET	3
442.3771.000	KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK, AGIZ GENISLIGI 3 MM	ADET	5
442.3772.000	KERRISON RONGUER SERVIKAL 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 3 MM	ADET	5
442.3773.000	KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 4 MM	ADET	5
442.3774.000	KERRISON RONGUER SERVIKAL 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 1 MM	ADET	3
442.3775.000	KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 2 MM	ADET	5
442.3776.000	KERRISON RONGUER SERVIKAL 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 2 MM	ADET	5

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11735) KERRISON RONGUER SERVIKAL 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 3 MM

Açıklama : KERRISON RONGUER SERVIKAL 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 3 MM

- Kerrison Ronguer 23 cm uzunluğunda , ağız genişliği 3 mm olmalıdır. Çok hassas operasyonlarda kullanılacağı için farklı uzunluk ve ağız ölçüleri kabul edilmeyecektir .
- Kerrison Ronguer ağız kısmı dar yerlerde kullanılabilmesi için ince tabanlı olmalıdır .
- Kerrison Ronguer dış yüzeyi sağlamlığı arttırmak ve operasyon esnasında ameliyat tavan lambasında parlamasını engellemek amacıyla siyah renkli seramik kaplama olmalıdır.
- Kerrison Ronguer üst çalışma elemanı temizlik yapılabilmesi için yarı ayrılabilir özellikte olmalıdır.Tamamen ayrılabilir kerrison ronjörler kesinlikle kabul edilmeyecektir .
- Kerrison Ronguer elcek kısmı uzun süreli kullanımlarda konfor sağlması için silikon esesli malzeme ile kaplı olmalıdır .
- Kerrison Ronguer ağız kısmında koparılan kemiğin operasyon alanına düşmesini engelleyen ejektör olmalıdır .
- Teklif verecek firmalar için 57.29.63 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
- Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiş, yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
- Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
- .Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
- Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.

13. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
14. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11732) BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 1MM , 20 CM

Açıklama : BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 1MM , 20 CM

1. Bipolar pensetin ağız genişliği 1 mm olup uzunluğu 20cm olmalıdır. Gövdesi bayonet tipte olmalıdır . Farklı uzunluk ve ağız ölçüsünde ürün kabul edilmeyecektir .
2. Bipolar pensetin çalışma esnasında uçları birbirine asla yapışmamalı ve yüzey kaplaması dayanıklı olup kolayca soyulmamalıdır . Mühürleme işlemini dokuya minimum temasla kısa sürede yapabilmelidir.
3. Teklif verecek firmalar için 88.08.03 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
4. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
5. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
6. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
7. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı

C.U

(11731) KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 4 MM

Açıklama : KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 4 MM

1. Kerrison Ronguer 23 cm uzunluğunda , ağız genişliği 4 mm olmalıdır. Çok hassas operasyonlarda kullanılacağı için farklı uzunluk ve ağız ölçüleri kabul edilmeyecektir .
2. Kerrison Ronguer ağız kısmı dar yerlerde kullanılabilmesi için ince tabanlı olmalıdır .
3. Kerrison Ronguer dış yüzeyi sağlamlığı arttırmak ve operasyon esnasında ameliyat tavan lambasında parlamasını engellemek amacıyla siyah renkli seramik kaplama olmalıdır.
4. Kerrison Ronguer üst çalışma elemanı temizlik yapılabilmesi için yarı ayrılabilir özellikte olmalıdır.Tamamen ayrılabilir kerrison ronjörler kesinlikle kabul edilmeyecektir .
5. Kerrison Ronguer elcek kısmı uzun süreli kullanımlarda konfor sağlması için silikon eseslı malzeme ile kaplı olmalıdır .

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- Kerrison Ronguer ağız kısmında koparılan kemiğin operasyon alanına düşmesini engelleyen ejektör olmalıdır .
- Teklif verecek firmalar için 57.29.64 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
- Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiş, yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
- Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
- .Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
- Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
- Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
- Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
- Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
- 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
- Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
- Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
- Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11733) KERRISON RONGUER SERVIKAL 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 2 MM

Açıklama : KERRISON RONGUER SERVIKAL 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 2 MM

- Kerrison Ronguer 23 cm uzunluğunda , ağız genişliği 2 mm olmalıdır. Çok hassas operasyonlarda kullanılacağı için farklı uzunluk ve ağız ölçüleri kabul edilmeyecektir .
- Kerrison Ronguer ağız kısmı dar yerlerde kullanılabilmesi için ince tabanlı olmalıdır .
- Kerrison Ronguer dış yüzeyi sağlamlığı arttırmak ve operasyon esnasında ameliyat tavan lambasında parlamasını engellemek amacıyla siyah renkli seramik kaplama olmalıdır.
- Kerrison Ronguer üst çalışma elemanı temizlik yapılabilmesi için yarı ayrılabilir özellikte olmalıdır.Tamamen ayrılabilir kerrison ronjörler kesinlikle kabul edilmeyecektir .
- Kerrison Ronguer elcek kısmı uzun süreli kullanımlarda konfor sağlması için silikon eseslı malzeme ile kaplı olmalıdır .
- Kerrison Ronguer ağız kısmında koparılan kemiğin operasyon alanına düşmesini engelleyen ejektör olmalıdır .
- Teklif verecek firmalar için 57.29.62 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
- Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiş, yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
11. Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
12. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
13. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
14. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11734) BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 2MM , 20 CM

Açıklama : BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 2MM , 20 CM

1. Bipolar pensetin ağız genişliği 2 mm olup uzunluğu 20cm olmalıdır. Gövdesi bayonet tipte olmalıdır . Farklı uzunluk ve ağız ölçüsünde ürün kabul edilmeyecektir .
2. Bipolar pensetin çalışma esnasında uçları birbirine asla yapışmamalı ve yüzey kaplaması dayanıklı olup kolayca soyulmamalıdır . Mühürleme işlemini dokuya minimum temasla kısa sürede yapabilmelidir.
3. Teklif verecek firmalar için 88.08.05 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
4. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
5. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
6. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
7. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(11700) KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 2 MM

Açıklama : KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 2 MM

1. Kerrison Ronguer 23 cm uzunluğunda , ağız genişliği 2 mm olmalıdır. Çok hassas operasyonlarda kullanılacağı için farklı uzunluk ve ağız ölçüleri kabul edilmeyecektir .
2. Kerrison Ronguer ağız kısmı dar yerlerde kullanılabilmesi için ince tabanlı olmalıdır .
3. Kerrison Ronguer dış yüzeyi sağlamlığı arttırmak ve operasyon esnasında ameliyat tavan lambasında parlamasını engellemek amacıyla siyah renkli seramik kaplama olmalıdır.
4. Kerrison Ronguer üst çalışma elemanı temizlik yapılabilmesi için yarı ayrılabilir özellikte olmalıdır.Tamamen ayrılabilir kerrison ronjörler kesinlikle kabul edilmeyecektir .
5. Kerrison Ronguer elcek kısmı uzun süreli kullanımlarda konfor sağlaması için silikon eseslı malzeme ile kaplı olmalıdır .
6. Kerrison Ronguer ağız kısmında koparılan kemiğin operasyon alanına düşmesini engelleyen ejektör olmalıdır .
7. Teklif verecek firmalar için 57.30.72 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
8. Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiş, yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
9. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
10. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
11. Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
12. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
13. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
14. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distrübütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11699) KERRISON RONGUER SERVİKAL 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 1 MM

Açıklama : KERRISON RONGUER SERVİKAL 23 CM UZUNLUK ,AGIZ GENISLIGI 1 MM

1. Kerrison Ronguer 23 cm uzunluğunda , ağız genişliği 1 mm olmalıdır. Çok hassas operasyonlarda kullanılacağı için farklı uzunluk ve ağız ölçüleri kabul edilmeyecektir .
2. Kerrison Ronguer ağız kısmı dar yerlerde kullanılabilmesi için ince tabanlı olmalıdır .
3. Kerrison Ronguer dış yüzeyi sağlamlığı arttırmak ve operasyon esnasında ameliyat tavan lambasında parlamasını engellemek amacıyla siyah renkli seramik kaplama olmalıdır.
4. Kerrison Ronguer üst çalışma elemanı temizlik yapılabilmesi için yarı ayrılabilir özellikte olmalıdır.Tamamen ayrılabilir kerrison ronjörler kesinlikle kabul edilmeyecektir .

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

5. Kerrison Ronguer elcek kısmı uzun süreli kullanımlarda konfor sağlaması için silikon eseslı malzeme ile kaplı olmalıdır .
6. Kerrison Ronguer ağız kısmında koparılan kemiğin operasyon alanına düşmesini engelleyen ejektör olmalıdır .
7. Teklif verecek firmalar için 57.30.71 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
8. Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiş, yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
9. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
10. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
11. .Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
12. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
13. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
14. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11698) BIPOLAR KABLO (3 M)

Açıklama : BIPOLAR KABLO (3 M)

1. Teklif edilen kablonun cihaz giriş kısmı bipolar forseps için uygun olmalı ve hastanemizdeki cihazlarla uyumlu çalışmalıdır .
2. Kablo sterilizasyona dayanıklı olmalıdır . Kolayca deforme olmamalıdır .
3. Bipolar pensetlerin takılacağı kısım soket girişli olmalıdır .
4. Bipolar kablo 3 metre uzunluğunda olmalıdır .
5. Teklif verecek firmalar için 130-177-500 nolu muadil kod micromed kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
6. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
7. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

8. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
9. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır

C.U

(11702) **KEMIK RONGUER**

Açıklama : KEMIK RONGUER

1. Ronguer 23 cm uzunluğunda ,leksell model olmalıdır. Çok hassas operasyonlarda kullanılacağı için farklı uzunluk ve ağız ölçüleri kabul edilmeyecektir.
2. Ronguer ağız kısmı kalın kemik parçalarını koparabilmek için çift eklemlili ve kuvvetli olmalıdır .
3. Teklif verecek firmalar için 31.51.08 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
4. Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiş, yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
5. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
6. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
7. .Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
8. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
9. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
10. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
11. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
12. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
13. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
14. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
15. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11691) **KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK, AGIZ GENISLIGI 1 MM**

Açıklama : KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK, AGIZ GENISLIGI 1 MM

1. Kerrison Ronguer 23 cm uzunluğunda , ağız genişliği 1 mm olmalıdır. Çok hassas operasyonlarda kullanılacağı için farklı uzunluk ve ağız ölçüleri kabul edilmeyecektir .
2. Kerrison Ronguer ağız kısmı dar yerlerde kullanılabilmesi için ince tabanlı olmalıdır .
3. Kerrison Ronguer dış yüzeyi sağlamlığı arttırmak ve operasyon esnasında ameliyat tavan lambasında parlamasını engellemek amacıyla siyah renkli seramik kaplama olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

4. Kerrison Ronguer üst çalışma elemanı temizlik yapılabilmesi için yarı ayrılabilir özellikte olmalıdır.Tamamen ayrılabilir kerrison ronjörler kesinlikle kabul edilmeyecektir .
5. Kerrison Ronguer elcek kısmı uzun süreli kullanımlarda konfor sağlaması için silikon eseslı malzeme ile kaplı olmalıdır .
6. Kerrison Ronguer ağız kısmında koparılan kemiğin operasyon alanına düşmesini engelleyen ejektör olmalıdır .
7. Teklif verecek firmalar için 57.29.61 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
8. Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiş, yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
9. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
10. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
11. Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
12. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
13. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
14. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazıl
18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distrübütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

(11701) **KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK, AGIZ GENISLIGI 3 MM**

Açıklama : KERRISON RONGUER 23 CM UZUNLUK, AGIZ GENISLIGI 3 MM

1. Kerrison Ronguer 23 cm uzunluğunda , ağız genişliği 3 mm olmalıdır. Çok hassas operasyonlarda kullanılacağı için farklı uzunluk ve ağız ölçüleri kabul edilmeyecektir .
2. Kerrison Ronguer ağız kısmı dar yerlerde kullanılabilmesi için ince tabanlı olmalıdır .
3. Kerrison Ronguer dış yüzeyi sağlamlığı arttırmak ve operasyon esnasında ameliyat tavan lambasında parlamasını engellemek amacıyla siyah renkli seramik kaplama olmalıdır.
4. Kerrison Ronguer üst çalışma elemanı temizlik yapılabilmesi için yarı ayrılabilir özellikte olmalıdır.Tamamen ayrılabilir kerrison ronjörler kesinlikle kabul edilmeyecektir .
5. Kerrison Ronguer elcek kısmı uzun süreli kullanımlarda konfor sağlaması için silikon eseslı malzeme ile kaplı olmalıdır .
6. Kerrison Ronguer ağız kısmında koparılan kemiğin operasyon alanına düşmesini engelleyen ejektör olmalıdır .
7. Teklif verecek firmalar için 57.30.73 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

8. Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiş, yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
9. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikte olmalıdır
10. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup, aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir. Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını, katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
11. .Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
12. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
13. Cerrahi el aletleri, ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
14. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar - uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
15. Garanti süresi içinde kullanım, bakım ve sterilizasyon hataları hariç, arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek, tamir yoluna gidilmeyecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
17. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır.Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
18. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
19. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U