



Teklif No: 20232637

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/05/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BISTURI SAPI NO:3 (12,5 CM)	5,00	ADET
2	KULAK KURETİ 1,5MM, SHARP, DUZ	20,00	ADET
3	KULAK KURETİ 2MM, SHARP, DUZ	15,00	ADET
4	KULAK KURETİ 1,5MM, BLUNT, DUZ	15,00	ADET
5	KULAK KURETİ 2MM, BLUNT	15,00	ADET
6	ALIGATOR 80 MM, DUZ	10,00	ADET
7	NAZAL SPEKULUM, KUCUK, 15,5 CM	15,00	ADET
8	NAZAL SPEKULUM, INFAKT, 135 MM	15,00	ADET
9	NAZAL SPEKULUM, INFAKT, 140 MM	15,00	ADET
10	BAYONET FORSEPS 160 MM	20,00	ADET

TEKLİF NO : 20232637

NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20232637

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/05/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	KULAK ASPIRATORU FR 5, 1.8MM	30,00	ADET
12	KULAK ASPIRATORU FR 6, 2MM	10,00	ADET
13	KULAK ASPIRATORU FR 7, 2.5MM,	30,00	ADET
14	KULAK ASPIRATORU FR 7, 2.3 MM BARON TYPE	10,00	ADET
15	KULAK ASPIRATORU, FR 3, 1.3 MM BARON TYPE	10,00	ADET
16	KULAK ASPIRATÖRÜ, FR 5, 1.8 MM, BARON TYPE	10,00	ADET
17	KULAK ASPIRATORU FR 4, 1.2MM	15,00	ADET
18	PIK	5,00	ADET
19	PIK 45 DERECE	5,00	ADET
20	DUZ MAKAS, BLUNT, 145 MM	12,00	ADET

TEKLİF NO : 20232637
NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/35



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20232637

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/05/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	HEMOSTATİK FORCEPS 14 CM	15,00	ADET
22	WALSHAM SEPTUM DÜZELTME, 23 CM DÜZ	1,00	ADET
23	CERRAHI ALET SEPETİ (340X250X60 MM)	5,00	ADET
24	WEIL-BLAKESLEY TIPI NAZAL FORSEPS	2,00	ADET
25	KULAK SPEKULUMU(METAL) 6MM	5,00	ADET
26	KULAK SPEKULUMU(METAL) 4.4 MM	5,00	ADET
27	KULAK SPEKULUMU (METAL) 5.2MM	5,00	ADET
28	PARASENTEZ BİCAGI 160 MM , BAYONET SEKİLDE ÇOCUK	3,00	ADET
29	PARASENTEZ BİCAGI 190 MM, BAYONET SEKİLDE ERİSKİN	3,00	ADET
30	FORSEPS-PENSET (UC DİSLİ ,16 CM UZUNLUKTA)	5,00	ADET

TEKLİF NO : 20232637

NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/35

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.0368.000	BISTURI SAPI NO:3 (12,5 CM)	ADET	5
442.3777.000	KULAK KURETI 1,5MM, SHARP, DUZ	ADET	20
442.3778.000	KULAK KURETI 2MM, SHARP, DUZ	ADET	15
442.3779.000	KULAK KURETI 1,5MM, BLUNT, DUZ	ADET	15
442.3780.000	KULAK KURETI 2MM, BLUNT	ADET	15
442.3781.000	ALIGATOR 80 MM, DUZ	ADET	10
442.3782.000	NAZAL SPEKULUM, KUCUK, 15,5 CM	ADET	15
442.3783.000	NAZAL SPEKULUM, INFAKT, 135 MM	ADET	15
442.3784.000	NAZAL SPEKULUM, INFAKT, 140 MM	ADET	15
442.3785.000	BAYONET FORSEPS 160 MM	ADET	20
442.3786.000	KULAK ASPIRATORU FR 5, 1.8MM	ADET	30
442.3787.000	KULAK ASPIRATORU FR 6, 2MM	ADET	10
442.3788.000	KULAK ASPIRATORU FR 7, 2.5MM,	ADET	30
442.3789.000	KULAK ASPIRATORU FR 7, 2.3 MM BARON TYPE	ADET	10
442.3790.000	KULAK ASPIRATORU, FR 3, 1.3 MM BARON TYPE	ADET	10
442.3791.000	KULAK ASPİRATÖRÜ, FR 5, 1.8 MM, BARON TYPE	ADET	10
442.3792.000	KULAK ASPIRATORU FR 4, 1.2MM	ADET	15
442.3793.000	PIK	ADET	5
442.3794.000	PIK 45 DERECE	ADET	5
442.3795.000	DUZ MAKAS, BLUNT, 145 MM	ADET	12
442.3796.000	HEMOSTATİK FORCEPS 14 CM	ADET	15
442.3797.000	WALSHAM SEPTUM DUZELTME, 23 CM DUZ	ADET	1
442.3798.000	CERRAHI ALET SEPETİ (340X250X60 MM)	ADET	5
442.3799.000	WEIL-BLAKESLEY TIPI NAZAL FORSEPS	ADET	2
442.3800.000	KULAK SPEKULUMU(METAL) 6MM	ADET	5
442.3801.000	KULAK SPEKULUMU(METAL) 4.4 MM	ADET	5
442.3802.000	KULAK SPEKULUMU (METAL) 5.2MM	ADET	5
442.3803.000	PARASENTEZ BICAGI 160 MM , BAYONET SEKILDE ÇOCUK	ADET	3
442.3804.000	PARASENTEZ BICAGI 190 MM, BAYONET SEKILDE ERISKIN	ADET	3
442.3805.000	FORSEPS-PENSET (UC DISLI ,16 CM UZUNLUKTA)	ADET	5

1.GENEL ÖZELLİKLER

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9666) BISTURI SAPI NO:3 (12,5 CM)

Açıklama : BISTURI SAPI NO:3 (12,5 CM)

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polijası düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafı ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TITUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

16. Referans model:Bistüri Sapı, ÖMÜR SC-4173 benzeri 12.5 cm ve 3 numara, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

C.U

(9656) KULAK KURETI 2MM, SHARP, DUZ

Açıklama : KULAK KURETI 2MM, SHARP, DUZ

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafıta ve aynı fonksiyonları görececek şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model: Ear Curette , ÖMÜR O-1007 benzeri, uç halka Ø2.0 mm keskin olacak ve elle tutulan yer 0.8 hadve tırtıl olacak, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak.

C.U

(9655) ALIGATOR 80 MM, DUZ

Açıklama : ALIGATOR 80 MM, DUZ

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafıta ve aynı fonksiyonları görececek şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALI BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model: Baby Burun Muayene Spekulumu ,ÖMÜR R-2945 , Thick Halle tip, yay sistemi vidalı sökülüp değiştirilebiliyor olmalı,.Spekulumun iç kısmı görüş alanı geniş olacaktır.

C.U

(9670) **KULAK ASPIRATORU FR 6, 2MM**

Açıklama : KULAK ASPIRATORU FR 6, 2MM

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemedan yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafıta ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
- Aletler yabacı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
- Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
- Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
- Referans model:Kulak Aspiratör ucu , ÖMÜR O-1258 Fr 6 Ø2.0 mm , benzeri, Yüzey mat finişli , çalışma uzunluğu 16 cm , by pas deliksiz, paslanmaz çelikten imal edilmiş,tıkanınca boruyu açmak için mandrenli olacaktır.

C.U

(9672) KULAK ASPİRATÖRÜ, FR 5, 1.8 MM, BARON TYPE

Açıklama : KULAK ASPİRATÖRÜ, FR 5, 1.8 MM, BARON TYPE

- Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
- Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
- Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
- İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
- İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
- T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TITUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
- İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
- Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALI BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model:Kulak Aspiratör ucu, Baron tip, ÖMÜR O-1113 benzeri , Fr 5 , Yüzey mat finişli , çalışma uzunluğu 8 cm ,Baron tip, by pas delikli, paslanmaz çelikten imal edilmiş,tıkanınca boruyu açmak için mandrenli olacak boru çapı 1.8 mm olacaktır.

C.U

(9659) **KULAK KURETİ 2MM, BLUNT**

Açıklama : KULAK KURETİ 2MM, BLUNT

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polijajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsaf ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
- Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
- İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
- İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
- Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALI BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
- Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
- Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
- Referans model: Ear Curette , ÖMÜR O-1002 benzeri, uç halka Ø2.0 mm künt olacak ve elle tutulan yer 0.8 hadve tırtıl olacak, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak.

C.U

(9673) KULAK ASPIRATORU FR 7, 2.5MM,

Açıklama : KULAK ASPIRATORU FR 7, 2.5MM,

- Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
- Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
- Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
- İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafı ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
- İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.

8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALI BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model:Kulak Aspiratör ucu , ÖMÜR O-1259 Fr 7 Ø2.5 mm, Yüzey mat finişli , çalışma uzunluğu 16 cm , by pas deliksiz, paslanmaz çelikten imal edilmiş,tıkanınca boruyu açmak için mandrenli olacaktır.

C.U

(9671) **KULAK ASPIRATORU FR 4, 1.2MM**

Açıklama : KULAK ASPIRATORU FR 4, 1.2MM

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALI BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model:Kulak Aspiratör ucu , ÖMÜR O-1242 Fr 4 Ø1.2 mm, Yüzey mat finişli , çalışma uzunluğu 16 cm , by pas deliksiz, paslanmaz çelikten imal edilmiş,tıkanınca boruyu açmak için mandrenli olacaktır.

C.U

(9660) PIK

Açıklama : PIK

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polijajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ile markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafı ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaktır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model: Curved Pick b tympanoplasty için, ÖMÜR EM-2029 benzeri, uç curved 1.1 mm mm uzunlukta ve sivri, yüzey idarenin isteğine göre siyah veya mat finişli toplam uzunluğu 160 mm, sap 0.8 hadve tırtırlı, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.

C.U

(9668) **DUZ MAKAS, BLUNT, 145 MM**

Açıklama : DUZ MAKAS, BLUNT, 145 MM

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsaf ve aynı fonksiyonları görecektir veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
- İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafından teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaktır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
- T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibarı ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir .
- Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
- İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
- Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
- İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
- İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
- Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALI BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
- Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
- Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
- Referans model:Disseksiyon makas, ÖMÜR SC-4021 benzeri , künt, paslanmaz çelikten imal edilmiş, 145 mm uzunlukta., ucu sivri ve düz , kesiciliği iyi olmalıdır.

C.U

(9662) **PARASENTEZ BICAGI 190 MM, BAYONET SEKİLDE ERİSKİN**

Açıklama : PARASENTEZ BICAGI 190 MM, BAYONET SEKİLDE ERİSKİN

- Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
- Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALI BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model: Tympanum Perferatör, ÖMÜR O-1050 benzeri, bayonet tipli, erişkin boyu,190 mm uzunlukta, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak, uç kulak spekulumundan geçecek şekilde küçük ve zarif olacaktır.

C.U

(9661) **FORSEPS-PENSET (UC DISLI ,16 CM UZUNLUKTA)**

Açıklama : FORSEPS-PENSET (UC DISLI ,16 CM UZUNLUKTA)

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TITUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model: Penset, ÖMÜR AT-3322 benzeri , uç dışı olacak, 16 cm uzunlukta paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9658) KULAK KURETİ 1,5MM, BLUNT, DUZ

Açıklama : KULAK KURETİ 1,5MM, BLUNT, DUZ

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafıta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model: Ear Curette , ÖMÜR O-1006 benzeri, uç halka Ø1.5 mm künt olacak ve elle tutulan yer 0.8 hadve tırtıl olacak, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9675) KULAK ASPIRATORU, FR 3, 1.3 MM BARON TYPE

Açıklama : KULAK ASPIRATORU, FR 3, 1.3 MM BARON TYPE

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafıta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model:Kulak Aspiratör ucu, Baron tip, ÖMÜR O-1111 benzeri , Fr 3 , Yüzey mat finişli , çalışma uzunluğu 8 cm ,Baron tip, by pas delikli, paslanmaz çelikten imal edilmiş,tıkanınca boruyu açmak için mandrenli olacak boru çapı 1.3 mm olacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9667) HEMOSTATİK FORCEPS 14 CM

Açıklama : HEMOSTATİK FORCEPS 14 CM

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafıta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model:Hemostatik Forceps, ÖMÜR SC-4033 benzeri, uç curved ve 14 cm uzunlukta, ağız testere şeklinde ve zarif tutuculuğu istenilen özelliklerde , paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Uç ve gövdeden oluşmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9664) WEIL-BLAKESLEY TIPI NAZAL FORSEPS

Açıklama : WEIL-BLAKESLEY TIPI NAZAL FORSEPS

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafıta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALI BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model:Ethmoidal Forceps, ÖMÜR R-2747 benzeri, koparıcı uç 4.2 mm eninde ve düz, Blakesley tip, ağızın tabanı açık olmalı, 12 cm çalışma uzunluğunda , üst kızak sistemi sökülüp takılabilir şekilde imal edilmiş olmalı borulu sistem olmamalı, eklem sistemi perçinli veya vidalı olmamalıdır.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9679) KULAK SPEKULUMU(METAL) 4.4 MM

Açıklama : KULAK SPEKULUMU(METAL) 4.4 MM

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafıta ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibarı ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model:Kulak Muayene Spekulumu , ÖMÜR O-1151 benzeri, Uç Ø 4.4 mm ebatlı ,huni şeklinde ve dış yüzeyi mat finişlenmiş , iç yüzeyi siyah olacak, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak, pirinç olmayacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9678) KULAK SPEKULUMU (METAL) 5.2MM

Açıklama : KULAK SPEKULUMU (METAL) 5.2MM

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model:Kulak Muayene Spekulumu , ÖMÜR O-1152 benzeri, Uç Ø 5.2 mm ebatlı huni şeklinde ve dış yüzeyi mat finişlenmiş , iç yüzeyi siyah olacak, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak, pirinç olmayacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9653) NAZAL SPEKULUM, INFAKT, 140 MM

Açıklama : NAZAL SPEKULUM, INFAKT, 140 MM

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafı ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model: Baby Burun Muayene Spekulumu ,ÖMÜR R-2946 , Thick Halle tip, yay sistemi vidalı sökülüp değiştirilebiliyor olmalı. Spekulumun iç kısmı görüş alanı geniş olacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9669) KULAK ASPIRATORU FR 7, 2.3 MM BARON TYPE

Açıklama : KULAK ASPIRATORU FR 7, 2.3 MM BARON TYPE

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model:Kulak Aspiratör ucu, Baron tip, ÖMÜR O-1114 benzeri , Fr 7, Yüzey mat finişli , çalışma uzunluğu 8 cm ,Baron tip, by pas delikli, paslanmaz çelikten imal edilmiş,tıkanınca boruyu açmak için mandrenli olacak boru çapı 2.3 mm olacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9569) CERRAHI ALET SEPETİ (340X250X60 MM)

Açıklama : CERRAHI ALET SEPETİ (340X250X60 MM)

1. Cerrahi alet sepetleri, cerrahi alet setlerinin oluşturulması ve taşınması için kullanılabilir olmalıdır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı, yapısı bütünlük arz etmeli, kir ve leke barındırmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Tel sepetlerin her iki yanında tutma sapları olmalıdır.
4. Tel sepetler 304 kalite paslanmaz çelik telden imal edilmiş olmalıdır.
5. Tel sepetler basınçlı buhar otoklavında 134 °C steril edilebilir ve kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
6. Tel sepetlerin tel aralığı 5mm (+-1 mm) olmalıdır. Alt ve üst çerçeveler olmalı bunlar üst üste konulduğunda devrilmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
7. Köşelerinin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
8. Tel sepet köşeleri radüslü kıvrılmış olmalı kesinlikle köşeli olmamalıdır.
9. Tel sepetler yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılabilir ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır.
10. Tel sepetler DIN normlarına uygun olmalıdır.
11. İstenilen sepet ölçüleri 340x250x60mm (+/-10mm) olmalıdır.
12. Cihaz yedek parça ve bakım onarım için en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Bu süre içinde sistemin çarpma, vurma gibi dış yapıya yapılan fiziksel darbelerle kırılmalara, eğilmelere neden olan tutanakla tespit edilmiş kullanıcı hataları hariç, arızalarının onarımında yedek parça, bakım, onarımdan firma ücret talep etmeyecektir.
13. Üretici firma ISO 13485:2016 belgesine sahip olmalıdır.
14. Üretici ve/veya satıcı firma yerli malı ve hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

C.U

(9674) KULAK ASPIRATORU FR 5, 1.8MM

Açıklama : KULAK ASPIRATORU FR 5, 1.8MM

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listesinde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALI BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model:Kulak Aspiratör ucu , ÖMÜR O-1243 Fr 5 Ø1.8 mm, Yüzey mat finişli , çalışma uzunluğu 16 cm , by pas deliksiz, paslanmaz çelikten imal edilmiş,tıkanınca boruyu açmak için mandrenli olacaktır.

C.U

(9657) **KULAK KURETİ 1,5MM, SHARP, DUZ**

Açıklama : KULAK KURETİ 1,5MM, SHARP, DUZ

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ile markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafı ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaktır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model: Ear Curette , ÖMÜR O-1001 benzeri, uç halka Ø1.5 mm keskin olacak ve elle tutulan yer 0.8 hadve tırtıl olacak, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak.

C.U

(9652) NAZAL SPEKULUM, KUCUK, 15,5 CM

Açıklama : NAZAL SPEKULUM, KUCUK, 15,5 CM

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemedan yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsaf ve aynı fonksiyonları görecektir veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
- İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafından teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaktır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
- T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibarı ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TITUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
- İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
- Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
- İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
- İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
- Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALI BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
- Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
- Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
- Referans model: Burun Muayene Spekulumu ,ÖMÜR R-2940, Uç 27x7mm ebatlı, yay sistemi vidalı sökölüp değiştirilebiliyor olmalı,Spekulumun iç kısmı görüş alanı geniş olacak şekilde inceltilmiş olmalıdır.

C.U

(9649) **BAYONET FORSEPS 160 MM**

Açıklama : BAYONET FORSEPS 160 MM

- Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
- Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabacı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır.
16. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
17. Referans model: Bayonet Penset , ÖMÜR O-1252 bayonet tip , 160 mm uzunluğunda paslanmaz çelikten yapılmış, ince zarif ve bayonet tip li imal edilmiş olmalıdır. 2 mm kalınlıkta ağız düz tutucu şekilde jaws şekilli olacaktır.

C.U

(9676) **PIK 45 DERECE**

Açıklama : PIK 45 DERECE

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafıta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaktır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TITUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model:Angled Pick, ÖMÜR EM-2033 benzeri, uç 45° ve 0.7 mm uzunlukta düz, yüzey idarenin isteğine göre siyah veya mat finişli toplam uzunluğu 160 mm, sap 0.8 hadve tırtırlı, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9665) WALSHAM SEPTUM DUZELTME, 23 CM DUZ

Açıklama : WALSHAM SEPTUM DUZELTME, 23 CM DUZ

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafıta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model:Septum Düzeltici Forceps, ÖMÜR R-2859 benzeri Walsham tip, uç septum düzeltmek için dizayn edilmiş, ağızın tabanı açık olmalı,.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9663) KULAK SPEKULUMU(METAL) 6MM

Açıklama : KULAK SPEKULUMU(METAL) 6MM

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafıta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB ` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALI BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model: Kulak Muayene Spekulumu , ÖMÜR O-1153 benzeri, Uç Ø 6.0 mm ebatlı, huni şeklinde ve dış yüzeyi mat finişlenmiş , iç yüzeyi siyah olacak, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak, pirinç olmayacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9677) PARASENTEZ BICAGI 160 MM , BAYONET SEKİLDE ÇOCUK

Açıklama : PARASENTEZ BICAGI 160 MM , BAYONET SEKİLDE ÇOCUK

1. Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafıta ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir . Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle ± 5 mm toleranslı uzunluklardaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde ,uç,eğim,kavis, şekil ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır.
6. İhale ve/ veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler ve tel sepetleri hariç) TİTUBB` de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur .
9. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka , ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri rededilecektir.Bu belgede okunmuştur , anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
10. Sıra No:... / Referans Katalog no:... / Teklif edilen katalog no:... / Teklif edilen marka:... / Ürün Açıklaması:... / Miktar:... / Teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no:... / Ürün barkod no:...
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .
13. Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerli Malı Belgesi Kulak Cerrahisi aletleri için olmalıdır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.
14. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi olmalı, üretici ve/veya yüklenici , bayi TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
15. Cerrahi aletler, en az 2 yıl garantili olacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.
16. Referans model:Tympanum Perferatör, ÖMÜR O-1051 benzeri, bayonet tipli, çocuk boyu,160 mm uzunlukta, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak, uç kulak spekulumundan geçecek şekilde küçük ve zarif olacaktır.