



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20233515

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/06/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA  
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	GIEMSA SİTOLOJİ BOYASI	16,00	LİTRE
2	DAB (LİKİD) 125 ML	1,00	ADET
3	SILVER METHENAMINE	200,00	TEST
4	MASSON KIT	400,00	TEST
5	RETİKULİN BOYAMA KITI	1.000,00	TEST

**TEKLİF NO** : 20233515  
**NOT** : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.  
**İLGİLİ KİŞİ** : ERİNÇ ERGEN  
**TEL** :  
**E-MAIL** : erinc.ergen@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

19/06/2023 15:56:17

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

157.0050.000	GIEMSA SİTOLOJİ BOYASI	LİTRE	16
157.0211.000	DAB (LİKİD) 125 ML	ADET	1
142.0386.000	SILVER METHENAMİNE	TEST	200
157.0348.000	MASSON KİT	TEST	400
157.0369.000	RETİKULİN BOYAMA KİTİ	TEST	1000

#### 1.GENEL ÖZELLİKLER

#### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.


## GIEMSA DOKU BOYA SOLUSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patolojik doku ve sitolojik materyallerini boyama özelliğinde olmalıdır.
2. Işıktan korumalı ambalajda olmalıdır.
3. Boya içindeki bileşik tortu, yabancı madde vb. içermemelidir.
4. CE, TSE belgesi olmalıdır.
5. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
6. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
7. Ürün son kullanma tarihi en az 12 ay sonra olmalıdır.
8. Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.

Safiye KESKİNKILIÇ  
Tıbbi Patoloji Başteknisyeni



Prof. Dr. Özgül SAGOL  
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.



## DAB TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Likit formda olmalıdır
2. İHK boyamaları için uygun olmalıdır.
3. Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
4. IVD olmalıdır.
5. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
6. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.

Yahya Tufan Orhan



Safiye Keskinliç



## GOMORİ METHENAMİN SİLVER (GMS) BOYASI KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Boya kiti en az 100 lam boyama yapılabilmelidir.
2. Kit içerisindeki solüsyonlar tortu, yabancı madde içermemelidir.
3. Kit içerisinde periodic asid, silver nitrat, hexamethylenetetramine, sodyumtetraborate, Gold chloride, fixing solüsyonları bulunmalıdır.
4. Kit buzdolabı koşullarında saklanmalıdır.
5. CE, TSE belgesi olmalıdır.
6. Son kullanım tarihi teslim tarihinden en az 12 ay sonra olmalıdır.
7. Kit, istenilen boyamayı yapmadığı takdirde yüklenici firmanın değişim garantisi olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
9. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
10. Teslim alınmadan önce laboratuvarında denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
11. Kit bioptica 04-043822 marka veya muadili olmalıdır.

Yahya Tufan ORHAN



Safiye KESKİNKILIÇ



## MASSON BOYA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Boya kiti ile en az 100 lam boyama yapılabilmelidir.
2. Kit içerisindeki solüsyonlar tortu, yabancı madde içermemelidir.
3. Kit içerisinde alkolik hematoksilen, demir klorür, alkalik picrik asit, ponceau de xylinine, asid fucsın, asetik asit, phosfomolibtik asit, light green, veya fast green solüsyonları bulunmalıdır.
4. Kit, oda sıcaklığı koşullarında saklanmalıdır.
5. CE, TSE belgesi olmalıdır.
6. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
7. Son kullanım tarihi teslim tarihinden en az (12 ay) sonra olmalıdır.
8. Bioptica 04-010802 veya muadili olmalıdır.
9. Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

Yahya Tufan Orhan



Safiye Keskinç



## GORDON SWEET RETİKULİN BOYA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Boya kiti ile en az 100 lam boyama yapılabilmelidir.
- 2.Kit içerisindeki solusyonlar tortu, yabancı madde içermemelidir.
- 3.Kit içerisinde potasyum permanganat, asit aktivasyon, okzalik asit, ferri amonyum sülfat, amonyum gümüş , formaldehit, sodyum tiyosülfat, nükleer fast red , gold chloride solüsyonları bulunmalıdır.
- 4.Katalog No: Bioptica 04-040802 ya da muadili olmalıdır.
- 5.Kit buzdolabı koşullarında saklanmalıdır.
- 6.CE, TSE belgesi olmalıdır.
7. Ürün kullanım süresi teslim tarihinden en az (12 ay) sonra olmalıdır.
- 8.Teslim alınmadan önce laboratuvarında denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
- 9.Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
- 10.Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

Safiye KESKİNKILIÇ

Başteknisyen



Prof.Dr.Sülen SARIOĞLU

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.V.

