



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20234027

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/07/2023 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 PREZERVATİF (BUYUK)	25.000,00 ADET

TEKLİF NO : 20234027
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0200.000	PREZERVATIF (BUYUK)	ADET	25000
--------------	---------------------	------	-------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4214) PREZERVATIF (BUYUK)

Açıklama : PREZERVATIF (BUYUK)

1. Kondomlar doğal kauçuk lateks renginde, görünüşleri saydam, renklendirici madde içermeyecek, renk değişikliği olmayacaktır.
2. Kondomların yüzeyi düz pürüzsüz olacaktır.
3. Kondomların yüzeyi sıvı kayganlaştırıcı ile kaplı olacaktır.
4. Kondomların uzunluğu 170 mm'den az olmayacaktır, anma eni 50-56 mm aralığında olacaktır.
5. Kondomların açık ucunda bulunan halkanın kesit çapı 1,25(0) 0,45 mm olacaktır.
6. Kondomların net ağırlığı, sızdırmazlığı, çekme dayanımı, kopma uzaması, eskitmeye dayanımı ve basınç dayanımı TS 4185 'de belirtilen koşullara uygun olacaktır.
7. Kondomlar hijyenik şartlarda ışık veya hava geçirmeyecek şekilde ve TS 4185 'e uygun ambalajı açıldığında tekrar kapanmayacak biçimde ayrı ayrı ambalajlanmalıdır. Ambalaj malzemesi olarak polietilenli alüminyum kullanılacaktır. Kondomların birim ambalajlarının açılması elle ve kolayca yapılabilir ve bu açma sırasında kondom herhangi bir mekanik zarar görmemelidir. Ayrı ambalajlarda kondomlar en az iki veya dörder adetlik şeritler halinde bulunacaktır.
8. Bir kondom içeren ambalajlarda boyu 2 mm' den az olmayacak şekilde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler basılacaktır.
9. Üreticinin kimliği ya da bunu belirten bir ibare
10. Parti ya da seri numarası
11. Ay ve yıl olarak üretim tarihi
12. Ay ve yıl olarak son kullanma tarihi
13. Kondomun bir kullanımlık olduğunu belirten ibare
14. 'T.C. Sağlık Bakanlığı' ibaresi