



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

24/07/2023 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20234202

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 27/07/2023 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 OZON UZATMA KABLOSU (INFUSION LINE)	100,00 ADET

TEKLİF NO : 20234202
NOT : ODEME 180 GUN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN INFUSION LİNE ŞARTNAMESİ

1. Kullanılan hortum ozona dayanıklı silikon malzemeden olmalıdır.
2. Ozon cihazı ve hasta arasında uzatma amacıyla kullanılan hortum en az 140 cm uzunluğunda olacaktır.
3. Hortum giriş çıkışları leur-lock bağlantı olacaktır.
4. Hastanemizde kullanılan ozon cihazı ile uyumlu olmalıdır.

Hemşire

Selda KALEM SEVİNÇ



Uzm.Dr. İsmail ESEOĞLU



Uzm. Dr. İsmail ESEOĞLU
Dip No: 4781