



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20234626

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 24/08/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	AMFOTERISIN B	100,00	MİLİGRAM
2	RPMI 1640(TOZ HALİNDE) (1 LITRELİK SİSEDE 10.4 GR TOZ)	5,00	ŞİŞE
3	FLUKONAZOL	100,00	MİLİGRAM
4	DEFIBRINE AT KANI 100 ML	20,00	ŞİŞE

TEKLİF NO : 20234626
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

152.0096.000	AMFOTERISIN B	MİLGİGRAM	100
142.0282.000	RPMI 1640(TOZ HALİNDE) (1 LITRELİK SİSEDE 10.4 GR TOZ)	ŞİŞE	5
152.0386.000	FLUKONAZOL	MİLGİGRAM	100
142.0552.000	DEFIBRINE AT KANI 100 ML	ŞİŞE	20

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MERKEZ LABORATUVARI AMFOTERİSİN B TOZ HAMMADDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Test adı	Miktar	Birim
1	AMFOTERİSİN B TOZ HAMMADDE	100	MİLGİRAM

1. Ürün toz halde olmalıdır.
2. Antifungal duyarlılık testinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
3. Potensi en az %80 olmalıdır.
4. Kutu üzerinde üretici firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve içeriği yazılı olmalıdır.
5. Son kullanım tarihi laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
6. Üretici firma, ISO 9000 serisi belgelerden birisi ve/veya FDA belgesine sahip olmalıdır ve laboratuvarıdan uygunluk alınmış olması gereklidir.



Doç. Dr. M. Cem Ergon

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MERKEZ LABORATUVARI RPMİ 1640 TOZ BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Test adı
1	RPMİ 1640 TOZ BESİYERİ

1. Bu teknik şartname 13 maddeden oluşmaktadır.
2. Ürün kuru toz halde (liyofilize) olmalıdır.
3. İçerisinde stabil L-glutamin bulunmalıdır.
4. Sodyum bikarbonat içermemelidir.
5. pH indikatörü içermelidir.
6. Antifungal duyarlılık testinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
7. Besiyeri kolay çözünür olmalıdır.
8. Besiyeri orijinal ambalajında açılmamış ve hava almamış olmalıdır.
9. Kutu üzerinde üretici firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve içeriği yazılı olmalıdır.
10. Kutular 10.4 gramlık ambalajlar halinde olmalıdır.
11. Son kullanım tarihi laboratuara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
12. Besiyeri + 2-8°C'de saklamaya uygun olmalıdır.
13. Üretici firma, ISO 9000 serisi belgelerden birisi ve/veya FDA belgesine sahip olmalıdır.

Doç. Dr. Özgen Alpay Özbek



Doç. Dr. Cem Ergon



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MERKEZ LABORATUVARI FLUKONAZOL TOZ HAMMADDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Test adı
1	FLUKONAZOL TOZ HAMMADDE

1. Ürün toz halde olmalıdır.
2. Antifungal duyarlılık testinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
3. Potensi en az %80 olmalıdır.
4. Kutu üzerinde üretici firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve içeriği yazılı olmalıdır.
5. Son kullanım tarihi laboratuara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
6. Üretici firma, ISO 9000 serisi belgelerden birisi ve/veya FDA belgesine sahip olmalıdır ve laboratuyardan uygunluk alınmış olması gereklidir.

Doç. Dr. Özgen Alpaz Özbek



Doç. Dr. Cem Ergon



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MERKEZ LABORATUVARI DEFİBRİNE AT KANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Test adı
1	DEFİBRİNE AT KANI

1. Steril şişelerde olmalıdır.
2. Ürün orijinal ambalajında açılmamış ve hava almamış olmalıdır.
3. 100 ml'lik ambalajlarda olmalıdır
4. Üretici firma, ISO 9000 serisi belgelerden birine sahip olmalıdır.
5. Anaerop bakterilerin üretiminde kullanılacak olan anaerop bazal agara zenginleştirme amacıyla ilaveye uygun olmalıdır.
6. Şişe üzerinde üretici firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, içeriği ve hazırlanışı yazılı olmalıdır.
7. Son kullanma tarihi laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. +2-+8 arasında saklanmalıdır.

Doç. Dr. Özgen Alpay Özbek

Doç. Dr. Cem Ergon