



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235312

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 22/09/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	RPR	1.000,00	TEST
---	-----	----------	------

TEKLİF NO : 20235312
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0112.000	RPR	TEST	1000
--------------	-----	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

MANUEL RPR TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen ürün serum veya plazma ile kartlar üzerinde uygulanmalıdır.
2. Teklif edilen üründe kardiyolipin, lesitin ve kolesterolden oluşan antijen kompleksi karbon partiküllerine emdirilmiş olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün içerisinde pozitif ve negatif kontrol serumları bulunmalıdır.
4. Teklif edilen ürünle birlikte testin yapılacağı plastik veya karton kartlar, serum aktarma ve karıştırma pipetleri sağlanmalıdır.
5. Teklif edilen ürünlere, laboratuvar tarafından kalite kontrol örnekleri ile yapılacak denemelerde özgüllük ve duyarlılığın kabul edilebilir düzeyde olduğu gösterilmelidir.
6. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 6 ay olmalıdır. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin 2 ay önceden bildirildiğinde daha uzun miadlı olan ürünlerle firma tarafından değişimi sağlamalıdır.
7. Teklif edilen ve uygunluk değerlendirmesi için teslim edilecek ürün orijinal ambalajda olmalı, ambalaj üzerinde imalatçının adı veya ticarî adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (LOT) ve seri numarası, ürünün kullanım sayısını (tek kullanımlık, çok kullanımlık) belirtir ifade bulunmalı, varsa özel depolama şartları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır.

Dr. Özgür APPAK