



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235407

İLAN

21/09/2023 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/09/2023 TARİHİ, SAAT 10:00

E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

1	AMELİYAT MIKROSKOBU BAKIMI (ZEISS MARKA MIKROSKOPLAR ICIN)	1,00 ADET	pls cerrahi bölümüne ait ziess pentero 800 mikroskop cihazının ekranına görüntü gelmemektedir ayrıca cihaz kullanım aşmasında ışık ile mercek odaklanmamaktadır daha öncesinde ekran sorunu ile ilgili
---	--	-----------	--

Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 180002106
REFERANS NO: RF18002106
DEMİRBAŞ ADI: UST DUZEY CERRAHI AMELİYAT MIKROSKOBU (PLASTİK CERRAHI MIKROSKOBU)(CARL ZEISS/ OPMI PENTERO 800)
MARKA-MODEL: CARL ZEISS OPMI PENTERO 800
SERİ NO: 6641720598
Ayn No: 72203Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: BİRGÜL KARAKAŞ - 23/10/2019
BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU)
TEDARİKÇİ ADI: CARL ZEISS MEDITEC MEDİKAL ÇÖZÜMLER TİC. VE SAN. A.Ş
ALIM FİYATI: 754650
GARANTİ: H - (14/09/2018 - 14/09/2020)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2018 - 8656
GARANTÖR ADI:.
Arıza No : 409378

TEKLİF NO 20235407
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20235407 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL :
FAX : (0 232) 412 24 27 – 412 21 93

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0424.001	AMELIYAT MIKROSKOBU BAKIMI (ZEISS MARKA MIKROSKOPLAR ICIN)	ADET	1
--------------	--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.