



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235518

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 06/10/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                             |        |      |
|---|-----------------------------|--------|------|
| 1 | GRADIENT MIK TEST STRİPLERİ | 300,00 | TEST |
|---|-----------------------------|--------|------|

TEKLİF NO : 20235518  
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.  
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN  
TEL :  
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr  
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                             |      |     |
|--------------|-----------------------------|------|-----|
| 142.0508.000 | GRADIENT MIK TEST STRİPLERİ | TEST | 300 |
|--------------|-----------------------------|------|-----|

**1.GENEL ÖZELLİKLER**

**2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER**

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MERKEZ LABORATUVARI GRADIENT MİK TEST STRİPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname 7 (yedi) maddeden oluşmaktadır.
2. Muhtelif içerikte Gradient MİK test stripleri satın alınacaktır. Gradient MİK Testi stripleri için istenen özellikler şunlardır:
  - 2.1. Stripler 0.003-256 µg/ml aralığında toplam 29 antibiyotik konsantrasyonu içermelidir.
  - 2.2. Stripler tekli, üçlü veya onlu olacak şekilde ayrı ayrı paketlenmelidir.
  - 2.3. Striplerin iki yüzünden de okuma yapılabilecek şekilde antibiyotik dilüsyonları iki taraflı basılı olmalıdır.
  - 2.4. Stripler antimikrobialerin agar yüzeyinde hızlı ve stabil dağılmasını sağlayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
  - 2.5. İstenen striplerin raf ömürleri en az 1 yıl olmalı ve kuru buz üzerinde teslim edilmelidir.
3. Teklif edilen Gradient MİK test stripleri, antibakteriyel duyarlılık testi yapmaya uygun olmalı ve Minimum İnhibe Edici Konsantrasyon (MİK) değerini saptayabilmelidir.
4. Gradient MİK Testi stripleri için uygunluk deneyleri yapılacaktır. Striplerin EUCAST tarafından önerilen standart suşlar ile kabul edilebilir sınırlar içerisinde zon çapı oluşturma durumu değerlendirilecektir. Karşılaştırma deneyleri için Merkez Laboratuvarı yönetiminin uygun gördüğü sayıda uygunluk istenen Gradient MİK Testi stripleri ve duyarlılık testleri ile ilgili gereksinimler firma tarafından temin edilecektir. Uygunluk deneyleri için test striplerini karşılamayan firmaların ürünleri uygunluk için değerlendirilmeyecektir. Daha önce denenmiş Gradient MİK Testi stripleri için demonstrasyon istenmeyebilir.
5. Bu alımla aşağıda belirtilen Gradient MİK Test Stripleri istenecektir. Laboratuvar ayrıca aşağıdaki listede belirtilmeyen Gradient MİK Test Stripleri de isteyebilecektir:
  - Benzil Penisilin
  - Sefotaksim
  - Vankomisin
  - Teikoplanin
  - Meropenem
  - İmipenem
  - Seftazidim
  - Linezolid
  - Seftazidim avibaktam
  - Amoxicillin-clavulanic acid
  - Piperacillin
  - Piperacillin-tazobactam
  - Cefepime
  - Ciprofloxacin
  - Levofloxacin
6. Bu şartname ile istenen ürüne verilen teklifle birlikte üretici firmanın (ISO) ve ürünün (CE veya FDA) kalite kontrol belgelerinin onaylı bir kopyası da verilmelidir.
7. Bu şartname ile istenen Gradient MİK Testi stripleri için verilen teklifler aşağıdaki bilgileri içermelidir.
  - 7.1. Ürünün ad, marka, ambalaj, üretici firma ve ülke, raf ömrü ve saklama derecesinin yer aldığı tablo.
  - 7.2. Ürünün orijinal prospektüsünden bir adet

Prof. Dr. Özgen Alpay Özbek

Doç. Dr. M. Cem Ergon