



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235054

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 13/09/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HCCA MATRIX	2,00	GRAM
---	-------------	------	------

TEKLİF NO : 20235054
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0540.000	HCCA MATRIX	GRAM	2
--------------	-------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

HCCA MATRİKSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. HCCA matriks (α -siyano-4-hidroksisinamik asit) bileşiğı MALDI-TOF kütle spektrometresi cihazında iyonlaştırıcı olarak kullanılmalıdır.
2. Ürün katı halde olmalı, analiz öncesinde organik çözücü ile çözerek kullanıma hazır hale getirilebilmelidir.
3. Ürün 0,7'den 20kDa'na kadar peptit ve proteinlerin yüksek hassasiyetle MALDI-TOF cihazında ölçümüne imkan sağlamalıdır.
4. Bir kutu içerisinde 5 (beş) adet tüp matriks olmalıdır. Her bir tüp 200 miligram matriks içermeli, toplamda 1 (bir) gram olmalıdır.
5. Alınacak malzemeler Bruker marka orijinal ürün olmalıdır.
6. HCCA matriks ile birlikte matriksin içine konup saklanacağı MALDI-TOF cihazının kullanım kılavuzunda belirtilen "Eppendorf marka katalog numarası 0030 120.086 olan 1.5 mililitrelik 1000 adet mikrosantrifüj tüpü ücretsiz teslim edilmelidir
7. Ürünün kullanma talimatı ve analiz sertifikası ürünle birlikte teslim edilmelidir.

Prof. Dr. Alpay Özbek

Bakteriyoloji Laboratuvarı Birim

Sorumlusu

