



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2024144

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 15/01/2024 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                           |       |      |
|---|---------------------------|-------|------|
| 1 | KALICI TRAKEOSTOMİ KANULU | 12,00 | ADET |
|---|---------------------------|-------|------|

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 2024144

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA MODEL UBB BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SİMGE ÖZBAY

TEL :

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                           |      |    |
|--------------|---------------------------|------|----|
| 235.0048.000 | KALICI TRAKEOSTOMİ KANULU | ADET | 12 |
|--------------|---------------------------|------|----|

**1.GENEL ÖZELLİKLER**

**2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER**

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

## Yeni Shiley Pediatric TaperGuard Kaflı Uzun Süreli Kullanılabilen (29 Günlük) Trakeostomi Kanülü Teknik Özellikleri

1. Tüp,doğal kauçuk lateks ve DEHP içermemeli,non-toksik,biyouyumlu PVC'den ve yuvarlak şekilli üretilmiş olmalıdır.
2. TaperGuard Kafalı pediatrik trakeostomi tüpünün; **etkin hava ve sıvı sızdırmazlığı sağlamak** için konik şekilli, ince duvarlı, düşük basınçlı bir yapısı olmalıdır.
3. TaperGuard kaf ; silindirik, yüksek hacim ve düşük basınçlı kablardan daha düşük hacimli ve (konik şekilli kaf) daha düşük basınçlı kaf yapısı olması sebebiyle TaperGuard kafı uygun şekilde şişirmek için gereken hava hacmi önemli ölçüde daha az olmalıdır.
4. Tüpün boyutları flanşın (tespit kanatları) üzerinde yazılı olmalıdır.
5. Tüpün flanşı, hasta konforunu sağlamak amacı ile açılı ve şeffaf olmalıdır.
6. Tüpün 15 mm standart konnektörü olmalıdır.
7. Tüp Kafının pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalıdır.
8. Tüp radyopak olmalıdır.
9. **Trakeostomi kanülü, hastada 29 gün boyunca kullanılabilir olmalıdır. Bu özellik kullanım klavuzunda belirtilmelidir ve istenildiği takdirde belgelenmelidir.**
- 10.Trakeostomi kanülü 105 ila 120 derece aralığında açığa sahip olmalıdır.
- 11.Paket üzerinde tüpün iç ve dış çapı yazılı olmalıdır.
- 12.Tüpün içerisinden geçen obtüratör tıkanıklığı açabilecek nitelikte olup, tüpün ucundan görülebilir nitelikte olmalıdır.
- 13.Paket içindeki tüm ürünler steril olmalıdır. Son kullanma tarihi, lot numarası ve ürün boyutları paket üzerinde bulunmalıdır.
- 14.Etilen oksit kullanılarak steril edilmiş olmalıdır.
- 15.Paketin içinde 1 adet trakeostomi kanülü, 1 adet obtüratör ve 1 adet boyun sabitleme bağı bulunmalıdır.
- 16.Pediatrik TaperGuard Kafalı Trakeostomi Tüpünün iç çapları ; 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 mm seçeneklerine sahip olmalıdır. Ürün ölçüleri ;

| Ref No: | I.D.(mm) | O.D.(mm) | Uzunluk(mm) | Kaf Çapı(mm) |
|---------|----------|----------|-------------|--------------|
| 2.5PCF  | 2.5      | 4.2      | 38          | 8.0          |
| 3.0PCF  | 3.0      | 4.8      | 39          | 9.1          |
| 3.5PCF  | 3.5      | 5.4      | 40          | 10.1         |
| 4.0PCF  | 4.0      | 6.0      | 41          | 11.5         |
| 4.5PCF  | 4.5      | 6.7      | 42          | 12.3         |
| 5.0PCF  | 5.0      | 7.3      | 44          | 14.2         |
| 5.5PCF  | 5.5      | 7.9      | 46          | 15.6         |

- 17.** Ürün ölçüleri broşür veya katalog ile belgelenmelidir.  
**18.** Ürünün CE belgesi ve ÜTS kaydı bulunmalıdır.

~~Dr. Öğr. Üst. Gazi Arslan  
Dokuz Eylül Üniversitesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Bölümü, İzmir Eğitim Hastanesi  
Etiler, İzmir  
Tic. Sic. No: 120453~~