



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2024186

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/01/2024 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	RAHİM İCİ ALET (RIA)	1.000,00 ADET
---	----------------------	---------------

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 2024186

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0262.000	RAHİM İCİ ALET (RIA)	ADET	1000
--------------	----------------------	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12173) RAHİM İCİ ALET (RIA)

Açıklama : RAHİM İCİ ALET (RIA)

- RIA gövdesi kıvrılabilir ve polietilen kaplı olmalıdır.
- Kullanım bilgileri Türkçe olarak birim ambalajda olmalıdır.
- T şeklinde olmalı ve 176 mg. bakır bir tel ile kaplı olmalıdır.
- Yatay kaların her birinde 68.7 mg. ağırlığında bakır yakaya sahip olmalıdır.
- Dikey uzunluğu 36 mm. ve yatay uzunluğu 32 mm. olmalıdır.
- T bölünün dikey kolu başında ampul kısmında iki uçlu, 115 mm. uzunluğunda monofilament polietilenden beyaz ipi olmalıdır.
- Röntgen ışınlarında görünür olmalıdır.
- Tekli paketlerde ve birim ambalajda üretici firma ve üretim tarihi, son kullanım tarihi, sterilizasyon yönetimi ve tarihi, diğer uluslararası işaretlemeler yazılı olmalıdır.
- Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.