



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2024197

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 17/01/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	LOWENSTEIN JENSEN (HAZIR BESİYER)	800,00	ADET
---	-----------------------------------	--------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 2024197

NOT : 2024197 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

12/01/2024 17:13:25

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0097.000	LOWENSTEIN JENSEN (HAZIR BESİYER)	ADET	800
--------------	-----------------------------------	------	-----


1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MERKEZ LABORATUVARI 2024 YILI LOWENSTEIN JENSEN
BESİYERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Bu teknik şartname 7 maddeden oluşmaktadır.
2. Bu teknik şartname ile 7000 adet kullanıma hazır LOWENSTEIN JENSEN besiyeri alımı istenmektedir.
3. Bu şartname ile istenen malzemelere verilen teklifle üretici firmanın (ISO) ve ürünün (CE ve varsa FDA) kalite kontrol belgelerinin onaylı bir kopyası da verilmelidir.
4. Bu şartname ile istenen testler için verilen teklifler aşağıdaki bilgileri içermelidir.
 - 4.1. Besiyerinin ad, marka, ambalaj, üretici firma ve ülke, raf ömrü ve saklama derecesinin yer aldığı tablo
 - 4.2. Besiyerinin orijinal prospektüsü
 - 4.3. Kalite kontrol belgeleri (bkz. Madde 3.1 ve Madde 3.12)
5. Besiyerinin CLSI-M22A3 ticari besiyerleri için kalite kontrol standartlarına göre validasyonlarının yapılmış olması gereklidir.
6. Teklif edilen hazır besiyerleri ihale günü ve saatinden itibaren 7 iş günü içinde Merkez laboratuvarın belirleyeceği koşullar çerçevesinde denenmesi için laboratuvara teslim edilecek ve Mikobakteriyoloji laboratuvar sorumluları gözetiminde merkez laboratuvarı yöntem onay prosedürüne göre denenecektir. En az 100 besiyeri denenmek üzere verilecek ve kültür işlemleri için SUT fiyatı üzerinden belirlenen ücretler ilgili firmalar tarafından karşılanacaktır. Tetkik ücretlerini peşin olarak karşılamayan firmaların besiyerleri uygunluk için değerlendirilmeyecektir. Yapılacak çalışmada besiyerlerinin performansları saptanacak ve veriler ihale komisyonuna gönderilecektir. Merkez Laboratuvarı tarafından daha önce kullanılmış ve / veya denenmiş besiyerlerinden tekrar deneme yapılması istenmeyebilir. Deneme yapılmayan besiyerleri ile ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.
 - 6.1. Besiyeri tüp içerisinde kullanıma hazır olarak teslim edilmelidir.
 - 6.2. İhale miktarı üç partide teslim edilmelidir. Teslimat sayısı kullanıma göre değişebilir.
 - 6.3. Her teslimatta besiyerlerinin raf ömrü en az 6 ay olmalıdır.
 - 6.4. Besiyerlerinin laboratuvara teslimi soğuk zincir şartlarında yapılmalıdır.
 - 6.5. Kullanım sırasında besiyerlerine ilişkin bir sorun çıkması durumunda ilgili firma, tüm besiyerlerini sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış yeni lot numaralı besiyerleri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir. Aksi durumlar hizmet aksaması olarak kabul edilecektir.
 - 6.6. Besiyeri laboratuvar tarafından standart suşlarla denenecektir.
 - 6.7. Listede yer alan her besiyeri için üretici lot nosu bazında kalite kontrol sertifikası sunabilmelidir.
 - 6.8. Firma, her teslim edilen lot için, besiyerinin sterilite kontrolü, üremeyi destekleme ve etkileşim özelliklerini gösterir validasyon belgesini Mikobakteriyoloji laboratuvarına teslim etmelidir.
 - 6.9. Besiyerinin temini ile ilgili hizmet aksamalarında, firma tarafından, akredite bir başka besiyeri firmasından temin edilip laboratuvara ulaştırılması gereklidir. Aksi durumlar hizmet aksaması olarak kabul edilecektir.


Prof. Dr. Nuran ESEN


Doç. Dr. Özgür APPAK