



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2024438

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 31/01/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	NAZOFARANGEAL SURUNTU ORNEKLERINDEN HIZLI ANTIJEN TESTLERİ	300,00	TEST
---	--	--------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 2024438

NOT : 2024438 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0579.000	NAZOFARANGEAL SURUNTU ORNEKLERINDEN HIZLI ANTIJEN TESTLERİ	TEST	300
--------------	--	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

NAZOFARENGEAL SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNDEN HIZLI ANTİJEN TESTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Test, nazofarengeal sürüntü örneklerinden çalışmalıdır.
2. Testin çalışma prensibi; renklendirilmiş kromotografik immunoassay tekniğine uygun olmalıdır.
3. Test en az; Covid 19 antijen/ İnfluenza A+B/ RSV'yi ayrı tespit edebilmeli ve sonuçları aynı test kasedi üzerinde ayırt ederek gösterebilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Kitin membranı monoklonal antikor ile kaplanmış olmalı, rahat ve kullanışlı olarak uygulanabilmesi ve kontaminasyonun önlenmesi için kaset özelliğinde olmalıdır.
5. Testte iç kalite kontrol için bir tespit çizgisi (kontrol çizgisi) ve her bir etken için tespit çizgisi bulunmalıdır.
6. Kit içeriğindeki reaktifler kullanıma hazır olmalı, özel olarak hazırlanmasına ihtiyaç duyulmamalıdır.
7. Çalışma, kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.
8. Test prosedürü santrifüj gerektirmemeli ve sonuçlar en geç 15 dakika içerisinde alınabilmelidir.
9. Test kasetleri, neme karşı koruma sağlamak için ayrı ayrı alüminyumla ambalajlanmış olmalı ve her kaset ambalajı üzerinde orijinal olarak ambalaj içeriği, lot numarası ve son kullanma tarihi ayrıca belirtilmelidir.
10. Test kasetinin doğru çalışması ve nemden hiç etkilenmemesi için alüminyum ambalaj içerisinde nem koruma tabletleri bulunmalıdır.
11. Kitler, reaktifleri çalışabilmek için ısıtma veya soğutma ile oda sıcaklığına getirmeye ihtiyaç duymadan reaktifleri ve pozitif kontrolleri de dâhil olmak üzere 2 – 30 °C 'de oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
12. Yüklenici firma ambalaj açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
13. Son kullanma tarihi 3 ay kala Merkez laboratuvarı tarafından Firmaya haber verilen kitler uzun miadlı kitler ile değiştirmelidir.
14. Testlerin miadları teslim tarihi itibarıyla 18 ay olmalıdır.



15. İhaleye katılan firmalar en az 4 (dört) adet test kitini demonstrasyon amacıyla ihale komisyonuna teslim edecektir. Kitler test edilerek, değerlendirilecek ve uygun olmayan kitler ihale dışında bırakılacaktır.

16. Kit, Ulusal Bilgi Bankası'na (UBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. Onaylı UBB kodları teklif mektubunda markalarıyla birlikte yer almalıdır. Aksi takdirde değerlendirme dışı bırakılacaktır.



Doç.Dr. Özgür APPAK



Prof.Dr.A.Arzu Sayiner