



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2024439

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 31/01/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANTIJENİ(ELISA)	864,00	TEST
2	KIZAMIK(MEASLES) IGG	144,00	TEST
3	KIZAMIK(MEASLES) IGM	72,00	TEST

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 2024439

NOT : 2024439 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0135.000	ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANTİJENİ(ELISA)	TEST	864
142.0572.000	KIZAMIK(MEASLES) IGG	TEST	144
142.0573.000	KIZAMIK(MEASLES) IGM	TEST	72

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

**SEROLOJİ LABORATUVARI ASPERGİLLUS GALAKTOMANNAN ANTİJEN TESTİ ve DİĞER
ENFEKSİYON ETKENLERİ SEROLOJİK TESTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Bu teknik şartname 20 maddeden oluşmaktadır.
2. Bu teknik şartname ile 3 kalem test satın alınacaktır.
3. Bu teknik şartname ile aşağıda adları ve miktarları yazılı testler satın alınması istenmektedir.

SIRA NO	TEST ADI	TEST SAYISI
1	Aspergillus Galaktomannan Antijeni	864
2	Kızamık (measles) IgG	144
3	Kızamık (measles) IgM	72

4. Teklif edilen kitler kemiluminesan ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) veya ELFA (Enzym Linked Fluoresan Assay) teknolojileri ile çalışılabilir.
5. Kitler tek hasta formatında üretilmiş test kasetleri şeklinde olmalıdır. Test kasetlerinde konjugat, substrat, kontrol ve kalibratör hazır halde bulunmalıdır.
6. Teklif veren firmalar kendi sistemlerini kuracaktır. Sistemi kuracak firmalar talep beklemeksizin her türlü sarf malzeme (kontrol-gereken durumlarda değişik düzeyli kontroller-kalibratörler, tüpler, reaksiyon küvetleri, örnek kapları, yıkama solüsyonları, diluentler, pipet uçları, vb) sağlamalı, ücretsiz servis ve ücretsiz bakım (yedek parça dahil) yapmalıdır.
7. Cihaz tam otomatik olmalıdır. Örnek tüplerinin cihaza yüklenmesinden sonuc raporu alınması aşamasına kadar tüm işlemler cihaz tarafından yapılmalıdır.
8. Cihazda örnekler ve kitler için barkod okuyucu olmalıdır.
9. Cihazların Laboratuvar işletim sistemlerine (LIS) bağlantısı ihaleyi alan firma tarafından gerçekleştirilmelidir.
10. Listede 1. kalemde istenen Aspergillus galaktomannan antijen testi Aspergillus galaktomannan'ı semikantitatif olarak insan serum ve bronkoalveolar lavaj örneklerinde tespit edebilmelidir.
11. Listedeki 2-3. kalemlerde istenen testler serum/plazma örneklerinde çalışılabilir.
12. Demonstrasyon ve kullanıcı eğitimi verilmelidir. Teklif edilen kit ihale günü ve saatinden itibaren 7 gün (48 saat) içinde Merkez Laboratuvarının belirleyeceği koşullar çerçevesinde laboratuvar sorumluları tarafından denenecektir. Merkez Laboratuvarı tarafından daha önce kullanılmış ve/veya denenmiş kitlerden tekrar demonstrasyon istenmeyebilir. Demonstrasyonu yapılmayan kitler ile ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. Bu şartname ile istenen kitemin verilen teklifler aşağıdaki bilgileri içermelidir:
 - a. Kitemin ad, marka, ambalaj, üretici firma ve ülke, raf ömrü ve saklama derecesinin yer aldığı tablo
 - b. Kitemin orijinal prospektüsünden birer adet



14. Kitler kapalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Raf ömrü en az 4 ay olmalıdır. Raf ömrünü tamamlanmasına iki ay kalan kitler önceden haber verilerek ilgili firma tarafından daha uzun kullanım süreli olanlarla ücretsiz olarak değiştirilir.
15. Kullanım sırasında kite ilişkin bir sorun çıkması durumunda ilgili firma, tüm kitleri sorunsuz olduğu kanıtlanmış yeni lot numaralı kitler ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
16. Merkez Laboratuvar teklif verilen kitlerin transport, kötü koşullarda saklanma, kit içeriklerinde fiziksel hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili firma bu tür durumlarda Merkez Laboratuvar tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içinde kitleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde, kit içeriklerinin bildirilenden eksik olması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri öngörülen test ~~çalışma~~ koşullarına uygun biçimde gidermekle yükümlüdür.
17. Teknik bakım hizmeti günde 24 saat, haftada 7 gün ve tüm bayram, resmi tatil günlerinde ilgili firma tarafından sorunun kendilerine bildirimini izleyen en geç 8 saat içinde verilmelidir. Bu sureyi aşan durumlar "hizmet aksaması" olarak değerlendirilecektir.
18. Sistemde 5 gün içinde sorununun giderilememesi veya hasta hizmetini aksatacak şekilde sık sorun yaşanması durumunda, benzer teknik özelliklere sahip yeni ve sorunsuz bir cihaz kurulması zorunludur. Acil durumlar için hizmetin her koşulda kesintisiz sürdürülmesi gereklidir ve bununla alakalı her tür önlemin alınması yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
19. Analitik sistemler ihalenin sonuçlanmasından sonraki 30 gün içerisinde, Merkez Laboratuvarının öngördüğü tarihlerde kurulabilmeli ve işler hale getirilmelidir.
20. Analitik sistemler sözleşmenin başlangıcından bitimine kadar Merkez Laboratuvarında bulundurulacaktır; hizmet artış veya doğrudan alım yapılırsa veya aynı reaktif ya da sistemler ile hasta sonucu üretildiği surece bu durum devam edecektir.

Prof.Dr.A.Arzu Sayiner