



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2024474

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 31/01/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HASTA BAGLAMA KAYISI (TESPİT BAĞI) (GOBEK EL VE AYAK SABİTLEYİCİ)	1,00	SET
---	---	------	-----

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 2024474

NOT : 2024474 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

112.0072.000	HASTA BAGLAMA KAYISI (TESPİT BAĞI) (GOBEK EL VE AYAK SABİTLEYİCİ)	SET	1
--------------	---	-----	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME

397 HASTA BAĞLAMA KEMERİ

1. Kliniklerde yatan hastaların istem dışı yapmış oldukları hareketleri kontrol etmek, aynı zamanda kendine ve çevresine zarar vermesini engellemek amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
2. Set, 2 Adet el bileği sabitleme, 2 Adet bacak bileği sabitleme ve 1 adet bel sabitleme kemerinden oluşmalıdır.
3. Tüm kemerlerin tekstil dokusu yumuşak yüzlü malzemeden, sağlam dikişli ve sağlam perçinli-zımbalı olmalıdır. Metal parçaların ve ana gövde malzemelerin kenarlarında cilt yaralanmalarına neden olabilecek keskin, sivri, çapaklı kenar olmamalıdır.
4. Sabitleme kemerlerinin hasta yataklarına, sedyelere kilitlenebilecek parçası yeterli uzunlukta, en az 140 cm olmalı ve istenirse uzatma parçaları ile mesafe uzatılabilir.
5. Sabitleme kemerlerinin hasta bağlama parçası, yeterli uzunlukta, bel çevresi en az 90-130 cm bel çevresinde hastaları bağlayabilecek uzunlukta, 12-15 cm genişlikte ve bağlantısı kilitlenebilecek yapıda olmalı ve istenirse uzatma parçaları ile mesafe uzatılabilir.
6. Hasta bağlama ve sedye bağlama kemerlerinin bağlantısı yaklaşık 2-3 cm genişliğinde, polyester esaslı tekstil malzemeden çaprazlama olarak dikilerek, her iki kemerin birbirinden ayrılmadan, hastanın yaklaşık doksan derece her iki yana dönebilmesini sağlamalıdır.
7. Sistem kilit mekanizmasına sahip olmalı, basit ve güvenli bir şekilde, hastanın kendisini veya sorumlunun izni olmadan diğer şahısların engelleyecek yapıda kilitlenmeli, anahtar veya aparatı olmadan kesinlikle ayrılmamalı ve hastaya temas etmemelidir.
8. Her sette en az 12 kilit sistemi ve 4 adet kilidi açmak için anahtarı veya aparatı olmalıdır.
9. Kilit ve anahtar mekanizması, vb. sistemi ile çalışmalı istendiğinde kolayca kilitlenip ayrılabilir.
10. Sistem %100 terylene-polyester karışımı malzemeden imal edilmiş olmalı hastaya uygulandığında cilt yaralanmaları, sürterek aşınma tahribatı yapmamalıdır.
11. Sistem 95 derecede yıkanabilir, defalarca kullanılabilir.
12. Firmaca teklif edilen hasta bağlama setinin, halen üretimde olan, istenilen özelliklere sahip son model olduğu üretici firmaca belgelenmelidir.
13. Cihazın ve teklif veren firmanın UBB kaydı olmalı ve belgelendirilmelidir.
14. Set en az iki yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.
15. Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
16. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.

Uygundur.

Hesare
Zeynep Akinci
[Signature]

Dr. Murat Baykan
[Signature]

Dr. Servet Alşen Güney
[Signature]

KN/412627
26.01.2024
Sn. Alkan Durmuş