



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202437

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **08/01/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	AMPUL AMSCO 22V 220W(P-129362-228)	25,00	ADET
2	BIPOLAR PENSET KABLOSU (5 MT'LIK)	50,00	ADET
3	CERAMIC INFRARED ROD RADIATORS 230V-300W-750 DERECE DRAGER BABYTERM 8004 UYUMLU	4,00	ADET
4	UNIVERSAL AKILLI TV KUMANDASI (HER TV İÇİN UYUMLU)	200,00	ADET
5	CHILD BOY 10-13 CM TEK ÇIKISLI MANSON (MINDRAY MONITOR UYUMLU)	15,00	ADET
6	EKG KABLOSU (MANDALLI) MINDRAY PM9000 UYUMLU 5 LEAD'LI	5,00	ADET
7	EKG PUAR SETİ(6 AD VAKUMLU GOGUS ELEKTRODU+4 AD.MANDALLI EXTREMITE ELEKTRODU)	10,00	ADET
8	EEG ELEKTRODU (MEDELEC PROFILE EEG CİH. UYGUN) 24 LUK,150CM	10,00	TAKIM

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 202437

NOT : 202437 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/16



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202437

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **08/01/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

9	TANSİYON MANSONU ADULT 23-33 CM (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)	15,00	ADET
10	AMSCO AMELİYAT MASASI KUMANDA PANELİ (MEMBRANE KEYPAD)	10,00	ADET
11	ANTEN JAKI ERKEK RG6 KABLO PCT TV SIKISTIRMALI KONNEKTOR IEC 56CX4.9 TIP	500,00	ADET
12	MOTOR ELEKTROT (MEDELEC / SYNERGY EMG CIH. UYGUN)	5,00	ADET
13	8-13 CM INFANT MANSON (DRAGER MONITORE UYUMLU)	10,00	ADET
14	CİLT ISI PROBU (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)	15,00	ADET
15	TANSİYON MANSONU ADULT BOY TEK ÇIKISLI 27-35 CM (MINDRAY PM 9000 UYUMLU)	150,00	ADET
16	COCUK EEG ELEKTRODU 12 LİK KUTU (NIHON KOHDEN EEG CIH. UYGUN)	10,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 202437

NOT : 202437 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/16



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202437

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **08/01/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

17	DIJİTAL TANSİYON MANSONU (OMRON 7051T TANSİYON CİHAZI İÇİN)	150,00	ADET
18	EKG KABLOSU (NİHON KOHDEN BSM 2301 K HASTABASI MONİTORU İÇİN)	30,00	ADET
19	SIGORTA 20 AMPER 10X38 MM PORSELEN AMSCO AMELİYAT LAMBASINA UYGUN	50,00	ADET
20	SIGORTA SOKETİ 10X38 MM YANMAZ MALZEME AMELİYATHANE LAMBASI İÇİN (30 A 571 SERİSİ)	30,00	ADET
21	SMPS GÜÇ KAYNAĞI (POWER SUPPLY) 220 V AC/ 12 V DC 5 A (KARTLI GECİS SİSTEMİ İÇİN)	10,00	ADET
22	MF7 20 OKUYUCU (KARTLI GECİS SİSTEMİ İÇİN)	20,00	ADET
23	NİHON KOHDEN H.BASI MONİTOR UYUMLU ADULT NİBP ARA HORTUMU	15,00	ADET
24	AIRWAY TEMPRETURE PROP 900MR 869 (MR 850 UYUMLU)	10,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 202437

NOT : 202437 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/16



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202437

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **08/01/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

25	12 V 3.5 AH NIKEL METAL HIDRIT RECHARGEABLE SMART BATARYA (MAQUET MARKA SERVO-I MODEL RESPIRATOR ICIN)	24,00	ADET
26	MULTIMED KABLO (EKG,ISI,SPO2 KABLOSU) DRAGER KAPPA H.BASI MONITORE UYUMLU	10,00	ADET
27	EKG 3 LEAD SINGLE PIN (DRAGER ZEUS ANESTEZİ CİHAZLARINA UYUMLU)	10,00	ADET
28	NIBP CONNECTING ADULT 3.7 M (DRAGER ZEUS ANESTEZİ CİHAZLARI)	10,00	ADET
29	HEMOMED KIZAGI (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)	5,00	KUTU
30	POT (GREY) SU TUTUCU 8416204 (DRAEGER / BABYLOG / VN 500 UYUMLU)	10,00	ADET
31	12V 30W AMPUL (TOPCON / SL-D7 BIYOMİKROSKOPA UYGUN)	10,00	ADET
32	SPO2 ARA KABLOSU (NIHON KOHDEN / NELLCOR UYUMLU)	30,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 202437

NOT : 202437 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

4/16



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202437

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **08/01/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

33	TANSİYON ALETİ MANSONU 8-13 CM TEK ÇIKISLI NİHON KOHDEN	20,00	ADET
34	TRANSFORMER INPUT AC 0-230V-50HZ OUTPUT -AC 0-25V 9.7A (HILL-ROM AVANT GUARD YATAK UYGUN)	30,00	ADET
35	FLOW SENSOR KABLOSU (DRAGER / VN500 RESPIRATOR UYGUN)	10,00	ADET
36	PRESSURE REGULATOR (DRAGER / VN500 VENTILATOR UYUMLU)	5,00	ADET
37	MOTOR PISTON TAKIMI (COCUK NEBULİZATOR / PARI BOY SX UYGUN)	20,00	ADET
38	SINGLE PIN EKG UZATMA KABLOSU (ADAPTORU) (DRAGER PRIMUS ANESTEZİ CİHAZLARINA UYUMLU)	10,00	ADET
39	REUSABLE EXPIRASYON FİLTRESİ (PURITAN BENNET 840 VENTILATOR CİH. UYUMLU)	10,00	ADET
40	SİLİKON PULSE PROBU NİHON KOHDEN BSM 2703 MONITOR UYUMLU	40,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 202437

NOT : 202437 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

5/16



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202437

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **08/01/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

41	AEROGEN CONTROLLER CABLE (DRAEGER EVITA V300 AERONEB NEBULİZATOR ICIN)	10,00	ADET
42	ISITICI KABLO(DISPOSIBLE HASTA DEVRESİ UYUMLU) KOD: 900 MR 805	5,00	ADET
43	CİLT ISI PROBU (PHILIPS 21078A MONITOR UYUMLU)	30,00	ADET
44	INFINITY ID FLOW SENSOR (DRAGER V300 / V500 UYUMLU)	150,00	ADET
45	NEONATAL FLOW SENSOR ISO15 (DRAGER VENTILATOR UYUMLU)	10,00	ADET
46	POWER EPOXY MIX GUCLU ENJEKTORLU CİFTLİ YAPISTIRICI 27 GR.	10,00	ADET
47	SİLİKON SPO2 PROBU (NELLCOR OXIMAX PULSE OXİMETRE CİHAZI ICIN)	300,00	ADET
48	SPO2 ARA KABLOSU NELLCOR UYUMLU (M1943 AL MODEL) (PHILIPS HASTABASI MONİTOR ICIN)	25,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 202437

NOT : 202437 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

6/16



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202437

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/01/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

49	EKG KABLOSU (PHILIPS TC20 EKG CİHAZI (12 KANALLI)	5,00	ADET
50	EKG LEAD TAKIMI (10 LEADLI) (GE MARKA EKG CİHAZI İÇİN)	5,00	ADET
51	NIBP ARA BAGLANTI JAKI (ERKEK) (TANSİYON MANSONU İÇİN , NIHON KOHDEN UYUMLU)	300,00	ADET
52	KARTLI GECİS SİSTEMİ ADAPTORU (RASPERRY PI3 UYUMLU)	20,00	ADET
53	RESPIRATOR FLOW SENSORU (BABYLOG 8000 UYUMLU)	60,00	ADET
54	EEG ELEKTRODU (NATUS MARKA NICOLET MODEL EEG CİHAZI İÇİN)	24,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 202437

NOT : 202437 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

7/16

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

072.0001.000	AMPUL AMSCO 22V 220W(P-129362-228)	ADET	25
066.0305.000	BIPOLAR PENSET KABLOSU (5 MT'LİK)	ADET	50
066.0317.000	CERAMIC INFRARED ROD RADIATORS 230V-300W-750 DERECE DRAGER BABYTERM 8004 UYUMLU	ADET	4
067.0061.000	UNIVERSAL AKILLI TV KUMANDASI (HER TV ICIN UYUMLU)	ADET	200
066.0377.000	CHILD BOY 10-13 CM TEK ÇIKISLI MANSON (MINDRAY MONITOR UYUMLU)	ADET	15
066.0408.000	EKG KABLOSU (MANDALLI) MINDRAY PM9000 UYUMLU 5 LEAD'LI	ADET	5
066.0444.000	EKG PUAR SETİ(6 AD VAKUMLU GOGUS ELEKTRODU+4 AD.MANDALLI EXTREMITÉ ELEKTRODU)	ADET	10
066.0541.000	EEG ELEKTRODU (MEDELEC PROFILE EEG CİH. UYGUN) 24 LUK,150CM	TAKIM	10
066.0719.000	TANSİYON MANSONU ADULT 23-33 CM (DRAGER H.BASI MONİTORE UYUMLU)	ADET	15
072.0744.000	AMSCO AMELİYAT MASASI KUMANDA PANELİ (MEMBRANE KEYPAD)	ADET	10
067.0712.000	ANTEN JAKI ERKEK RG6 KABLO PCT TV SIKIŞTIRMALI KONNEKTOR IEC 56CX4.9 TIP	ADET	500
066.1016.000	MOTOR ELEKTROT (MEDELEC / SYNERGY EMG CİH. UYGUN)	ADET	5
066.1282.000	8-13 CM INFANT MANSON (DRAGER MONİTORE UYUMLU)	ADET	10
066.1284.000	CİLT İSİ PROBU (DRAGER H.BASI MONİTORE UYUMLU)	ADET	15
066.1324.000	TANSİYON MANSONU ADULT BOY TEK ÇIKISLI 27-35 CM (MINDRAY PM 9000 UYUMLU)	ADET	150
066.1336.000	COCUK EEG ELEKTRODU 12 LİK KUTU (NİHON KOHDEN EEG CİH. UYGUN)	ADET	10
066.1561.000	DİJİTAL TANSİYON MANSONU (OMRON 7051T TANSİYON CİHAZI ICIN)	ADET	150
066.1612.000	EKG KABLOSU (NİHON KOHDEN BSM 2301 K HASTABASI MONİTORU ICIN)	ADET	30
067.1063.000	SİGORTA 20 AMPER 10X38 MM PORSELEN AMSCO AMELİYAT LAMBASINA UYGUN	ADET	50
067.1064.000	SİGORTA SOKETİ 10X38 MM YANMAZ MALZEME AMELİYATHANE LAMBASI ICIN (30 A 571 SERİSİ)	ADET	30
067.1079.000	SMPS GÜÇ KAYNAGI (POWER SUPPLY) 220 V AC/ 12 V DC 5 A (KARTLI GECİS SİSTEMİ ICIN)	ADET	10
072.2017.000	MF7 20 OKUYUCU (KARTLI GECİS SİSTEMİ ICIN)	ADET	20
066.1719.000	NİHON KOHDEN H.BASI MONİTOR UYUMLU ADULT NİBP ARA HORTUMU	ADET	15
066.1721.000	AIRWAY TEMPRETURE PROP 900MR 869 (MR 850 UYUMLU)	ADET	10
066.1858.000	12 V 3.5 AH NİKEL METAL HİDRİT RECHARGEABLE SMART BATARYA (MAQUET MARKA SERVO-I MODEL RESPIRATOR ICIN)	ADET	24
066.1875.000	MULTİMED KABLO (EKG,İSİ,SPO2 KABLOSU) DRAGER KAPPA H.BASI MONİTORE UYUMLU	ADET	10
066.1881.000	EKG 3 LEAD SINGLE PIN (DRAGER ZEUS ANESTEZİ CİHAZLARINA UYUMLU)	ADET	10
066.1882.000	NİBP CONNECTING ADULT 3.7 M (DRAGER ZEUS ANESTEZİ CİHAZLARI)	ADET	10
066.1935.000	HEMOMED KIZAGI (DRAGER H.BASI MONİTORE UYUMLU)	KUTU	5
066.2087.000	POT (GREY) SÜTÜTÜCÜ 8416204 (DRAEGER / BABYLOG / VN 500 UYUMLU)	ADET	10
066.2244.000	12V 30W AMPUL (TOPCON / SL-D7 BİYOMİKROSKOPA UYGUN)	ADET	10

066.2330.000	SPO2 ARA KABLOSU (NIHON KOHDEN / NELLCOR UYUMLU)	ADET	30
066.2333.000	TANSİYON ALETİ MANSONU 8-13 CM TEK ÇIKISLI NIHON KOHDEN	ADET	20
072.2657.000	TRANSFORMER INPUT AC 0-230V-50HZ OUTPUT -AC 0-25V 9.7A (HILL-ROM AVANT GUARD YATAK UYGUN)	ADET	30
066.2385.000	FLOW SENSOR KABLOSU (DRAGER / VN500 RESPIRATOR UYGUN)	ADET	10
066.2410.000	PRESSURE REGULATOR (DRAGER / VN500 VENTILATOR UYUMLU)	ADET	5
066.2413.000	MOTOR PISTON TAKIMI (COCUK NEBULİZATOR / PARI BOY SX UYGUN)	ADET	20
066.2562.000	SINGLE PIN EKG UZATMA KABLOSU (ADAPTORU) (DRAGER PRIMUS ANESTEZİ CİHAZLARINA UYUMLU)	ADET	10
066.2595.000	REUSABLE EXPIRASYON FİLTRESİ (PURITAN BENNET 840 VENTILATOR CİH. UYUMLU)	ADET	10
066.2614.000	SİLİKON PULSE PROBU NIHON KOHDEN BSM 2703 MONITOR UYUMLU	ADET	40
066.2615.000	AEROGEN CONTROLLER CABLE (DRAEGER EVITA V300 AERONEB NEBULİZATOR İÇİN)	ADET	10
066.2616.000	İSİTİCİ KABLO(DİSPOSİBLE HASTA DEVRESİ UYUMLU) KOD: 900 MR 805	ADET	5
066.2664.000	CİLT İSİ PROBU (PHILIPS 21078A MONITOR UYUMLU)	ADET	30
066.2694.000	INFINITY ID FLOW SENSOR (DRAGER V300 / V500 UYUMLU)	ADET	150
066.2695.000	NEONATAL FLOW SENSOR ISO15 (DRAGER VENTILATOR UYUMLU)	ADET	10
078.0283.000	POWER EPOXY MIX GUÇLU ENJEKTÖRLÜ ÇİFTLİ YAPISTIRICI 27 GR.	ADET	10
066.2776.000	SİLİKON SPO2 PROBU (NELLCOR OXIMAX PULSE OXİMETRE CİHAZI İÇİN)	ADET	300
066.2794.000	SPO2 ARA KABLOSU NELLCOR UYUMLU (M1943 AL MODEL) (PHILIPS HASTABASI MONİTÖR İÇİN)	ADET	25
066.2863.000	EKG KABLOSU (PHILIPS TC20 EKG CİHAZI (12 KANALLI)	ADET	5
066.2866.000	EKG LEAD TAKIMI (10 LEADLI) (GE MARKA EKG CİHAZI İÇİN)	ADET	5
066.2937.000	NİBP ARA BAĞLANTI JAKİ (ERKEK) (TANSİYON MANSONU İÇİN , NIHON KOHDEN UYUMLU)	ADET	300
072.3594.000	KARTLI GECİS SİSTEMİ ADAPTORU (RASPERRY Pİ3 UYUMLU)	ADET	20
066.3104.000	RESPIRATOR FLOW SENSÖRÜ (BABYLOG 8000 UYUMLU)	ADET	60
066.3280.000	EEG ELEKTRODU (NATUS MARKA NİCOLET MODEL EEG CİHAZI İÇİN)	ADET	24

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10232) AMSCO AMELİYAT MASASI KUMANDA PANELİ (MEMBRANE KEYPAD)

Açıklama : AMSCO AMELİYAT MASASI KUMANDA PANELİ (MEMBRANE KEYPAD)

1. Membran tuş takımı Amsco Marka, 3080 Model Ameliyat Masası ile uyumlu olmalıdır.
2. Ameliyat masasının tüm fonksiyonlarını çalıştırabilmelidir.
3. Kumanda kartına bağlantısı 15pin Flex kablo şeklinde olmalıdır.
4. Temin edilen ürün için Klinik Mühendislik bölümünden onay alınmalıdır.

(9623) MOTOR PISTON TAKIMI (COCUK NEBULIZATOR / PARI BOY SX UYGUN)

Açıklama : MOTOR PISTON TAKIMI (COCUK NEBULIZATOR / PARI BOY SX UYGUN)

1. Nebülizatör motor piston takımı ,kısa inhalasyon sürelerinde yeterli miktarda ilacı akciğere ulaşmasını sağlayacak yapıda ve özellikte olmalıdır.
2. Piston takımı nebülizatör motoru ile uyumlu çalışmalıdır.
3. Nebülizatör piston takımı parçaları set olarak teslim edilmelidir.
4. Kesin sipariş çekilmeden önce yüklenici firma numune getirecektir. İlgili birim sorumlusu uygunluğuna istinaden ilgili depoya yüklenici tarafından teslim edilecektir.

(9349) SİLİKON SPO2 PROBU (NELLCOR OXIMAX PULSE OXIMETRE CİHAZI İÇİN)

Açıklama : SİLİKON SPO2 PROBU (NELLCOR OXIMAX PULSE OXIMETRE CİHAZI İÇİN)

1. Sensör, yetişkin ve pediatrik hastalarda oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalıdır.
2. Sensör hastane, hastane benzeri tesisler, hastane içinde nakil, kara ambulansı, uçak ve helikopterle karayolu ve havayolu ile acil tıbbi müdahale uygulamaları sırasında ve evde kullanıma uygun olmalıdır.
3. Sensörün kendinden kablosu olmalı, büyük ve küçük boyları bulunmalıdır veya en az bir metre uzunluğunda ara kablo ile sensör bağlanabilmelidir.
4. Sensör kablosunun elektrik tesisatından gelen parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.Veya sensör ve ara kablo elektriksel gürültüleri önleyecek teknolojiye sahip olacaktır.
5. Sensörün SpO2 ölçüm doğruluğu 70-100% aralığında hareketsiz hastalarda en fazla $\pm 2,5$; nabız oranı ölçüm doğruluğu en fazla ± 3 bpm olmalıdır.
6. Sensör -20°C ile +50°C sıcaklık koşullarında 20 dakika çalışabilmelidir.
7. Sensörün ambalajı üzerinde markası, üreticisi ve özellikleri yazılı olmalıdır.
8. Sensörün kullanım ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
9. Sensör lateks içermemeli, esnek yapıda ve tekrar kullanılabilir olmalıdır.ve hastanede kullanılan dezenfeksiyon yöntemleri ile uyumlu şekilde dezenfekte olmalıdır.
10. Sensör, evde bakım standardı da dahil tüm standartları karşılamalıdır.
11. Sensör, hem döner hem de sabit kanatlı hava taşıtlarında havayolu ile nakle elverişlilik titreşim testi ve DO-160G standardına göre elektromanyetik uyumluluk (yayılan emisyonlar) seviyeleri için test edilmiş olmalıdır.
12. İhaleyi kazanan firma, 275 adet (aşağıdaki özelliklere sahip) pulseoksimetre cihazını hastaneye teslim etmelidir.Problar kullanıldığı sürece cihazlar hastanede kalacaktır.
- 12.1. Verilecek pulseoksimetre cihazı arter kanındaki oksijen saturasyonunu sürekli olarak gösteren, konsol tipi (dahili bataryalı, herhangi bir adaptöre veya şarj aletine bağlanmadan direk olarak şebeke gerilimi ile çalışan, taşınabilmesi için sabit bir tutamağı olan göstergeleri yatay konumda okunabilen bir sistem) olmalıdır.
- 12.2. Cihaz neonatal hastalardan yetişkin hastalara kadar kullanıma uygun olmalı ve düşük perfüzyonda ölçüm yapabilmelidir

- 12.3. Cihazda oksijen saturasyonu ve nabız için ayarlanabilir alt ve üst alarm tertibatı ve düşük pil seviyesi, sensör arızası, nabız kaybı alarmları olmalı, alarmlar geçici bir süre için susturulabilmelidir. Sesli alarm iptal süresi en az 30 sn olmalı ve istenildiğinde tamamen kapatılabilmelidir. Sesli alarmların açık-kapalı olduğu cihazın üzerinde görülmelidir.
- 12.4. Cihazda artifak, sensör arızası - atım kaybı, ışık artifaktı ve düşük pil için görsel veya sesli uyarıcı olmalıdır.
- 12.5. Cihazda pulse sesi ve alarm sesi ayarlanabilmelidir.
- 12.6. Cihazda açılış değerleri (SpO2 ve nabız için alt ve üst alarm limitleri, pulse ve alarm ses şiddeti) kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.
13. Cihazın kalibrasyonu ve bakımı yılda en az bir kere olmak üzere servis manuelinde belirtilen aralıklarda firma tarafından yapılmalı ve sertifikayla belgelendirilmelidir. Bununla ilgili kayıtlar(sertifikalar) tarafımıza verilmelidir.cihaz kalibrasyon gerektirmiyorsa firma bunu üretici onaylı belgeyle ispatlamak Ve ilgili belgeleri vermekle zorunludur.
14. Arıza bildiriminden sonra en geç 24 saat içerisinde cihaza müdahale edilecek ve onarım için yedek parça gerekmiyorsa en geç 2 gün yedek parça gerekiyorsa en geç 3 gün içinde cihaz faal hale getirilecektir. toplamda cihazın 3 günden fazla arızalı kalması halinde firma aynı özellikleri taşıyan bir başka cihazı cihazın onarımı tamamlanıncaya kadar geçici olarak bırakmayı kabul edecektir.
15. İhaleyi alan firma :kaybolan veya düşürülme sonucu zarar gören,sıvı kaçması gibi çeşitli nedenlerle kullanılamaz duruma gelen cihazları onarmak veya yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür.
16. Telkif edilen cihaz ve sensörün CE belgesi olmalıdır.kullanıcı ve servis eğitimleri verilmeli ve bu eğitimler sertifikalandırılmalıdır.

(9755) AMPUL AMSCO 22V 220W(P-129362-228)

Açıklama : AMPUL AMSCO 22V 220W(P-129362-228)

1. Hastanemiz ameliyathanesinde kullanmakta olduğumuz Amsco marka SQ240 model ameliyathane lambalarına uygun olmalıdır.
2. Lamba, Tungsten Halogen olmalıdır.
3. 22 Volt, 220 Watt olmalıdır.
4. Sipariş öncesi ışınma şiddeti yeterlilik ölçümleri için Klinik Mühendislik bölümünden onay alınmalıdır.
5. nay alınmayan ürün kabul edilmeyecektir.

(5386) TANSİYON MANSONU ADULT 23-33 CM (DRAGER H.BASI MONITÖRE UYUMLU)

Açıklama : TANSİYON MANSONU ADULT 23-33 CM (DRAGER H.BASI MONITÖRE UYUMLU)

1. Manşon hastanemiz bünyesinde kullanılan draeger monitör cihazlarına uyumlu olmalıdır.Yetişkin uyumlu (23-33cm)çok kullanımlık tip olmalıdır.
2. Lateks içermemelidir.
3. Manşon monitöre ait ara bağlantı kablosuna uyumlu olmalıdır.
4. Manşon monitördeki venous stasis sistemine uygun olmalıdır.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.İhalede 1 Adet numune teslim edilmelidir.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.

8. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
9. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.

(8697) SMPS GUC KAYNAGI (POWER SUPPLY) 220 V AC/ 12 V DC 5 A (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN)

Açıklama : SMPS GUC KAYNAGI (POWER SUPPLY) 220 V AC/ 12 V DC 5 A (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN)

1. SMPS GUC KAYNAGI (POWER SUPPLY) 220 V AC/ 12 V DC 5 A (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN) KULLANILACAKTIR.
2. EN AZ 6 AY GARANTİLİ OLACAKTIR.
3. UYGUNLUK ALAN ÜRÜN ALINACAKTIR.

(10045) SPO2 ARA KABLOSU (NIHON KOHDEN / NELLCOR UYUMLU)

Açıklama : SPO2 ARA KABLOSU (NIHON KOHDEN / NELLCOR UYUMLU)

1. SPO2 ara kablosu Nihon Kohden Bsm2301 K monitöre uyumlu olmalıdır.
2. Kabloda blendaj özelliği olmalıdır. Ara kablo nellcor tip proplara uyumlu olmalıdır.
3. Ara kablonun SPO2 probunu sağlam şekilde tutan bir mekanizması olmalıdır.En az 1.2 m uzunluğunda olmalıdır.
4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır
6. Firmalar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
7. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir. En az 1 yıl üretim hatalarına karşı garantili olacaktır. Üretim ve son kullanım tarihleri belirtilmelidir.
8. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
9. Klinik mühendislikten uygunluk alan ürün alınacaktır.

(8880) SIGORTA 20 AMPER 10X38 MM PORSELEN AMSCO AMELİYAT LAMBASINA UYGUN

Açıklama : SIGORTA 20 AMPER 10X38 MM PORSELEN AMSCO AMELİYAT LAMBASINA UYGUN

1. 20 AMPER 10X38 MM PORSELEN AMSCO AMELİYAT LAMBASINA UYGUN OLACAKTIR.
2. UYGUNLUK ALAN ALINACAKTIR.

(9497) KARTLI GECİS SİSTEMİ ADAPTORU (RASPERRY PI3 UYUMLU)

Açıklama : KARTLI GECİS SİSTEMİ ADAPTORU (RASPERRY PI3 UYUMLU)

1. Rasperry pi 3 için 2,5 amper maksimum çıkış akımı verebilen ,13 watt çıkış gücü olacaktır.
2. 1.5 Metre kablo uzunluğu olacaktır.kısa devre ,aşırı akım ,ve aşırı gerilim korumaları olmalıdır.
3. class 2 çift izoleli olacaktır.uygunluk lalan ürün sipariş edilecektir.

(9616) TRANSFORMER INPUT AC 0-230V-50HZ OUTPUT -AC 0-25V 9.7A (HILL-ROM AVANT GUARD YATAK UYGU)

Açıklama : TRANSFORMER INPUT AC 0-230V-50HZ OUTPUT -AC 0-25V 9.7A (HILL-ROM AVANT GUARD YATAK UYGU)

1. INPUT AC 0-230V-50HZ OUTPUT -AC 0-25V 9.7A ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.
2. HASTANEMİZDE KULLANILAN HILL-ROM AVANT GUARD YATAKLARA UYGUN OLAN TRANSFORMER ALINACAKTIR.
3. KLİNİK MÜHENDİSLİK BİRİMİNDEN ONAY ALAN ÜRÜN ALINACAKTIR.
4. EN AZ 1 YIL GARANTİLİ ÜRÜN OLACAKTIR.

(9950) PRESSURE REGULATOR (DRAGER / VN500 VENTILATOR UYUMLU)

Açıklama : PRESSURE REGULATOR (DRAGER / VN500 VENTILATOR UYUMLU)

1. Hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka v300 model ventilatör cihazı için uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen regülatör seti içinde 1(bir)adet regülatör,2(iki)adet bağlantı vidası ve 1(bir)adet O-ring olmalıdır.
3. Teklif edilen regülatör merkezi basınç 3-6 Barı ayarlanabilmelidir.
4. Teklif edilen regülatörün bağlantıları akış şekil ile göstermelidir.
5. Teklif edilen regülatör 10 bar giriş basınçla çalışabilmelidir.
6. Teklif edilen setde regülatör 2 yıl üretim hatalarına karşı garantili olmalıdır.
7. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
8. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
9. Firmalar bunun için demo ünitelerini hazır tutmalı ve bölümden numune onayı almalıdır.
10. Teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
11. Firmalar sattıkları malzemeye ait Türkiye tek yetkili belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.

(8698) AEROGEN CONTROLLER CABLE (DRAEGER EVITA V300 AERONEB NEBULİZATOR ICIN)

Açıklama : AEROGEN CONTROLLER CABLE (DRAEGER EVITA V300 AERONEB NEBULİZATOR ICIN)

1. Malzeme Aeroneb marka nebulizatör cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Malzeme üzerinde lot ve pn numaraları olmalıdır.

3. Malzeme 80 derece ve 300 volta dayanıklı olmalıdır.
4. Malzemenin uzunluğu 2 metreden az olmamalıdır.
5. Malzeme, CE belgesine sahip olmalıdır.

(5354) AIRWAY TEMPRETURE PROP 900MR 869 (MR 850 UYUMLU)

Açıklama : AIRWAY TEMPRETURE PROP 900MR 869 (MR 850 UYUMLU)

1. ısı sensörü hastanemiz bünyesinde kullanılan ventilatörün fisher paykell ısıtıcısına uyumlu olmalıdır
2. ısı sensörü ventilatörün hasta devresine uyumlu olmalıdır
3. ısı sensörü iki ayrı noktadan ölçüm yapabiliyor olmalıdır.
4. ısı sensörünün boyu 210 cm olmalıdır
5. ısı sensörü kolay monte edilebilir yapıda ve yönleri renklendirme ile kolay bir şekilde tespit edilmelidir
6. paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır
8. teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır
9. firmalar tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır
10. Ulusal bilgi bankasında kaydı olmalıdır.
11. İhalede 1 adet numune teslim edilmelidir.

(9988) REUSABLE EXPIRASYON FİLTRESİ (PURITAN BENNET 840 VENTILATOR CİH. UYUMLU)

Açıklama : REUSABLE EXPIRASYON FİLTRESİ (PURITAN BENNET 840 VENTILATOR CİH. UYUMLU)

1. PURITAN BENNET 840 VENTILATOR CİH. UYUMLU REUSABLE EXPIRASYON FİLTRESİ OLACAKTIR.
2. EN AZ 1 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
3. UYGUNLUK ALAN ÜRÜN ALINACAKTIR.

(10185) CİLT ISI PROBU (PHILIPS 21078A MONITOR UYUMLU)

Açıklama : CİLT ISI PROBU (PHILIPS 21078A MONITOR UYUMLU)

1. PHILIPS 21078A Hastabaşı monitörlerde kullanılmak üzere monitörlerle uyumlu çalışacak cilt ısı probu alınacaktır.
2. Probe yetişkin ve pediatrik uyumlu çok kullanımlık cilt tipi olmalıdır.
3. Sipariş öncesi uygunluk alınacaktır. Numune verilecektir. Uygunluk almayan ürün alınmayacaktır.

4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır. Üretim ve son kullanım tarihleri belirtilmelidir. Ürün, üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olacaktır. Teklif veren firmanın iso sertifikası olmalıdır.

(5363) CILT ISI PROBU (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)

Açıklama : CILT ISI PROBU (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)

1. Isı probu hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger ve Siemens marka monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. Prob yetişkin ve pediatrik uyumlu, çok kullanımlık cilt tipi olmalıdır.
3. Disk genişliği 7mm den küçük olmalıdır.
4. Probun kablo uzunluğu isteğe göre 150 cm veya 300 cm olmalıdır.
5. Isı probu ısı kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.İhalede 1 Adet numune teslim edilmelidir.
8. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
9. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
10. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.

(5358) EKG KABLOSU (NIHON KOHDEN BSM 2301 K HASTABASI MONITORU ICIN)

Açıklama : EKG KABLOSU (NIHON KOHDEN BSM 2301 K HASTABASI MONITORU ICIN)

1. EKG Kablosu Nihon Kohden BSM 2301 model monitöre uyumlu olmalıdır.
2. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
3. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
4. Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının olması gerekmektedir.
5. Tüm kablolar tek bir firma ürünü olmalıdır. İhalede 1 adet numune teslim edilmelidir.
6. EKG kablosu 3 leadli olmalıdır.
7. Kablo üzerinde derivasyon isimleri ve renkleri olmalıdır.
8. Ekg lead uçları mandallı clips şeklinde olmalıdır.

(5357) NIHON KOHDEN H.BASI MONITOR UYUMLU ADULT NIBP ARA HORTUMU

Açıklama : NIHON KOHDEN H.BASI MONITOR UYUMLU ADULT NIBP ARA HORTUMU

1. NIBP Hortumu Nihon Kohden BSM 2301 K monitöre uyumlu olmalı ve Nıbp nin doğru ölçmesini sağlamalıdır.
2. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
3. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
4. Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının olması gerekmektedir.
5. Tüm kablolar tek bir firma ürünü olmalıdır. İhalede 1 adet numune teslim edilmelidir.

(9750) POWER EPOXY MIX GUCLU ENJEKTORLU CİFTLİ YAPISTIRICI 27 GR.

Açıklama : POWER EPOXY MIX GUCLU ENJEKTORLU CİFTLİ YAPISTIRICI 27 GR.

1. TEKNİK ÖZELLİKLER
2. Isı dayanımı : -40°C ile 120°C
3. Renk : şeffaf
4. Karışımı kullanma süresi : 5 dakika
5. Elektriği iletmemeli,Su geçirmez özellikte olmalıdır.
6. klinik mühendislikten uygunluk alan ürün alınacaktır.