



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202457

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/01/2024 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	RIJIT URETERO-RENOSKOP SETİ	2,00	ADET
---	-----------------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 202457

NOT : TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. TEKLİFLERDE MARKA MODEL- ÜTS - BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3844.000	RIJIT URETERO-RENOSKOP SETİ	ADET	2
--------------	-----------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12150) RIJIT URETERO-RENOSKOP SETİ

Açıklama : RIJIT URETERO-RENOSKOP SETİ

- Teklif edilen uretero-renoskop diagnostik, pnömatik, ultrason, elektrohidrolik ve laserle taş kırma tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Teklif edilen uretro-renoskopun çalışma uzunluğu 43 cm. olmalıdır.
- Teklif edilen uretro-renoskop distal uçtan proximal uca doğru tek adımlı ve sonrasında konikal olarak genişlemelidir.
- Teklif edilen uretero-renoskop distal uçta 8 Fr. proximal uçta ise 9,8 Fr olmalıdır.
- Operasyon esnasında uretero-renoskopun kanalından kullanılan lithotriptör proplarının uçlarının optimum ve tam olarak görülebilmesi için görüş açısı 12° olmalıdır.
- Teklif edilen uretro-renoskopun tek enstrüman kanalı olmalı ve aspirasyon-irrigasyon için muslukları bulunmalıdır.
- Uretero-renoskopun düz kanalından rijit enstrümanlar ve pnömatik lithotriptörün propları kullanılırken lateral kanalından ise flexible enstrümanlar ve basket forsepsler kullanılabilir.
- Teklif edilen uretero-renoskopun vizörü çalışmayı kolaylaştırıcı açılı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- İrrigasyon kanalları 5,2 x 6,2 Fr çapında olmalıdır.
- Teklif edilen uretero-renoskopun çalışma kanallarından 1 adet 5 Fr lik enstrüman tek başına ya da 2 adet 3 Fr lik enstrüman aynı anda kullanılabilir.
- Emme ve İrigasyon yapılan Enstrüman portu kompakt yapıda çift girişli olmalıdır.
- Aynı marka Rijit ve Filexible Uretero-Renoskoplarda ve Minyatür Nefroskopta vidalama veya luer-lock kapama şeklinde takılarak, sızdırmayı engelleyen ve 1-6 Fr yardımcı aletlerin kullanılabilmesi sağlayan aynı marka sızdırmazlık valfi ile kullanılabilir.
- Uretero-renoskop fiber optik ışık transmisyonu üzerinde ışık kablosu çapı ve yeşil renk halkası olmalıdır.
- Uretero-renoskop üzerinde kare kod olmalıdır.
- Otoklavlanabilir.
- Fiber optik ışık transmisyonu olmalıdır.
- Otoklavlanabilir.
- 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T