



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246334

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 15/10/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	EMBOİLİZAN SIVI ADHEZİV AKRİLİK NBKA MODİFİYE	20,00	ADET
---	---	-------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20246334

NOT : TEKLİFLER MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SİMGE ÖZBAY

TEL : 2324122408

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

242.0093.000	EMBOLİZAN SIVI ADHEZİV AKRILAT NBKA MODİFİYE	ADET	20
--------------	--	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12645) EMBOLİZAN SIVI ADHEZİV AKRILAT NBKA MODİFİYE

Açıklama : EMBOLİZAN SIVI ADHEZİV AKRILAT NBKA MODİFİYE

- Embolizan, sıvı, adhesiv, akrilat NBKA/modifiye internal (vücut içi) kullanım için CE belgesine sahip olmalıdır.
- NBKA-MS komonomer Metakriloksisulfolan içermelidir.
- Girişimsel işlemlerde damar içine direk enjekte edilebilmelidir.
- Uygulandığı alanda tam uygunluk göstermeli dokunun yapısını etkilememelidir.
- Polimerizasyon 1-2 saniye sonra başlamalı ve yaklaşık 55-95 saniye sonra reaksiyon tamamlanmalıdır.
- Islak ortamda etkinliği kanıtlanmış olmalı, gerekirse klinik yayın ve videolarla desteklenebilmelidir.
- Çok iyi hemostatik, sklerozan, embolizan ajan ve yapıştırıcı özellikte olmalıdır.
- Kullanıma hazır olmalıdır.
- 1 vial, 0,5 ml ürün içermeli ve gastroenteroloji ve girişimsel radyoloji operasyonlarının tamamında kullanılabilir.
- Sıvılara karşı tam geçirmezlik özelliğine sahip olmalıdır.
- Ameliyat sonrası hızlı iyileşme sağlamalıdır.
- Geniş yüzeylere uygulama için sprey aparatına uygun olmalıdır.
- GENEL ÖZELLİKLER

13.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

13.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

13.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.

13.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

13.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.

13.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.