



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246344

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/10/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	RPR	3.000,00	TEST
---	-----	----------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20246344

NOT : RPR ALIM

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0112.000	RPR	TEST	3000
--------------	-----	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

MANUEL RPR TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen ürün serum veya plazma örneklerinden, kartlar üzerinde uygulanmalıdır.
2. Teklif edilen kit ile birlikte, plastik test kartları sağlanmalıdır. Test kartlarının sıvıları emici özelliği olmamalıdır.
3. Teklif edilen üründe kardiyolipin, lesitin ve kolesterolden oluşan antijen kompleksi karbon partiküllerine emdirilmiş olmalıdır.
4. Teklif edilen ürün içerisinde pozitif ve negatif kontrol serumları bulunmalıdır.
5. Teklif edilen ürünle birlikte serum aktarma ve karıştırma pipetleri sağlanmalıdır.
6. Teklif edilen ürünlere, laboratuvar tarafından kalite kontrol örnekleri ile demonstrasyon yapılacaktır. Demo da başarılı olmayan kitlerin alımı gerçekleşmeyecektir.
7. Teklif edilen ve uygunluk değerlendirmesi için teslim edilecek ürün orijinal ambalajda olmalı, ambalaj üzerinde imalatçının adı veya ticarî adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (LOT) ve seri numarası, ürünün kullanım sayısını (tek kullanımlık, çok kullanımlık) belirtir ifade bulunmalı, varsa özel depolama şartları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır.
8. Satın alma sonucunda teslim edilecek olan kitlerin uygunluğu, kabulü vs. ilgili birim sorumlusu tarafından yapılacaktır. Uygun olmayan kitler yenileri ile değiştirilecektir.


Doç. Dr. Özgür APPAK