



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246369

İLAN

14/10/2024 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/10/2024 TARİHİ, SAAT 11:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

| MAL / HİZMET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MİKTAR    | İSTEK NEDENİ                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL<br>UNİTESİ TAMIRI ( KARL STORZ ENDOVIZYON<br>SİSTEMİ UYUMLU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 ADET | üroloji bölümünün kullandığı eski endovizyon sisteminin<br>kamera ünitesi arızalı |
| <b>Marka/Model /Seri No :</b> SICIL NO: 100001707<br>REFERANS NO: RF10001708<br>DEMİRBAŞ ADI: ENDOVIZYON (DİJİTAL GORUNTULEME) SİSTEMİ (KARL STORZ / HD)<br>MARKA-MODEL: KARL STORZ U-112<br>SERİ NO: VZ675778-P<br>Ayn No: 35985Ozel Dno:<br>TKKY NOTU:<br>ZİMMET: ŞÜKRAN AVCU - 18/08/2023<br>BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU)<br>TEDARİKÇİ ADI: GENTIP MEDİKAL VE TEKNİK CİH. LTD.STİ.<br>ALIM FİYATI: 143413,2<br>GARANTİ: H - (05/10/2010 - 05/10/2013)<br>FATURA: -<br>KESİN KABUL NO: 2010 - 29700<br>GARANTÖR ADI:.<br><b>Arıza No :</b> 445724 |           |                                                                                   |

TEKLİF NO 20246369  
ÖDEME SÜRESİ 90  
NOT : 20246369 NO LU TEKLİF MEKTUBU  
MÜRACAT : NUR NAZİKE DEMİRBAŞ  
E\_MAIL nurnazike.demirbas@deu.edu.tr  
TEL :

**NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS\_0023

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                                                                  |      |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------|---|
| 541.0793.001 | ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMIRI ( KARL STORZ EN | ADET | 1 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------|---|

**1. GENEL ÖZELLİKLER**

**2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER**

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

- (12428) ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMIRI ( KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)
- Açıklama : ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMIRI ( KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)
- Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu veya TSE den alınmış Cihazın/sistemin tamiri yapabilir yeterlilik belgesi ile belgelendireceklerdir.
  - Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) onarım yapılan cihaz ve/veya yedek parça değişimi yapılan malzemeler için en az 1(bir) yıl garanti taahhütnamesi verecektir.
  - İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
  - İstekli firma; arıza tespiti yaparken bulunduğu alanda yapabiliyorsa cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirecektir.Yapamıyorsa hastane idaresinin onay vermesi halinde kendi servisinde arıza tespiti yapacaktır.
  - İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde düzenlediği teknik servis arıza tespit formunda belirtilecek ve ayrıca fiyat teklifi ile birlikte hastane idaresine ibraz etmelidir.
  - Firma sipariş almadan onarım yapmamalıdır, yapması durumunda; oluşabilecek olumsuz durumlar için tutanak tutularak cezai işlem başlatılır.İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa fonksiyonel kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
  - Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  - Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
  - Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
  - Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş ) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

N.A