



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246507

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/10/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	INTRA AORTIC BALON KATETER	15,00	ADET
---	----------------------------	-------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20246507

NOT : TEKLİFLER MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SIMGE ÖZBAY

TEL : 2324122408

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

218.0060.000	INTRA AORTIC BALON KATETER	ADET	15
--------------	----------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4988) INTRA AORTIC BALON KATETER

Açıklama : INTRA AORTIC BALON KATETER

- Balon kateterleri , hastanemizdeki pompalarda kullanılabilir olmalıdır.
- Kateter şaft çapı ve açılmamış durumdaki balon çapı 7F,7.5F ve ya 8F olmalıdır.Arada kalınlık farkı olmamalıdır.
- Balon membranı polyurethane.düretan ve ya cardiothane dan yapılmış olmalıdır.
- Kateterin vücuda yerleştirilebilen uzunluğu 70 cm'den az olmamalıdır.Kateterin gövdesi üzerinde yerleştirmeyi kolaylaştırıcı işaretler bulunmalıdır.
- Balon kateteri hastaya sheathli ya da sheathsiz olarak,kullanıcının tercihinine göre yerleştirilebilir olmalıdır.Balonun ucu, sheathless kullanım sırasında damar yapısını bozmayacak yapıda olmalıdır.
- Merkezimizde kullanılacak balon kateterlerinin balon hacimleri 30 ile 45cc. aralığında olmalıdır.Merkezimiz ihtiyaç doğrultusunda belirtmiş olduğumuz hacimlerden muhtelif miktarlarda sipariş verecektir.
- Sheathless yerleştirmenin mümkün olmadığı durumlarda kateter bir sheat kullanarak yerleştirilebilmelidir.
- Sheath gereken durumlarda balon içindeki takma kiti şu aksesuarları içermelidir;
 - 1 adet 15 cm den uzun olmaya dilatör ile beraber kuvvetlendirilmiş introducer
 - 1 adet 18 gauge anjiyografik iğne
 - 1 adet dilatör
 - 1 adet 0.025 inch en az 145 cm uzunluğunda J PTFE paslanmaz çelik klavuz tel
 - 1 adet 0.0035" en az 50cm tel
 - 1 adet Erkek luer kilitli tapa
 - 1 adet 3 yollu musluk
 - 2 adet basınç hortumu bulunmalıdır.
- Hastanın tedavisi süresince kullanılacak malzeme her 72 saat için birden fazla olmamalıdır.
- Balon kateterinin üzerinde, kateterin hasta dışında kalan bölümün temiz kalmasını sağlayacak koruyucu, plastik bir kılıf olmalıdır.
- Sterilizasyonu etilenoksit ile yapılmış olmalıdır. Ürüne ait kullanım detayları ve tüm bilgileri hem orijinal hem de Türkçe olarak her set içinde bulunmalıdır.
- İstekliler teklif edilen ürünlerin imal ya da ithal edildikleri ülkelerde sertifikalı olduğunu gösterir belgeleri (Örneğin: CE, FDA, TGA,SFDA vb) ile distrübütörlük belgesini ihale dosyasında bulundurulacaktır.
- Kateteri sağlayan firma, gerekli sarf malzemelerinin (helium gazı dahil) teminini sağlamalıdır.