



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246056

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

Başak KAYA

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TUP TASIMA ARABASI	30,00	ADET
---	--------------------	-------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20246056

NOT : 20246056 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0166.000	TUP TASIMA ARABASI	ADET	30
--------------	--------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12028) TUP TASIMA ARABASI

Açıklama : TUP TASIMA ARABASI

- Bu teknik şartname DEÜTF Hastanesi Başhekimliğinin ihtiyacı olan "Transport Tüp Taşıma Arabası (10Lt)" ile ilgili teknik özellikleri kapsar.
- Cihazın gövdesi kaynaklı çelik konstrüksiyon olacaktır. itme-çekme için baston tip sapı olmalıdır.
- Cihaz tüpü dik taşımalı, yıldız tip 5 ayaklı olmalı, ayaklar kalın dolgu plastik olmalı, her yöne dönbilen metal yataklı, 70 mm çapında tekerlekleri olmalıdır.
- Cihazda tüpün devrilmemesi için emniyet zinciri, v.b. emniyeti olmalıdır. Cihazın tamamı açık krem veya gösterilen numuneye uygun renkte fırın boyalı olacaktır.
- Cihazın tamamı Teknik Hizmetler Müdürlüğünde gösterilen örneğe tam uyumlu olarak imal edilecektir.
- Cihaz üretim hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

A.T