



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246649

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/11/2024 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HASTA GOVDE TESPİT BAĞI	60,00	ADET
2	HASTA KOL TESPİT BAĞI	100,00	ADET
3	HASTA AYAK TESPİT BAĞI	20,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20246649

NOT : HASTA BAĞLAMA KAYIŞI

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

112.0252.000	HASTA GÖVDE TESPİT BAĞI	ADET	60
112.0253.000	HASTA KOL TESPİT BAĞI	ADET	100
112.0254.000	HASTA AYAK TESPİT BAĞI	ADET	20

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

Talep 100 Adet

AMELİYAT MASASI EL-KOL BİLEK SABİTLEME KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. El Bilek Sabitleme Kemerı ölçüleri:

Hastaya bağlanan kemerin uzunluğu: 65 cm (+/- 1 cm)

Ameliyat masasına bağlanan kemerin uzunluğu: 50 cm (+/- 1 cm)

Kemerlerin genişlikleri: 50 mm (+/- 2 mm)

Dişi ve erkek velcro cırtın uzunlukları sırası ile: 16,5 cm – 26 cm (+/- 1 cm)

2. Hastanemizde bulunan mevcut ameliyat masalarına uyumlu olmalıdır.
3. Her bir sabitleme kemeri ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
4. Sabitleme kemerleri velcro bant ile hastayı sabitleyen ve ameliyat masasına sabitlenen kısım olmak üzere iki parçadan oluşmalı ve bu parçalar birbirine dikiş ile sabitlenmiş olmalıdır.
5. Kemerlerin uç kısımları dayanıklı biye malzemesi ile dikişli olmalıdır.
6. Sabitleme Kemerleri hastanın bileklerini sararak, stabilizasyonunu sağlayabilecek yapıda olmalıdır.
7. Üretici Firma TSE, TSEK, ISO veya uluslararası kabul görmüş standartlardan birine sahip olmalı ve teklifte belgelendirilmelidir.
8. Ürünleri UBB/ÜTS kayıtları olmalıdır.
9. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garantili olmalıdır.

Özlem Sultan DERNEK
Hemşirelik Hizmetleri Müd.

Sakran Auer
Amel. Sor. Hekim
S.

Erol Gürdel

60 Adet
Talep

AMELİYATHANE MASASI VÜCUT(GÖVDE) SABİTLEME KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastaları güvenli konumlandırmak için geniş bacak alanı ve vücut kayışına sahip olmalıdır.
2. Hastanemizde bulunan mevcut ameliyat masalarına uyumlu olmalıdır.
3. Vücut bağlama kemeri ile en az 100 kg ağırlığında hastaları ameliyat masasına sabitlemek mümkün olmalıdır.
4. Velcro bant ile ameliyat masasının iki tarafında bulunan metal bariyerlere sabitlenebilmelidir.
5. **Kayış Ölçüleri:**
Toplam kayış uzunluk: 244 cm
Kayış uzunluğu: 122 cm
Kayış genişliği: 50 mm
Velcro cırt uzunluğu: 61x2 cm
6. **Vücut Kavrama Pedi Ölçüleri:**
Genişliği: 12,5 cm (+/- 1 cm)
Uzunluğu: 53 cm (+/- 1 cm)
7. Özel dizayn edilmiş vücut kavrama pedi ile hastanın güvenli ve konforlu stabilizasyonu sağlanmalıdır.
8. Vücut kavrama pedi etrafı dayanıklı biye malzemesi ile dikişli olmalıdır.
9. Vücut kavrama pedi izopropil alkol vb. ürünler ile dezenfekte edilebilir olmalıdır.
10. Yüksek kaliteli suni deri yıpranma vb. durumlara karşı dayanıklı olmalıdır.
11. Ürünün ara katmanı minimum 7 mm kalınlığında esneklik ve yumuşaklık sağlayacak yapıda olmalıdır.
12. Üretici Firma TSE, TSEK, ISO veya uluslararası kabul görmüş standartlardan birine sahip olmalı ve teklifte belgelendirilmelidir.
13. Ürünler tekli kapalı poşette paketli olmalıdır.
14. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garantili olmalıdır.

Özlem Sultan DERNEĞİ
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Amel. Sor. Hemş.
Sakrın Ayar

Emel Gündel

Hemşirelik Hizmetleri
Gülçin Ayar

AMELİYAT MASASI AYAK BİLEK SABİTLEME KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayak Bilek Sabitleme Kemer ölçüleri:

Hastaya bağlanan kemerin uzunluğu: 100 cm (+/- 10 cm)

Ameliyat masasına bağlanan kemerin uzunluğu: 50 cm (+/- 10 cm)

Kemerlerin genişlikleri: 50 mm (+/- 2 mm)

Dişi ve erkek velcro cırtın uzunlukları sırası ile: 30 cm – 40 cm (+/- 10 cm)

2. Sabitleme kemerleri velcro bant ile hastayı sabitleyen ve ameliyat masasına sabitlenen kısım olmak üzere iki parçadan oluşmalı ve bu parçalar birbirine dikiş ile sabitlenmiş olmalıdır.
3. Hastanemizde bulunan mevcut ameliyat masalarına uyumlu olmalıdır.
4. Kemerlerin uç kısımları dayanıklı biye malzemesi ile dikişli olmalıdır.
5. Sabitleme Kemerleri hastanın bileklerini sararak, stabilizasyonunu sağlayabilecek yapıda olmalıdır.
6. Her bir sabitleme kemeri ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
7. Üretici Firma TSE, TSEK, ISO veya uluslararası kabul görmüş standartlardan birine sahip olmalı ve teklifte belgelendirilmelidir.
8. Ürünleri UBB/ÜTS kayıtları olmalıdır.
9. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garantili olmalıdır.

Özlem Sultan DERNEĞİ
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Prof. Sor. Hemş.
Sakrhan Avcı

Erol Gördel