



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20247056

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 20/11/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 ENDOSKOPIK KISTOTOM	1,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20247056

NOT : TEKLİFLER MARKA MODEL UBB BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

209.0062.000	ENDOSKOPIK KISTOTOM	ADET	1
--------------	---------------------	------	---

#### 1.GENEL ÖZELLİKLER

#### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (12699) ENDOSKOPIK KISTOTOM

##### Açıklama : ENDOSKOPIK KISTOTOM

- Endoskopik ultrasonografi (EUS) cihazı ile yapılan EUS işlemlerinde pankreatik kistlere ilk girişin sağlanması ve/veya kateter (stent, nazogastrik set vb.) yerleştirmek için ön hazırlık yapmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
  - Cysto gastro set, iğne, koagülasyon kateri ve kılavuz tel kombine çalışarak hızlı ve güvenli işlem sağlamalıdır.
  - Cysto gastro set 6 FR, 8,5 FR ve 10FR olmalıdır.
  - Cysto gastro set, iğne ve dilate edici yüzük kateterden oluşmalı, set bu iki kısımdan da koagülasyon yapmayı sağlamalıdır.
  - Cysto gastro set, iki farklı koter girişi olmalıdır. Bu girişlerden biri iğneye diğeri koagülasyon kateterine valide edilmiş olmalıdır.
  - Cysto gastro set, 180 cm uzunluğunda olmalıdır.
  - Cysto gastro set, şaft boyunca yalıtkan siyah materyal ile kaplanmış olmalıdır.
  - Cysto gastro setin 1 adet luer, enjeksiyon girişi bulunmalıdır.
  - Cysto gastro setin handle kısmı üç parçadan oluşmalıdır. İğnenin koter bağlantısı olan distal kısım işlem sırasında setten ayrılarak, iğnenin geri çekilmesini ve/veya iç şafttaki iğnenin tamamen setten ayrılmasını sağlamalıdır. Enjeksiyon portunun olduğu 2. Parça handle?dan ayrılarak iğnenin dış tüpünün geri çekilmesini ve /veya tüpün tamamen setten ayrılmasını sağlamalıdır. Ana set ve koter bağlantısı valide edilmiş halde kalmalıdır.
  - Cysto gastro setin, iğne ve tüpü ayrıldıktan sonra dış taraftaki yüzük kateter, iğne ile giriş yapılan duvarı koagülasyon ile dilate ederek istenilen tünelin açılmasını sağlamalıdır.
  - Sfinkterotom 0.035? kılavuz tel ile uyumlu olarak kullanılabilir olmalıdır.
  - Ürün üzerinde markası, referans numarası ve lot numarası basılı olmalıdır.
  - Tek kullanımlık olmalıdır.
  - Cysto gastro set steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
  - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon şekli belirtilmiş olmalıdır. Etilen oksit ile sterilize edilmiş olmalıdır.
  - Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az bir yıl miadlı olmalıdır.
  - Teslim edilecek malzeme Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB barkod numarasına sahip olmalıdır.
- #### 18. GENEL ÖZELLİKLER
- 18.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
  - 18.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
  - 18.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.

- 18.4.** Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 18.5.** Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 18.6.** Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.