



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246695

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/11/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CIVİLİ BASLIK SISTEMI(NOROSIRUJI)	1,00	ADET
2	EL KOL CERRAHI TABLA	1,00	ADET
3	U BAS BOLUMU	1,00	ADET
4	SPINAL CERRAHI CERCEVE	2,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20246695

NOT : 20246695 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.0219.000	CIVILI BASLIK SISTEMI(NOROSIRUJI)	ADET	1
442.3857.000	EL KOL CERRAHI TABLA	ADET	1
442.3858.000	U BAS BOLUMU	ADET	1
442.3859.000	SPINAL CERRAHI CERCEVE	ADET	2

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12693) CIVILI BASLIK SISTEMI(NOROSIRUJI)

Açıklama : CIVILI BASLIK SISTEMI(NOROSIRUJI)

- Beyin cerrahisi girişimlerinde kafatasına gerekli cerrahi pozisyonu verebilecek tasarım özelliklerine sahip olmalıdır.
- 3 ana gruptan oluşmalıdır.
Masaya bağlama grubu (oturma pozisyonları için)
Mafsal grubu
Çatal kol grubu
- Bağlama grubu ameliyat masasının yan tarafında bulunan raylara bağlanabilmelidir.
- Mafsal grubu, bağlama milleri yardımıyla hem bağlama grubuna montajı ve hem de ameliyat masasına montajı yapılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- Mafsal grubunun sabitlemesi kilitleme kolu yardımı ile olmalıdır.
- Mafsal grubu sıkma kuvveti ayarlanabilir olmalıdır.
- Orta mafsal 360 derece dönebilmelidir.
- Çatal kol grubu kafatası pimlerine rahat pozisyon verebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
- Çatal kol çeneleri dişli ve kilit dibi yardımıyla birbirine kenetlenmelidir.
- İki pimli çene kendi ekseninde sonsuz dönebilmeli ve istenilen pozisyonda kilitlenebilmelidir.
- Pimlerin baskı kuvveti izlenebilmelidir.
- Ünitede kullanılan malzemeler paslanmaz ve alüminyum olmalıdır. Çivili başlık konulabileceği 2 (iki) adet aksesuar sehbası ücretsiz verilecektir.
- Hastanemiz bünyesinde kullanılan Bıçakçılar marka 3000 model ameliyat masaları ile uyumlu olmalıdır.
- 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T

(12692) U BAS BOLUMU

Açıklama : U BAS BOLUMU

1. U tipi baş bölümü öngörülen masanın baş bölümüne monte edilebilmelidir.
2. Sistem üç noktadan mafsallı olup, mafsallar yardımıyla ameliyata uygun konuma rahatça getirilip sabitlenebilmelidir.
3. Beyin dayama kısmı küresel mafsal sistemi ile istenilen yöne rahatça hareket ettirilmeli ve istenilen yerde sustalı sıkma kolu yardımıyla sabitlenebilmelidir.
4. U tipi baş bölümü ayar borusu üzerinde sağa ve sola rahatça hareket edebilmeli ve sabitleme kolu yardımıyla sabitlenebilmelidir.
5. U tipi baş bölümü ayar borusu üzerinde dairesel hareket edebilmeli ve istenilen konumda sabitleme kolu yardımıyla sabitlenebilmelidir.
6. Sabitleme kolunun sıkma kuvveti ayarlanabilmelidir.
7. U tipi baş bölümünün beyin dayama kısmının yarıçapı R15cm $\pm$ 1.5cm olmalıdır.
8. U tipi baş bölümünün beyin dayama kısmı sünger olmalı ve üzeri deri kaplı olmalıdır.
9. U tipi baş bölümünün bağlantı kollarından biri hareketli olmalıdır.
10. Sistemin genişliği 55cm $\pm$ 1cm olmalıdır.
11. Ünite de kullanılan metal malzemeler paslanmaz ve alüminyum olmalıdır.
12. Hastanemiz bünyesinde kullanılan Bıçakcılar marka 3000 model ameliyat masaları ile uyumlu olmalıdır.
13. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T

(12694) EL KOL CERRAHI TABLA

Açıklama : EL KOL CERRAHI TABLA

1. Hastanemiz bünyesinde kullanılan Bıçakcılar marka 3000 model ameliyat masaları ile uyumlu olmalıdır.
2. El/Kol bölümü hasta kolunun rahatça konabileceği şekilde düz yapıda olmalıdır.
3. El/Kol bölümü hasta kolunun sabitlenebilmesi için masaya bağlantısı dışında yere değmesini sağlayan ayak bölümü bulundurulmalıdır.
4. El/Kol bölümü masanın yan raylarına sabitleme bağlantı aparatı ile sabitlenmeli, ray üzerinde sağa - sola kaydırılabilmesi ayrıca sabitlendiği seviyeden yukarı - aşağı düzlemde hareket ettirilebilir, istenilen seviyede sabitlenebilir olmalıdır.
5. El/kol bölümü üst tabla yüzeyi eni 25cm ,boyu toplamda 70cm olmalıdır. Üst tabla üzerinde aynı ölçülerde tablaya cırt bant ile sabitlenebilen , En az 4cm kalınlığında bir minder bulunmalıdır.
6. Bu minder üzerindeki cırt band uzunluğu en az 40 cm olmalıdır.
7. Hastanemiz bünyesinde kullanılan Bıçakcılar marka 3000 model ameliyat masaları ile uyumlu olmalıdır.
8. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T

(12665) SPINAL CERRAHI CERCEVE

Açıklama : SPINAL CERRAHI CERCEVE

1. Hastanemiz bünyesinde kullanılan Bıçakcılar marka 3000 model ameliyat masaları ile uyumlu olmalıdır.
2. En az 200kg hasta taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
3. C-ARM uyumlu, 280x600mm radyolojik görüntüleme sunan karbon fiber altyapıya sahip olmalıdır.
4. Vücut formuna uyumlu sıvı geçirmeyen, anti bakteriyel, alev itici özellikli ve sökülebilen minderler olmalıdır.
5. Çeşitli hasta boyutları ve abdominal serbestlik için yanal olarak üç kademede ayarlanabilmelidir.
6. Vücut esneme ve gerginlik miktarını ayarlamak için en fazla 100mm yükselebilmelidir.
7. Muhafaza edilebilir krank kolu olmalıdır.
8. 14kg ağırlığı geçmemelidir.
9. Kolay taşınması ve saklanması için aksesuar arabası ile teslim edilmelidir.
10. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T