



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20247316

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 04/12/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 MEMBRAN FORSEPSLERİ 25 G (ASİMETRİK)	6,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20247316

NOT : TEKLİFLER MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SIMGE ÖZBAY

TEL : 2324122408

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

212.0156.000	MEMBRAN FORSEPSLERİ 25 G (ASİMETRİK)	ADET	6
--------------	--------------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8561) MEMBRAN FORSEPSLERİ 25 G (ASİMETRİK)

Açıklama : MEMBRAN FORSEPSLERİ 25 G (ASİMETRİK)

- 25+ Gauge gövde ölçüsünde , 25+g. viktometri tekniklerinde kullanılmak üzere, asimetric peeling ve diğer peeling ve tutma işlemleri için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
- Uç bölümü hassas tutma sağlayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
- Makuloreksis ve hassas membran girişimlerinde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
- Görünürlüğü mükemmel olarak getirilmiş tip dizaynına sahip olmalıdır.
- Hastanemizde kullanılan hafif, dayanıklı, rahat ve kontrolü mükemmel Grieshaber revolution ve New generation hanpiercere uyumlu advanceddsp uç olmalıdır.
- Tek kullanımlık ambalajlarda satışa sunulmuş olmalıdır.
- Ürün tek parça ve ne tür forceps olduğunu belirten renk kodu olmalıdır.
- Alet ucu titanyumdan üretilmiş olmalı ve bu özellik ucun renginden de belli olmalıdır, bu durum vazgeçilmez özelliktir.
- Alet ucu mikroskop ışığı altında kesinlik parlamamalıdır.
- Alet üzerinde teklif edilen ürünün markası belirtilmiş olmalıdır.
- Orijinal ürün dışında teklif veren firma, aletin malzemedeki kaynaklanan arızası durumunda aletin yetkili servisine ücreti mukabili tamir ettireceğini belirten noter tasitkli belge verecektir. Ayrıca aletin tamiri süresince kullanılmak üzere hastanemize aynı aleti bırakacaktır.
- Hastane ihtiyacına göre 23ga veya 27ga ile değişim talep edilebilir.
- Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.