



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246856

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/11/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	UYUSTURUCU DOLABI CİFT KİLİTLİ (KIRMIZI VE YESİL)	10,00	ADET
---	---	-------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20246856

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3742.000	UYUSTURUCU DOLABI CİFT KİLİTLİ (KIRMIZI VE YESİL)	ADET	10
--------------	---	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12702) UYUSTURUCU DOLABI CİFT KİLİTLİ (KIRMIZI VE YESİL)

Açıklama : UYUSTURUCU DOLABI CİFT KİLİTLİ (KIRMIZI VE YESİL)

1. Dolap narkotik ilaç dolabı olarak tasarlanmış olmalıdır.
2. Gövde metal malzemeden imal edilmiş olup çift kapaklı her kapak kilitlenebilir yapıda olmalıdır.Dolap gözünde sabit raf olmalıdır. Dolap dikine bir bölmeyle ikiye bölünmüş olmalıdır.
3. Dolabın derinliği 200 mm +/-10 mm genişliği 600 mm +/-10 mm yüksekliği 500 mm +/- 10 mm şeklinde olmalıdır.
4. Dolap kapakları farklı iki renkte olmalıdır bir kapak diğerinden farklı olmalıdır ki rahatlıkla fark edilebilmelidir. Dolap kapakları biri Kırmızı, biri Yeşil renge boyanmış olmalıdır.
5. Her kapak için en az ikişer anahtar verilmelidir.
6. Dolap metal aksamı elektrostatik toz boya ile kaplanmış olmalıdır.
7. Kapaklarda hava menfez bulunmalı Bu sayede nem dengesi sağlanmalıdır.
8. Yüklenici numune getirecektir. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
9. T.S.E Standartlarında üretilmiş olmalıdır.
10. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T