



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20248063

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/12/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                      |      |      |
|---|----------------------|------|------|
| 1 | GASTROSTOMİ PEG SETİ | 2,00 | ADET |
|---|----------------------|------|------|

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20248063

NOT : TEKLİFLER MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SİMGE ÖZBAY

TEL : 2324122408

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                      |      |   |
|--------------|----------------------|------|---|
| 209.0010.000 | GASTROSTOMİ PEG SETİ | ADET | 2 |
|--------------|----------------------|------|---|

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (7419) GASTROSTOMİ PEG SETİ

##### Açıklama : GASTROSTOMİ PEG SETİ

1. Teklif edilen PEG set 12-20 Fr aralığında olmalıdır.
2. Teklif edilen kit steril olmalıdır.
3. Teklif edilen gastronomi kiti perkutan endoskopik olarak takılacak şekilde olmalıdır.
4. Teklif edilen tüp çıkarılması için endoskopiye ihtiyaç duyulmamalıdır.
5. Endoskopik çekme yöntemi ile takılacak şekilde olmalıdır.
6. Mide içi sabitleyici yumuşak olmalıdır.
7. Mide içi sabitleyici sindirime dayanıklı materyalden olmalıdır.
8. Mide içi sabitleyicisi radyopak olmalıdır.
9. Tüpü uyumlu ve tüpü saran eksternal sabitleyici olmalıdır.
10. Tüp poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır.
11. Tüp üzerinde en geniş 3-4 cm aralıklarla işaretlenmiş seviyeler olmalıdır.
12. Tüp üzerine takılabilen anahtar klemp set içerisinde bulunmalıdır.
13. Teklif edilen PEG set içerisinde teklif edilen tüp kalınlığı ile uyumlu kapaklı beslenme adaptörü olmalıdır.
14. Beslenme adaptörü (port konnektör) bolus ve sürekli beslenme için uygun olmalıdır.
15. Beslenme adaptöründe ilaç kanalı bulunmalıdır.
16. Setin içerisinde tüp, adaptör, kilit haricinde ayrıca bisturi, enjektör, örtü, spanç, pens bulunmalıdır.
17. Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.
18. Malzemeler 2 yıl miadlı olmalıdır. Son kullanma tarihinin bitmesine 6 ay kalan malzemeler 1 kez yeni miadlı malzemeler ile değişimi yapılmalıdır.
19. Teslim edilecek ürün steril, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihi vb. bilgiler olmalıdır.