



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2024797

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 15/02/2024 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANTIJENİ(ELISA)	1.800,00 TEST
---	---	---------------

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 2024797

NOT : 2024797 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0135.000	ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANTIJENİ(ELISA)	TEST	1800
--------------	---	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

ASPERGİLLUS GALAKTOMANNAN ANTİJEN TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Bu teknik şartname 18 maddeden oluşmaktadır.
2. Bu teknik şartname ile 1 kalem test satın alınacaktır.
3. Bu teknik şartname ile aşağıda adı ve miktarı yazılı testin satın alınması istenmektedir.

SIRA NO	TEST ADI	TEST SAYISI
1	Aspergillus Galaktomannan Antijen testi	1800

4. Teklif edilen kitler Kemilüminesan (CLIA), ELİSA (enzyme linked immunosorbent assay), ELFA (Enzym Linked Fluoresan Assay) veya LFA (Lateral Flow Assay) teknolojileri ile çalışabilmelidir.
5. Kitler tek hasta formatında üretilmiş, test kasetleri şeklinde olmalıdır.
6. LFA teknolojisi ile çalışan kitlerin teklif edilmesi durumunda, kasetlerin okunması için gerekli olan cihaz ilgili firma tarafından sağlanmalıdır.
7. Teklif veren firmalar kendi sistemlerini kuracaktır. Sistemi kuracak firmalar talep beklemeksizin her türlü sarf malzeme (kontrol-gereken durumlarda değişik düzeyli kontroller-kalibratörler, tüpler, reaksiyon küvetleri, örnek kapları, yıkama solüsyonları, diluentler, pipet uçları, vb) akışını sağlamalı, ücretsiz servis ve ücretsiz bakım (yedek parça dahil) yapmalıdır.
8. Teklif edilecek cihazların, Laboratuvar işletim sistemlerine (LIS) bağlantısı ihaleyi alan firma tarafından gerçekleştirilmelidir.
9. Aspergillus galaktomannan antijen testi, Aspergillus galaktomannan'ı insan serum ve bronkoalveolar lavaj örneklerinde tespit edebilmelidir.
10. Demonstrasyon ve kullanıcı eğitimi verilmelidir. Teklif edilen kit ihale günü ve saatinden itibaren 7 gün (168 saat) içinde Merkez Laboratuvarının belirleyeceği koşullar çerçevesinde laboratuvar sorumluları tarafından denenecektir. Demonstrasyon için en az otuz (30) adet kit kullanılacaktır. Merkez Laboratuvarı tarafından daha önce kullanılmış ve/veya denenmiş kitlerden tekrar demonstrasyon istenmeyebilir. Demonstrasyonu yapılmayan kitler ile ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Bu şartname ile istenen kite verilen teklifler aşağıdaki bilgileri içermelidir:
 - a. Kitin ad, marka, ambalaj, üretici firma ve ülke, raf ömrü ve saklama derecesinin yer aldığı tablo
 - b. Kitin orijinal prospektüsünden birer adet
12. Kitler kapalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Raf ömrü en az 4 ay olmalıdır. Raf ömrünü tamamlamasına iki ay kalan kitler önceden haber verilerek ilgili firma tarafından daha uzun olanlarla ücretsiz olarak değiştirilir.
13. Kullanım sırasında kite ilişkin bir sorun çıkması durumunda ilgili firma, tüm kitleri sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış yeni lot numaralı kitler ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.



14. Merkez Laboratuvar teklif verilen kitlerin transport, kötü koşullarda saklanma, kit içeriklerinde fiziksel hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili firma bu tür durumlarda Merkez Laboratuvar tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içinde kitleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde, kit içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri öngörülen test çalışma koşullarına uygun biçimde gidermekler yükümlüdür.
15. Teknik bakım hizmeti günde 24 saat, haftada 7 gün ve tüm bayram, resmi tatil günlerinde ilgili firma tarafından, sorunun kendilerine bildirimini izleyen en geç 8 saat içinde verilmelidir. Bu süreyi aşan durumlar "hizmet aksaması" olarak değerlendirilecektir.
16. Sistemde 5 gün içinde sorununun giderilememesi veya hasta hizmetini aksatacak şekilde sık sorun yaşanması durumunda, benzer teknik özelliklere sahip yeni ve sorunsuz bir aygıtın kurulması zorunludur. Acil durumlar için hizmetin her koşulda kesintisiz sürdürülmesi gereklidir ve bununla ilişkili her türlü önlemin alınması yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
17. Analitik sistemler ihalenin sonuçlanmasından sonra 30 gün içerisinde, Merkez Laboratuvarın öngördüğü tarihlerde kurulabilmeli ve işler hale getirilmelidir.
18. Analitik sistemler sözleşmenin başlangıcından bitişine kadar Merkez Laboratuvarında bulundurulacaktır; hizmet artışı veya doğrudan alım yapılırsa veya aynı reaktif ya da sistemler ile hasta sonucu üretildiği sürece bu durum devam edecektir.



Doç. Dr. Özgür APPAK



Prof. Dr. A. Aydan Özkütük