



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20241164

İLAN

23/02/2024 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **26/02/2024 TARİHİ, SAAT 16:00**

E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

1	ULTRASON TAMIRI	1,00 ADET	Merhaba, Sabah US-6 odasındaki 150001864 seri numaralı GE LOGIQ P9 aygıtının ekranında "please check that system date and time are correct" yazmakta ve aygıt açılmamaktadır. Yardımlarınız ricası ile
---	-----------------	-----------	---

Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 150001864
REFERANS NO: RF15001864
DEMİRBAŞ ADI: DIGITAL RENKLI DOPPLERLI ULTRASONOGRAFI CİHAZI (MARKA:GE / MODEL:LOGIQ P9)
MARKA-MODEL: GE LOGIQ P9
SERI NO: 303226SU5
Ayn No: 49754Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: ALİ BALCI - 13/01/2022
BULUNDUĞU YER: RADYOLOJİ LAB.(RADYODIAGNOSTİK A.D.)
TEDARİKÇİ ADI: PENTA ELEKTRONİK MEDİKAL SIS. SAN. VE TIC A.Ş.
ALIM FİYATI: 109166,4
GARANTİ: H - (04/12/2015 - 04/12/2017)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2015 - 12789
GARANTÖR ADI:.

Arıza No : 429140

TEKLİF NO : 20241164
ÖDEME SÜRESİ : 90
NOT : 20241164 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412
FAX : (0 232) 412 24 27 – 412 21 93

NOT : Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

23/02/2024 14:20:00

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0020.002	ULTRASON TAMIRI	ADET	1
--------------	-----------------	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.