



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20241189

İLAN

26/02/2024 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **28/02/2024 TARİHİ, SAAT 00:00**

E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 ULTRASON TAMIRI	1,00 ADET	OPIO PWA Assy ön panel kartı , trackball talebi, ml6-15 prob, 9L prob ,c1-6 prob yeni talepleri yapıldı. LS7002998 GE LOGIQ S7 trackball aşağı yukarı hareket etmiyor. Yardımlarınızı bekliyoruz.□

Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 180002100
REFERANS NO: RF18002100
DEMİRBAŞ ADI: ORTA DUZEY RENKLI DOPPLER ULTRASONOGRAFI CIHAZI (GE/ LOGIQ S7 R3 EXPERT)
MARKA-MODEL: GE LOGIQ S7 R3 EXPERT
SERI NO: LS7002998
Ayn No: 72197Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: ALİ BALCI - 13/01/2022
BULUNDUĞU YER: RADYOLOJİ LAB.(RADYODIAGNOSTİK A.D.)
TEDARİKÇİ ADI: PENTA ELEKTRONİK MEDİKAL SIS. SAN. VE TIC A.Ş.
ALIM FİYATI: 226800
GARANTİ: H - (18/09/2018 - 18/09/2020)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2018 - 8660
GARANTÖR ADI:.

Arıza No : 409489

TEKLİF NO : 20241189
ÖDEME SÜRESİ : 90
NOT : 20241189 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412
FAX : (0 232) 412 24 27 – 412 21 93

NOT : Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

26/02/2024 11:36:15

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0020.002	ULTRASON TAMIRI	ADET	1
--------------	-----------------	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.