



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2024958

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 27/03/2024 TARİHİ, SAAT 13:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PARAZİTOLOJİ LABORATUARİ DİS KALİTE KONTROLU HİZMETİ	1,00	ADET
2	MIKOLOJİ LABORATUARİ DİS KALİTE KONTROLU HİZMETİ	1,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 2024958

NOT : 2024958 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

TEL : 4122412

E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0194.000	PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI DİS KALİTE KONTROLÜ HİZMETİ	ADET	1
511.0195.000	MİKOLJİ LABORATUVARI DİS KALİTE KONTROLÜ HİZMETİ	ADET	1

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

DEÜ Arařtırma Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Mikoloji Birimi

Dıř Kalite Kontrol Teknik řartnamesi

1. Alımı yapılacak Dıř Kalite Kontrol (DKK) programı, asgari olarak "maya ve kf mantarı kltr-identifikasyonu" nu ve aynı zamanda Referans antifungal duyarlılık yntemi olan sıvı mikrodilsyon ile deęerlendirmeyi saęlayacak řekilde olmalıdır.
2. DKK rnek daęıtım sıklıęı yıllık en az  (3) kez olmalıdır. Her daęıtımda en az beř (5) rnek saęlanmalıdır.
3. Maya ve kf tanımlaması iin beř (5) farklı liyofilize mikroorganizma, ze ve dilenti kutuda bulunmalı, ayrıca Cryptococcal antijen saptayabilmek iin ilk iki evrimde (A ve B surveylerinde) bir (1) adet 1.0-mL Beyin omurilik sıvısı simle rneęini iermelidir.
4. DKK rneklerle ilgili zet vaka bilgisi verilmelidir.
5. DKK rnekleri ile birlikte malzeme ve panel/program zellikleri bilgisi kutu ierisinde bulunmalıdır
6. DKK rneklerinin hangi tarihte alıřılacaęı yazılı olarak paket ierisinde bildirilmelidir.
7. DKK rnekleri uluslararası madde gnderim ve biyogvenlik kurallarına uygun olarak gnderilmelidir.
8. Yklenici firma DKK rnek teslimatını soęuk zincirde direkt olarak ilgili laboratuvara yapmalıdır.
9. Laboratuvar sonuları dięer merkezlerden gnderilen ayrı cihaz ve yntemler ile ilgili sonuları deęerlendirilmiř ve mevcut laboratuvarlar arasındaki bařarı oranları belirtilerek verilmelidir.
10. Sonular internet ortamında her katılımcı iin verilen kullanıcı numarası ile izlenebilmelidir.

06.03.2024



Prof. Dr. Ayře Aydan ZKTK

Merkez Lab. Mikoloji Birimi

DEÜH MERKEZ PARAZİTOLOJİ LABORARUVARI

DIŞ KALİTE KONTROL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plasmodium Aranması testi için kullanılacak olan dış kalite kontrol preperatları;
 - 1.a. En az birer adet ince yayma ve kalın damla preparat içermelidir.
 - 1.b. Preparatlar Giemsa boyası ile boyanmış olmalıdır.
 - 1.c. Preparatlar özel alimunyum folyolu ambalajlarda teslim edilmelidir.
2. Tricrom boyama için gerekli olan gaita preparatları;
 - 2.a. Boyasız olarak lama yayılmış ve fikse edilmiş olmalıdır
 - 2.b. Preparatlar alimunyum folyolu ambalajlarda teslim edilmelidir.
3. Mikroskopik gaita incelemesi için gerekli örnekler;
 - 3.a. En az iki adet olmalıdır.
 - 3.b. Örnekler formolde fikse edilmiş ve vida kapaklı ependorflarda olmalıdır.
 - 3.c. En az 0.5 cc örnek içermelidir.
4. Kinyoun asit fast boyama için gerekli örnekler;
 - 4.a. En az iki adet olmalıdır.
 - 4.b. Örnekler formolde fikse edilmiş ve vida kapaklı ependorflarda olmalıdır.
 - 4.c. En az 0.5 cc örnek içermelidir.
5. Tüm örnekler strafor kutular içerisinde teslim edilmelidir.
6. Örneklerin temin edileceği laboratuvar/kurum/firma 15.189 kalite standartlarına uygun olmalıdır.
7. Firma kalite kontrol verilerini üç ay içerisinde değerlendirip kurumumuza ulaştırmalıdır.
8. Kalite kontrol programı için alım, yılda üç kez olmalıdır.

Prof. Dr. Soykan Özkoç

Merkez Parazitoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu