



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

22/03/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20241906

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

26/03/2024

TARİHİ, SAAT

14:00

'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DISPOSABLE PLASTİK SPEKULUM	9.500,00	ADET
2	FINIDIK TAMPON (8 CM X 8 CM)	500,00	ADET
3	FINDIK TAMPON (12 CM X 12 CM)	12.000,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20241906

NOT : ÖDEME 180GÜN(YAKLASIK MALİYET ICINDIR)

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/4



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

20/03/2024 16:29:52

TEKNİK ŞARTNAME

12295 VAJINAL SPEKULUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık ve kolay kullanım sağlayan tasarıma sahip olmalıdır.
2. Yüksek görüş açısı sağlayan şeffaf yapıya sahip olmalıdır.
3. Geniş görüş açısı sağlayan, destek çerçeveli aperturaya sahip olmalıdır.
4. İstenen açıda sabitleme olanağı sağlayan güvenli, vidalı kilit sistemine sahip olmalıdır.
5. Doku hasarını engelleyen kenarları yuvarlatılmış ergonomik uça sahip olmalıdır.
6. İsteğe bağlı olarak küçük, orta ve büyük boy seçeneklerine sahip olmalıdır.
7. Boy seçeneklerini gösteren renk kodu olmalıdır.
8. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
9. Teklif edilen ürün, T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal bilgi bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
10. Teklif veren firma Ulusal bilgi bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na onaylı olmalıdır.
11. Onaylı ürün (barkod) numaraları teklif ile birlikte ve onaylı ürün numarası ihale sıra numarası ile birlikte teklif dosyasında belirtilmelidir.
12. Onaylı ürün (barkod) numaraları EAN-13 formatında ambalajın üzerinde yer almalıdır.
13. Her boydan numune teslim edilmelidir.
14. Kırılan veya bozuk çıkan ürünlerin yerine telafisi yapılması gerekmektedir.

Hemşire

Süray Eylem Sabah

Dr. Öğr. Üyesi Hilmet Tunç TİMUR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. Tes. No: 175194 Üzm. Tes. No: 142595

PROF.DR. MEHMET ÖNEY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 6922 Üzm. Tes. No: 38283



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/03/2024 16:15:41

TEKNİK ŞARTNAME

12301 FINDIK TAMPON (8 CM X 8 CM , 12 CM X 12 CM)

1. TS 14709'a uygun olmalıdır.
2. Açıldığında 8 cm x 8 cm , 12 cm x 12 cm kesiminde olup içe doğru kıvrılarak yuvarlatılmış olmalıdır.
3. Fındık tampon hidrofıl gaz bezinin istenen boyutlarda kesilerek kenarlarının iplik vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
4. Fındık tampon atkı-çözümlü teli sayısı değerleri; çözgü teli sayısı cm başına 12(+/-1) tel , atkı sayısı cm başına 8 (+/-1) tel olmalıdır. Ürün toplamda 20(+/-1) tel olmalıdır.
5. Ürün üzerinde eksik atkı ya da çözgü içeren alan (tel kaçıkları gibi) olmamalıdır.
6. Apreli olmamalı , herhangi bir boya içermemelidir; kirli görünmemelidir.
7. Fındık tampon kaşarlanmış, beyaz temiz ve kokusuz olmalıdır.
8. Üzerinde kir elyaf artıkları yağ lekesi yabancı cisimler ek yeri v parça bulunmamalıdır.
9. Fındık tampon üst yüzeylerinde delik kesik yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalı, her tele dikili olmalıdır.
10. Fındık tampon kenarları iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır.
11. Hasta güvenliği açısından radyoopak iplik tampon içinde kesinlikle serbest olmamalı, her tele dikili olmalıdır. Fındık tampon üzerinden kolayca çıkmamalıdır.
12. Radyoopak iplikler monoflaman karakterli mavi renkte olmalı ve buhar sterilizasyonuna dayanıklı olmalı, parçalanmamalı çekmemeli X ışını ile görülebilmelidir.
13. Radyoopak iplikler toksik etki göstermemelidir. Belgesi sunulmalıdır.
14. 40-50 adetlik polietilen ambalajlarda ve kolilenmiş olarak teslim edilmelidir.
15. Karton kolilerin bütünlüğü tam olmalıdır.
16. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- 16.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve /veya tescilli markası,
- 16.2. Hidrofıl oldugu
- 16.3. Anma boyutları ve adedi
- 16.4. Üretim tarihi
- 16.5. Standartın işaret ve numarası (TS 14079)
- 16.6. Seri ve parti numarası
17. Non-steril olmalıdır.
18. Teklif edilen ürün T.C. İlç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
19. Değerlendirme için en az 30 adet orijinal paketlenmiş ürün numune olarak bırakılmalıdır. Numunelerin tamamı belirtilen özellikte radyoopak ipliklere sahip X-R 'li olmalıdır.
20. Muayene Komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
21. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özellikte olmalıdır.

Gülşen Atalay

Sikran Auer