



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20243074

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **28/05/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	COMPOUNDER TRANSFER SETİ	225,00	ADET
2	NUTRUSYON TORBASI 500 ML	300,00	ADET
3	COMPOUNDER VALF SETİ	75,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20243074

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL UBB BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SIMGE ÖZBAY

TEL :

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

208.0001.000	COMPOUNDER TRANSFER SETİ	ADET	225
208.0018.000	NUTRUSYON TORBASI 500 ML	ADET	300
208.0024.000	COMPOUNDER VALF SETİ	ADET	75

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8430) COMPOUNDER TRANSFER SETİ

Açıklama : COMPOUNDER TRANSFER SETİ

- Cihaz ile birlikte kullanılacak olan Transfer Set, tedavi protokolünde yer alan solüsyon ve ilaçların tek bir torbaya dolum yapılabilmesine olanak vermelidir.
- Transfer set cihaz ile kullanılan malzemeler ile uyumlu olmalıdır.
- Transfer Set şişe, flakon, mediflex torba ve şırınga kaynaklı konteynirlerin kullanımına uygun olarak dizayn edilmiş olmalı ve her bir çeşit solüsyonda kullanılmak üzere steril tekli ambalajlarda paketlenmiş olmalıdır. Ne ile steril edildiği ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.
- Transfer Set şişe, flakon, mediflex torba ve enjektörlerle gün içerisinde sayısız doluma olanak sağlamalıdır.
- 24 Saat kullanıma imkan vermelidir.

(8429) NUTRUSYON TORBASI 500 ML

Açıklama : NUTRUSYON TORBASI 500 ML

- İlaç ya da solüsyonların dolumunun yapılacağı istenilen ebatta (500 mL , 1000 mL, 2000 mL, 3000 mL) transparan ve EVA (ETİLEN VİNİL ASETAT) yapısında olmalıdır.
- Torbalar Compounder Cihazı ile birlikte çalışan Transfer Set'e uyumlu olmalıdır.
- Torbalar steril ve tek tek ambalajlanmış olmalı ve ambalaj üzerinde ne ile steril edildiği, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- Torbalar 3 hatlı olarak üretilmiş olmalı, üzerinde dolum portu, hastaya transfzyon portu ve dolum sonrası ayrı bir injeksiyon girişi bulunmalıdır.
- Torbalar, PVC, lateks ve DEHP içermemelidir.
- Torbalar pratik bir şekilde asılabilmeli ve üzerindeki ölççekler açık ve net olarak okunabilmelidir. CE işareti bulunmalıdır.
- Torbalar en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

22/05/2024 16:20:44

(8431) COMPOUNDER VALF SETİ

Açıklama : COMPOUNDER VALF SETİ

1. Cihaz ile birlikte kullanılacak olan sıvı aktarım seti cihaz giriş sayısı ile uyumlu olmalıdır.
2. Steril tekli ambalajlarda paketlenmiş olmalı ve ne ile steril edildiği ile ürünün son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.
3. Sıvı aktarım seti dolum cihazına ve cihazda kullanılan tranfer setlerle uyumlu olmalıdır.
4. 24 saat kullanıma imkan vermelidir.