



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20243095

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/05/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU	5,00	ADET
2	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBİNG SET	5,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20243095

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL UBB BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SIMGE ÖZBAY

TEL :

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

254.0009.000	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU	ADET	5
254.0013.000	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET	ADET	5

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (10545) 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET

##### Açıklama : 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET

- Teklif edilecek tubing set hastanemiz demirbaşında bulunan Cusa Excel ultrasonik aspiratör ile birebir uyumlu olmalıdır.Uyumlu olmayan teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilecek tubing set Cusa Excel 36 KHz elceği ile kullanılmalıdır.Bu özellik kutu üzerinde açıkça belirtilmelidir.
- Teklif edilecek tubing set steril pakette ve tek kullanımlık bulunmalıdır.
- Teklif edilceke tubing setin CE etiketi bulunmalıdır.
- Teklif edilecek tubing set orijinal olmalıdır ve durum katalog vs. ile ispatlanmalıdır.

#### (10289) 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU

##### Açıklama : 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU

- Teklif edilecek ürün demirbaşımızda kayıtlı bulunan Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile tam uyumlu olmalı, aynı firma tarafından Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır ve bu özellik ürünün paketi üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
- Uzunluğu 121,5 mm olmalıdır.
- Çapı 1,57 mm olmalıdır.
- Tek kullanımlık olmalıdır.
- Eğimli olmalıdır.
- Steril ambalajlanmış olmalıdır.
- Metal uç, plastik kılıf ve yüzükler steril paketin içerisine dahil olmalıdır.