



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20243138

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/05/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	MUAYENE MASASI MİNDERİ	30,00	ADET
2	SEDYE MİNDERİ	50,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20243138

NOT : 20243138 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

111.0036.000	MUAYENE MASASI MINDERİ	ADET	30
113.0028.000	SEDYE MINDERİ	ADET	50

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3103) MUAYENE MASASI MINDERİ

Açıklama : MUAYENE MASASI MINDERİ

- Muayene divanı süngerinin boyutları;boyu 176+/-2cm, eni 60-68 cm ve yükseklik 8+/-1 cm olacaktır.
- Muayene divanı süngerinde en az 32 dansite gri sünger kullanılmalıdır.Süngerler filelenecektir.
- Muayene divanı süngeri birinci kalite suni deri ile kaplanmış olmalıdır. Kılıf kaynakla birleştirilmiş olmalıdır.Kılıf üst yüzey,yan yüzey ve fermuarlı alt yüzey olarak en çok 3 parçanın birleşiminden oluşmalıdır.Fermuarlardan sıvı kaçmaması için 5 cm lik bant ile fermuar kapatılmalıdır.
- Muayene divanı süngeri , hastanelerde kullanılan kimyasal maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen, dezenfeksiyon kimyasallarıyla silinebilen özellikte olmalıdır.
- Muayene divanı süngeri yanmayı ve lekelenmeyi geciktiren, terlemeyi önleyen özellikte malzeme ile kaplı olmalıdır.
- Muayene divanı şiltesinin kaplanmasında, hasta muayenesi sırasında kullanılan kimyasallar ve hasta sıvıları ile temizlik sırasında kullanılan kimyasallarla yüzeyde renk bozulması, erime,çürüme,karınalanma bozulma olmamalıdır.
- Kılıf kaplamasının altında keçe vb. dolgu olmalıdır.
- Kılıf sökülme ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
- Kaplama malzemesi rengi krem tonlarında olacaktır.Renk tonu firma tarafından getirilecek palet üzerinden seçilecektir.
- Teslim edilecek ürün,orjinal ambalajında ve hiç kullanılmamış olduğu belgelenerek teslim edilecektir.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde ilgili ürünün kesin siparişi firmaların getireceği suni deri renk paletinin ve numunelerin Teknik Hizmetler Müdürlüğü ve Hastane İdaresinin incelemesinden sonra yapılacaktır.
- Teklifler sünger yoğunluğu ve yapımında kullanılacak diğer malzemelerin özellikleri belirtilecektir.
- Ürün üretim hataları için en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici veya Türkiye temsilcisi tarafından verilecektir.Garanti süresince bakım, onarımdan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.İlgili garanti belgesi veya satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi idareye sunulmalıdır.
- Üretici firma ve satıcı firması aynı olanlar idarece tercih edilecektir.
- Üretici TSE standartlarına uygun üretim yaptığını belgelendirmelidir.
- Teklif edilen ürünler ulusal ve uluslararası geçerli olan standartlara göre belgelendirilmiş olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

3103 MUAYENE MASASI MINDERİ

1. Muayene divanı süngerinin boyutları;boyu 176+/-2cm, eni 60-68 cm ve yükseklik 8+/-1 cm olacaktır.
2. Muayene divanı süngerinde en az 32 dansite gri sünger kullanılmalıdır.Süngerler filelenecektir.
3. Muayene divanı süngeri birinci kalite suni deri ile kaplanmış olmalıdır. Kılıf kaynakla birleştirilmiş olmalıdır.Kılıf üst yüzey,yan yüzey ve fermuarlı alt yüzey olarak en çok 3 parçanın birleşiminden oluşmalıdır.Fermuarlardan sıvı kaçmaması için 5 cm lik bant ile fermuar kapatılmalıdır.
4. Muayene divanı süngeri , hastanelerde kullanılan kimyasal maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen, dezenfeksiyon kimyasallarıyla silinebilen özellikte olmalıdır.
5. Muayene divanı süngeri yanmayı ve lekelenmeyi geciktiren, terlemeyi önleyen özellikte malzeme ile kaplı olmalıdır.
6. Muayene divanı şiltesinin kaplanmasında, hasta muayenesi sırasında kullanılan kimyasallar ve hasta sıvıları ile temizlik sırasında kullanılan kimyasallarla yüzeyde renk bozulması, erime,çürüme,karınclanma bozulma olmamalıdır.
7. Kılıf kaplamasının altında keçe vb. dolgu olmalıdır.
8. Kılıf sökülme ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
9. Kaplama malzemesi rengi krem tonlarında olacaktır.Renk tonu firma tarafından getirilecek palet üzerinden seçilecektir.
10. Teslim edilecek ürün,orjinal ambalajında ve hiç kullanılmamış olduğu belgelenerek teslim edilecektir.
11. Tekliflerin değerlendirilmesinde ilgili ürünün kesin siparişi firmaların getireceği suni deri renk paletinin ve numunelerin Teknik Hizmetler Müdürlüğü ve Hastane İdaresinin incelemesinden sonra yapılacaktır.
12. Teklifler sünger yoğunluğu ve yapımında kullanılacak diğer malzemelerin özellikleri belirtilecektir.
13. Ürün üretim hataları için en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici veya Türkiye temsilcisi tarafından verilecektir.Garanti süresince bakım, onarımdan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.İlgi garanti belgesi veya satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi idareye sunulmalıdır.
14. Üretici firma ve satıcı firması aynı olanlar idarece tercih edilecektir.
15. Üretici TSE standartlarına uygun üretim yaptığını belgelendirmelidir.
16. Teklif edilen ürünler ulusal ve uluslararası geçerli olan standartlara göre belgelendirilmiş olmalıdır.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yasabey Bıksen




DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2024 17:37:41

TEKNİK ŞARTNAME

8816 SEDYE MİNDERİ

1. Sedy e minderinin boyu 190 cm eni 70 cm olacaktır.
2. Sedy e minderinde kullanılacak malzemeler T.S.E'li olacaktır.
3. Minderin içindeki sünger gri, 32 dans e kalitesinde, 7 cm veya 9 cm yüksekliğinde olacaktır.
4. Mindere kullanılacak deri (vinleks) yumuş ak deriden olacaktır, çatlama, kırılma yapmayacaktır.
5. Derinin yüzeyi dü z olacak ve rajat silinecektir, deride büzölme, bozulma olmayacaktır.
6. Malzemeler antibakteriyel olacaktır ve mikrop üretmeyecektir.
7. Minderin yan tarafı fermuarlı, köş eleri fitilli ve bir(1) yıl garantili olacaktır.

Turan ERDOĞ AN
Çamaş ırhane Sorumlusu

Yasabey Bıç ır en

FORM NO: MYS_0053

1/1

