



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20243144

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENER FİRMALARIN 28/05/2024 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	DISPOSABLE TARAMA ABR ELEKTRODU	5.500,00	ADET
2	LAMEL 18 X 18 100 LUK.	5.000,00	ADET
3	NOTRALİZANLI KİMYASAL ACIL DURUM KITI	25,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20243144

NOT : ÖDEME 180 GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

301.0020.000	DISPOSABLE TARAMA ABR ELEKTRODU	ADET	5500
293.0099.000	LAMEL 18 X 18 100 LUK.	ADET	5000
298.0641.000	NOTRALİZANLI KİMYASAL ACIL DURUM KİTİ	ADET	25

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (8256) DISPOSABLE TARAMA ABR ELEKTRODU

##### Açıklama : DISPOSABLE TARAMA ABR ELEKTRODU

- Elektrodlar yenidoğan iştirme taramasında kullanılmak üzere uygun olmalıdır.
- Elektrod yüzeyindeki yapışkan madde bebeklerde alerjik reaksiyonlara yol açmayacak özellikte olmalıdır. Ancak test süresince bebeğin cildini tutacak yeterlilikte olmalıdır.
- Elektrod, Madsen Accu-Screen tarama cihazı ile uyumlu olmalıdır. Test için amaçlanan sonuçları vermelidir.
- Şartname koşullarınca uygun özelliklere sahip olan elektrodlar hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.

#### (4531) LAMEL 18 X 18 100 LUK.

##### Açıklama : LAMEL 18 X 18 100 LUK.

- Optik özellikli ve renksiz (su beyazı) camdan üretilmeli, tozdan kirden ve nemden arındırılmış olmalıdır
- Esneme kapasitesi yüksek olmalı (yaklaşık 0,13 - 0,17 mm kalınlıkta) ve kolay kırılmayan özellikte olmalıdır.
- 100 adetlik paketlerde olmalıdır.
- Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
- Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
- Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
- İstenilen lameller çalışmalar süresinde kullanıcı tarafından kullanıma uygun bulunmaz ise istenilen özellikte (şartnameye uygun) başka bir lamelle ücretsiz olarak değiştirilmeli ve bunun taahhüdü yüklenici firma tarafından malzeme tesliminde verilmelidir.