



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

28/05/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20243208

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/05/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	%70 ISOPROPİL ALKOLLU MENDİL 10X10 CM	1.100.000,00 ADET
2	KORUYUCU ONLUK	35.000,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20243208

NOT : ÖDEME 90 GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/05/2024 14:29:50

TEKNİK ŞARTNAME

12431 ALKOLLÜ MENDİL

1. Akollü mendil dış kâğıdı tripleks olup muhteviyatı 70 (\pm 5) gr/m² kuşe kâğıt veya polyester + 7(\pm) mic. Alüminyum + 30(\pm 5) gr/m² PE meydana gelmelidir. Toplamda 100-120 gr/m² olmalıdır
2. Dış kâğıda "Dokuz Eylül Üniversitesi" logosu tek renk basılmalıdır.
3. İç kâğıt 50 (\pm 10) gr/m² Spunlace (dokumasız havlu kumaş) olmalıdır.
4. İç kâğıt %50 Polyester %50 Viscondan imal edilmiş olmalı, sıvı emici özelliği bulunmalıdır.
5. Paket içindeki mendil (Spunlace) açıldığı zaman 10X10 cm ebadında olacaktır.
6. Mendilde kullanılacak sıvı %70 İPA (İzopropil Alkol) olmalı, içeriğindeki alkolün geçerli biyosidal ürün ruhsatı bulunmalı, ruhsatın teklifle birlikte aslı ya da onaylı örneği sunulmalıdır.
7. Ürünler 100'lük paketler halinde olmalı ve üzerinde barkod bulunmalıdır.
8. Depolama süresi için 3 yıl garanti verilmelidir.
9. Ambalaj üzerinde, görünür şekilde içerik bilgisi, üretim ve son kullanım tarihi, lot numarası ve üretici firmanın ismi olmalıdır.
10. Numune olarak 15 adet ürün teslim edilmelidir. Bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecek ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından onaylanacaktır.
11. Ürünlerin depoya tesliminden sonra, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından gerekli görüldüğü takdirde, komitenin belirleyeceği bir laboratuvardan, ücreti firmaya ait olacak şekilde ve alınacak toplam miktarın %1'ini geçmemek kaydıyla etken madde analizi yaptırılacaktır. Laboratuvar sonucuna göre ürün içeriğinin teknik şartnameye uygun olmadığının saptanması halinde ise ürünler geri verilecektir.

FORM NO: MYS_0053

Dr. Ziya KURBAN
Enfeksiyon Hast. ve
K. Mikrobiyoloji Uzmanı
D.E.Ü. Dip.No: 5417

Uzm. Dr. Muammer Çelik
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Dip.Tes.No:148499



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/05/2024 17:23:50

TEKNİK ŞARTNAME

9145 KORUYUCU ÖNLÜK

1. Önlük materyali TS EN 14126 standardına uygun, ortamdaki oluşabilecek kan, alkol ve benzer sıvıların alta geçmesini önleyecek sıvı itici özelliği olan, hava geçirgen dokuya sahip en az 50 gr/m² (±5) medikal Non-Woven SMS (Spunband Meltdown Spunbon) materyalinden yapılmış olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Önlükler uzun kollu olmalıdır.
5. Önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
6. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleriyle açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
7. Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır. Yaka açıklığı velcro (cırt cırt) veya bağlamalı ip ile ayarlanabilir olmalıdır.
8. Gömleğin arkası; sırtı kapatacak şekilde kruvaze olmalıdır.
9. Belde yeteri kadar bağcık olmalıdır.
10. Boyu min. 120 cm (±5 cm) olmalıdır.
11. Önlükler tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
12. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 5 adet numune bırakılmalıdır.
13. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Tek beden xl olmalıdır. Boyu diz altına kadar standart beden olmalıdır.

Hem. Hrm. Müd. Yard.
Gözen PEHÇİVAN
Müdür

HEMŞİRELİK HİZ. MÜD. YRD.
KAZIPE KANDEMİR