



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20242705

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 10/05/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	DMSO (5X10 ML DIMETHYL SULFAXIDE, FLAKON)	5,00	ADET
2	EMBRYO TRANSFER KATETERİ (GUIDESİZ)	250,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20242705

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL UBB BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SIMGE ÖZBAY

TEL :

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

216.0011.000	DMSO (5X10 ML DIMETHYL SULFAXIDE, FLAKON)	ADET	5
236.0058.000	EMBRIYO TRANSFER KATETERİ (GUIDESİZ)	ADET	250

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (7407) EMBRIYO TRANSFER KATETERİ (GUIDESİZ)

##### Açıklama : EMBRIYO TRANSFER KATETERİ (GUIDESİZ)

- Plastik dış koruyucu kılıf, iç kateter, ve dış kateter olmak üzere 3 parçadan oluşmalıdır.
- İç kateterin üzerine tutaç bitim noktasından itibaren 140-145 mm uzunluğunda paslanmaz çelikten üretilmiş bir destekleyici kaplanmış olmalıdır.
- Transfer kateter 2.8 FR çapında, 24 cm uzunluğunda ve proksimalde 4 adet marker olmalıdır.
- Guiding kateter 6.6 FR çapında, 17-17,5 cm aralığında, ucu açılı ve bulb (ampul) şeklinde olmalıdır.
- Dış kateter önceden şekillendirilmiş olmalıdır ve tekrar şekil verilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Dış kateterin uç kısmı serviks geçişinde endometrial travmayı engellemek için ısı ile şekil verilmiş bulb tipte olmalıdır. Kateterin uç kısmı yapıdırma olmamalıdır.
- Kateterin ucu ultrasonografide ekojenik olarak görülebilmelidir.
- MEA ( Fare embryo testi) testi yapılmış olmalıdır.
- EO (Etilen oksit) veya gamma irradation ile steril edilip paketlenmiş olmalıdır.
- Peel-open paketleme ile sterilize edilmiş ve tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
- Steril ve orijinal ambalajında üretici firma ismi, üretim parti seri (LOT) numarası ve son kullanma tarihi barkod numarası yazılı olmalıdır.
- İhaleye katılan firma üretici firmadan aldığı tek yetkili distribütörlük belgesine sahip olmalıdır.
- Son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- Teklif veren firma tek yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.
- Teklif veren firmanın ISO kalite belgesi olmalıdır.
- iştirak edecek firmalar ihale öncesi numunelerini getirip ilgili malzeme için uzman üyeden uygunluk almalıdır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Merkezin başarısının olumsuz etkilenmesi durumunda sözleşme kurum tarafından tek taraflı fesh edilebilir.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/05/2024 14:32:49

**(3108) DMSO (5X10 ML DIMETHYL SULFAXIDE, FLAKON)**

**Açıklama : DMSO (5X10 ML DIMETHYL SULFAXIDE, FLAKON)**

1. Ürünün saflık derecesi > %99.9 olmalıdır.
2. Her biri 10ml flakonlardan oluşan 10 luk kutularda olmalıdır.
3. Ürünün European Pharmacopeia & United States Pharmacopeia (USP) standartlarında Sterilite, Pirogen, Endotoksin, Mikoplasma, Vitality testleri yapılmış olmalıdır.
4. Her lot ürün ile analiz sertifikası verilmelidir
5. 5. GMP standartlarında üretilmiş olmalıdır. Firma bunu belgelendirebilmelidir.
6. Ürünün başarıyla uygulandığına dair BMT ( Bone Marrow Transplant ), CB