



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20243371

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/06/2024 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 HIDROFOBİK KATLANABİLİR GOZ İCİ LENS(UC PARCALI)	100,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20243371

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL UBB BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SIMGE ÖZBAY

TEL :

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

212.0090.000	HIDROFOBİK KATLANABİLİR GOZ İCİ LENS(UC PARCALI)	ADET	100
--------------	--	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12178) HIDROFOBİK KATLANABİLİR GOZ İCİ LENS(UC PARCALI)

Açıklama : HIDROFOBİK KATLANABİLİR GOZ İCİ LENS(UC PARCALI)

- Mavi renkli pmma haptiklere sahip olmalı ve haptikleri yapıştırma olmamalıdır.
- Lenlerin su içeriği %3 'den fazla olmamalıdır.
- Akrilat metakrilat optiğe sahip olmalıdır.
- Hidrofobik yapıda (akrilat-metakrilat)optiğe sahip olmalı kaplama olmamalıdır. (sıvı ile doldurulmuş flakonlar içinde olmamalıdır.)
- Refraktif indeksi 1.47-1.55 arası olmalıdır.
- Total lens uzunluğu 13.0 mm olmalıdır.
- UV koruyucu olmalıdır.
- Asimetrik bikonveks veya aseferik bikonveks optik yapısında olmalıdır.Bu bilgiler ürünün üzerinde ve katalogunda yazılı olmalıdır.
- 6.0mm optik çapında olmalıdır.
- Optik haptik düzlemi arasında 5 veya 10 derecelik açığa sahip olmalıdır.
- Haptikler modifiye C olmalıdır.
- Ön kamara derinliği5.20-5.60 mm arasında olmalıdır.
- A sabiti 118.4-119.1 olmalıdır.
- +10 +30 0.5 diopti arasında türkiye pazarında stoklu olmalıdır.0.5 Diopti arasında olması vazgeçilmez bir özelliktir.
- Lenleri ve kartuşların miatları teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
- Teklif edilen lenslerin bütün dioptriler en fazla 2.8mm kesiden rahatça implant edilebilmelidir.
- Kelebek kartuş sistemleri haptiklerin kırılmasına neden olacağı için kabul edilmeyecektir.
- Unfolder ve kartuş sistemi hasta güvenliği açısından teklif edilen lens ile aynı marka olmalı ve bunların ubb kaydı olmalıdır.Teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte ubb kaydı ve katalog veya belge vermelidir.
- Teklif veren firmalar lenslerin ölçü değişimlerini 72 saat içinde yapacağına dair taahütnameyi teklifleri ile birlikte vermelidir.
- Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/06/2024 15:59:35

23. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
24. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.